
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/002/2022, SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA LUNES 21 DE FEBRERO DEL 2022, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSTECH Y PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ; LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ; LOS VOCALES SIGUIENTES: L.C.E. CLAIRE ESCANDÓN MONTES DE OCA, SUBDIRECTORA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS; LIC. OMAR MORENO ALFARO, SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y LIC. JUAN CARLOS MORALES ORANTES, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA; C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO, REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA INTERNA EN EL ISSTECH Y ASESORA DEL SUBCOMITÉ; C.P. JOSÉ WILBERG GARCÍA GÓMEZ, COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO; LIC. ENOCH GUTIÉRREZ CRUZ, PRESIDENTE DEL CENTRO PATRONAL DE CHIAPAS (COPARMEX); ARQ. CARLOS ALBERTO CRUZ COUTIÑO, PRESIDENTE DEL CENTRO EMPRESARIAL DE CHIAPAS, S.P.; ING. ÓSCAR GABRIEL CORZO TOVILLA, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ESTADO (CANACO SERVITUR); C. CLEVER GUILLERMO FREGOSO CASTRO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA) INVITADOS DEL SUBCOMITÉ Y POR EL ÁREA REQUERENTE: DR. VÍCTOR MANUEL CAL Y MAYOR CASTILLEJOS, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS; DRA. ANA GABRIELA CASTELLANOS VALDEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/002/2022, SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.

1.- COMO PRIMER PUNTO. - SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES:

- 1.1. COOPERATIVO GORNAT DE MEXICO, S. A. DE C.V., REPRESENTADO POR C. HENRY ALEX HERRERA MEDINA
- 1.2. INTEGRADORA DE SERVICIOS DE LABORATORIO E IMAGEN, S.C., REPRESENTADO POR EL C. EDGAR CANTO LOPEZ
- 1.3. GLECO LAB, S DE R. L. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JOSE ANTONIO VAZQUEZ MORALES

2.- COMO SEGUNDO PUNTO.- DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.2 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/002/2022, SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TÉCNICAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES, CORREN A CARGO DEL PERSONAL REPRESENTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.

2.1.- GLECO LAB S DE RL DE CV

P1.- DEL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES INCISO A) EN EL QUE A SU CALCE SE LEE:

CÉDULA DEL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE, CON LA PARTIDA 33913 SUBROGACIONES Y/O EL RUBRO EQUIVALENTE QUE EMITA LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO (CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL, LA COPIA DE LA CÉDULA DEBE SER DE AMBOS LADOS)



SE SOLICITA QUE LA CONVOCANTE NOS PUEDA PORFAVOR ESPECIFICAR EL RUBRO EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ACTUALIZACIONES.

RESPUESTA: 121 SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y LABORATORIOS.

P2.- DEL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES INCISO H) EN EL QUE A SU CALCE SE LEE:

COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS (EL ORIGINAL O LA IMPRESIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), QUE PUEDE SER: 1. COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN Y/O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP). 2. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (LA CUAL PUEDE ESTAR INCLUIDA EN EL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

REFIERE A: SE PERMITIRA LA PARTICIPACION DE TODA EMPRESA ESTABLECIDA LEGALMENTE EN EL ESTADO O CREADA EN EL MISMO; ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACION?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

P3.-DEL PUNTO 5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS , ESTABLECE COMO FECHA DE FALLO DE LA LICITACION 04 DE MARZO DEL 2022 A LAS 11:00 HRS; SIENDO ESTA FECHA DIA DESFASADO DE FECHAS CONTRACTUALES, LA FECHA DE INICIO DE OPERACIONES PARA LA EMPRESA ADJUDICADA, SERIA EL SABADO 5 DE MARZO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, LOS PEDIDOS Y CONTRATOS QUE DEBAN FORMALIZARSE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN, DEBERÁN SUSCRIBIRSE POR PARTE DEL ORGANISMO REQUIRENTE Y DEL PROVEEDOR EN QUIEN HUBIERA RECAÍDO LA ADJUDICACIÓN, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

LAS BASES DE LICITACIÓN ESTABLECEN QUE LA EMPRESA ADJUDICADA, TENDRÁ 15 DÍAS NATURALES MÁXIMO A PARTIR DE LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN, PARA LA INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS AUTOMATIZADOS Y/O EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, MISMOS QUE SE ENTREGARAN DIRECTAMENTE EN LAS UNIDADES MEDICAS, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS QUE SE GENEREN Y DEBERÁ REALIZAR EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS (ESTO DEBERÁ SER COORDINADO CON EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO PARA SU INSTALACIÓN, ASÍ MISMO, ENTREGARÁ CARTA CUSTODIA Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

P4.- EN GENERAL, SOBRE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS, SI HUBIESE UNA FORMA DE MEJORA EN LAS PROPUESTAS PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS Y LUGARES, ¿SERIA ACEPTADA DE ACUERDO A LA REVISION DE LAS PARTES INTERESADAS, O DEBEN SER CARACTERISTICAS IGUALES A LAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES?



RESPUESTA: SI, SE ACEPTA DE ACUERDO A UNA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.

Z.2.- CORPORATIVO GORNAT DE MÉXICO S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER TECNICO.-

NO. CONSECUTIVO: 1	NO. DE PÁGINA:27	REFERENCIA Y/O INCISO: ANEXO A INCISO C) EXAMEN GENERAL DE ORINA
PREGUNTA: SE SOLICITA RESPUESTOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITAN OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 500 RESULTADOS CLÍNICOS Y 200 DE CONTROL DE CALIDAD, SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?		
RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.		
NO. CONSECUTIVO: 2	NO. DE PÁGINA:27	REFERENCIA Y/O INCISO: ANEXO A INCISO D) ESTUDIOS DE COAGULACIÓN
PREGUNTA: CONSIDERANDO EL NÚMERO DE MUESTRAS Y EL MENÚ SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, SOLICITAMOS RESPUESTOSAMENTE QUE SE ACEPTE UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> - PRINCIPIO TURBO-DENSITOMETRICO, OPTO-MECANICO CON AJUSTE AUTOMÁTICO EN CERO Y BARRA MAGNÉTICA DE AGITACIÓN PARA HOMOGENIZAR LA SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA Y MAYOR SENSIBILIDAD. - 2 CANALES DE MEDICIÓN CON CUBIERTA PROTECTORA A LA LUZ. - AGITADORES MAGNÉTICOS BAJO CANALES DE MEDICIÓN - TEMPORIZADOR DE MEDICIÓN: MÁXIMO 6000 SEG., ERROR < 0.1 SEG. - VELOCIDAD APROXIMADA: 60 PRUEBAS DE PT/HORA Y 30 APTT/HORA - CAPACIDAD PARA DETERMINAR TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTICA PARCIALMENTE ACTIVADA, TIEMPO DE TROMBINA, FACTORES DE COAGULACIÓN, TIEMPO DE BATROXOBINA, RUTA DE LA PROTEÍNA C, FACTOR V LEIDEN. - CALCULADORA INTERGRADA, CÁLCULO AUTOMÁTICO DE RESULTADOS DE PT EN SEG., % DE LA NORMA, INR, FIBRINÓGENO EN MG/DL O G/L. - CURVAS DE REFERENCIA PROGRAMABLES CON 9 PUNTOS DE LA CURVA DE REFERENCIA CADA UNA - TECLADO DE MEMBRANA - CONSUMIBLES: CUBETAS / BARRAS AGITADORAS Y PAPEL DE IMPRESIÓN. - VOLUMEN DE MUESTRA DE 150 – 225 UL 		

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

- BLOQUE DE INCUBACIÓN CONTROLADO A 37.4°C +/- 1.0°C PARA LOS 4 FRASCOS DE REACTIVOS. INCLUYE LA FUNCIÓN DE AGITACIÓN DE REACTIVOS CON VELOCIDAD PREESTABLECIDA DE 250 RPM
¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

NO. CONSECUTIVO: 3



NO. DE PÁGINA: 28

REFERENCIA Y/O INCISO: ANEXO A INCISO E) ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA RUTINA Y URGENCIAS

PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LOS SISTEMAS SOLICITADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE QUÍMICA INTEGRADA DIMENSION EXL 200

- RANGO DE RENDIMIENTO : 624 PRUEBAS/HORA: 437 PRUEBAS/HORA FOTOMÉTRICA, 187 PRUEBAS/HORA ISE 167 PRUEBAS DE INMUNOENSAYO/HORA.
- CAPACIDAD DE LOS MÉTODOS A BORDO 47 INCLUYENDO 3 ISE.
- TUBOS DE MUESTRA TUBOS DE 5 ML, 7 ML, 10 ML, COPAS DE MUESTRA DE TUBOS PEDIÁTRICOS ÁREA DE MUESTRA 60 MUESTRAS EN SEGMENTO DE TUBOS DE 6 X 10 , IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA POSITIVA.
- COMPROBACIÓN DE INTEGRIDAD DE MUESTRA: COMPROBACIÓN CUALITATIVA PARA HEMÓLISIS, LIPEMIA E ICTERICIA.
- CARGA DE MUESTRA STAT: 60, NO DEDICADO.
- CÓDIGOS DE BARRAS: 39, CÓDIGO 128, CODABAR (USS) INTERCALADO 2 DE 5 CON Y SIN EL DÍGITO DE CHEQUEO.
- REPETICIÓN AUTOMÁTICA : REPITE AUTOMÁTICAMENTE LA PRUEBA DE LA MUESTRA ORIGINAL.
- DILUCIÓN AUTOMÁTICA: DILUCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MUESTRA ORIGINAL.
- PRUEBA AUTOMÁTICA CONFIRMATORIA: CAPACIDAD AUTOMÁTICA BASADA EN LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA PRUEBA.
- SONDEO PRIMARIO: DETECCIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO, COMPROBACIÓN DEL COÁGULO, DETECCIÓN DE LA MUESTRA CORTA.
- TECNOLOGÍA DE MICRO VOLUMEN:
- CAPACIDAD DE AUTODILUCIÓN ESPECIFICA DEL METODO : 1 -1.6 HASTA 1-200, DILUCIONES AUTOMÁTICAS DE LA ORINA.
- VOLUMEN DE LA MUESTRA ORIGINAL: 2 – 60 M L.
- VOLUMEN DEL REACTIVO PROMEDIO: 8 0 – 120 µL POR PRUEBA.
- CAPACIDAD DE ALMACENAJE A BORDO: EN PROMEDIO 12,600 PRUEBAS; MÁXIMO 16,650 PRUEBAS.
- ÁREA DE LA REACCIÓN:
- BANDEJA DE REACCIÓN: 12,000 CUBETAS FORMADAS A BORDO.
- FOTÓMETRO: LA RUEDA DE FILTRO SOSTIENE LOS FILTRIOS OPTICOS 293 NM, 340 NL, 383 NM, 405 NM, 452 NM, 510 NM, 540 NM, 577 NM, 600 NM, 700 NM, .
- FUENTE DE LUZ: LÁMPARA ESTÁNDAR DE HALÓGENO DE TUNGSTENO. OPERACIÓN EN LA CORRIENTE DE LA LÁMPARA DE 6.5A (6.8V) PROPORCIONA >1UA DE CORRIENTE DE LA MEDIDA DE LA ABSORBENCIA CERO EN CUALQUIER LONGITUD DE ONDA EXCEPTO 293 NM.
- MÉTOD OS DE ENSAYO: PUNTO FINAL, INDICE, MULTIPLES PUNTOS, INMUNOENSAYO HPMOGENEO, TURBIDIMETRICO, LOCL, 3,4,5,10, 15 Y 21 MINUTOS.
- CORRECCIÓN AUTOMÁTICA: BLANCO DE SUERO, BLANCO DE CÉLULA, BLANCO DE REACTIVO, CAMBIO DEL PUNTO DE MEDIDA, AUTODILUCIÓN.
- MANEJO DEL REACTIVO
- BANDEJA DEL REACTIVO 1 BANDEJA, 44 POSICIONES.
- CAPACIDAD DEL REACTIVO A BORDO: 44 CARTUCHOS FLEX® DE REACTIVO MÁS 3 ELECTROLITOS VÍA EL IMT DE QUIKLYTE®.
- SISTEMA DE SUMINISTRO: 2 SONDAS CON DETECCIÓN DEL NIVEL LÍQUIDO.
- CUÑAS DEL REACTIVO: CARTUCHO DEL REACTIVO FLEX , CON CODIGO DE BARRAS, 15 A 240 PRUEBAS FLEX.
- GESTIÓN DE INVENTARIO DEL REACTIVO: SUPERVISA LAS PRUEBAS RESTANTES, EL NÚMERO DE LOTE, LA ESTABILIDAD A BORDO Y LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- ESTABILIDAD A BORDO: HASTA 30 DÍAS.
- METODOLOGÍA : ENZIMATICA, CINETICA, PUNTO FINAL, INMUNOTURBIDIMETRIA.
- CAPACIDAD DEL SISTEMA ABIERTO
- CANALES: 10 CANALES, INCLUYE LAS APLICACIONES DENIDAS POR EL USUARIO.
- USOS POR TERCEROS DEL COMPRADOR VARÍA POR EL PAÍS Y SE PUEDE CON GURAR EN EL SISTEMA.
- ISE:

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

- ISE MEDIDA SIMULTÁNEA INDIRECTA DE NA+, K+, CL -.
- VOLUMEN DE MUESTRA 40 µL PARA LAS TRES PRUEBAS.
- PREPARACIÓN CICLO AUTOMÁTICO DE PREPARACIÓN, SIN CALIBRACIÓN POR EL USUARIO, DILUCIÓN AUTOMÁTICA
- VIDA ÚTIL DEL ELECTRODO 1,000 MUESTRAS O 5 DÍAS
- ÍNDICE DE RENDIMIENTO 187 PRUEBAS/HORA; 62 TUBOS/HORA.
- CALIBRACIÓN/QC INTERVALO DE LA CALIBRACIÓN HASTA 90 DÍAS, RASTREADOS POR EL SOFTWARE AUTO CALIBRACIÓN/AUTO-QC INTERVALO DE TIEMPO DE NIDO POR EL USUARIO O CON NUEVO CONTENEDOR DE REACTIVO DATOS DE QC / CALIBRACIÓN DE VISTA VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD; CONTROL DE CALIDAD EN TIEMPO REAL.
- ESPECIFICACIONES GENERALES:
- EL INSTRUMENTO SE PROPORCIONA CON UN PURICADOR DE AGUA QUE SUMINISTRA EL AGUA DE ALIMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO.
- EL SISTEMA DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DEBE MANTENER EL CONTENIDO ESTABLE D02 ENTRE 5 Y 8 PPM.
- CONSUMO 1.32 GAL/HR (5.0L/HR) EN EL RENDIMIENTO DE PROCESAMIENTO MÁXIMO

SE ACEPTA ?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

NO. CONSECUTIVO: 4	NO. DE PÁGINA: 30	REFERENCIA Y/O INCISO: REFERENCIA Y/O INCISO: ANEXO A INCISO F) ESTUDIOS DE HEMATOLOGÍA RUTINA Y URGENCIAS
--------------------	-------------------	--

PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON MÉTODOS DE MEDICIÓN DE IMPEDANCIA, COLORIMÉTRICA Y CÁLCULOS A PARTIR DEL HISTOGRAMA, ADEMÁS DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE HASTA 15,000 RESULTADOS INCLUYENDO HISTOGRAMAS CON USO DE TARJETAS SD Y MODO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRA DE TUBO ABIERTO, SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE REVISARA EN LA PROPUESTA TECNICA DE LOS EQUIPOS.



NO. CONSECUTIVO: 5	NO. DE PÁGINA: 35	REFERENCIA Y/O INCISO: ANEXO A INCISO J) ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
--------------------	-------------------	--

PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAS UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SE ACEPTA ?

ESPECIFICACIONES DE CELLTAC CHEMI CARACTERÍSTICAS

- MEDICIÓN DE HBA1C Y PCR
- MODOS DE MEDICIÓN ABIERTO Y CAPILAR
- INTEGRACIÓN CON EL ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA CELLTAC
- MUESTRAS DE SANGRE TOTAL Y SUERO/PLASMA
- FÁCIL OPERACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL
- PANTALLA LCD A COLOR DE 5.7 PULGADAS
- AUTO-CHEQUEO AUTOMÁTICO
- PURGADO Y LIMPIEZA AUTOMÁTICOS
- LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LA BOQUILLA DE MUESTRAS
- 500 MUESTRAS EN LA MEMORIA DEL ANALIZADOR
- 10,000 MUESTRAS EN UNA TARJETA SD
- MEDICIÓN
- PARÁMETROS HBA1C, PCR RANGO DE MEDICIÓN HBA1C: 4.0 A 13.0% (NGSP) PCR: SANGRE TOTAL 2 A 330 MG/L (HEMATOCRITO 40%) PCR: SUERO/PLASMA 2 A 200 MG/L (HEMATOCRITO 0%)
- TIEMPO DE MEDICIÓN HBA1C: APROXIMADAMENTE 6 MINUTOS PCR: APROXIMADAMENTE 4 MINUTOS VOLUMEN DE MUESTRA HBA1C: 5ML (SANGRE TOTAL) PCR: 5ML (SANGRE TOTAL, SUERO, PLASMA)
- MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS
- MÉTODO DE INMUNOENSAYO TURBIDIMÉTRICO DE AGLUTINACIÓN EN LÁTEX

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

- FOTOMETRÍA
- FUENTE DE LUZ PARA MEDICIÓN: LED
- LONGITUDES DE ONDA DE FOTOMETRÍA: 520, 660, 880 NM
- CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD
- IEC 61010-1 EDICIÓN 2.0: 2001
- IEC 61010-2-101: 2002
- IEC 61326-1: 2005
- IEC 61326-2-6: 2005
- DIMENSIONES Y PESO 198 A X 400 D X 428 A MM, APROXIMADAMENTE 15 KG

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

NO. CONSECUTIVO: 6	S/N	REFERENCIA Y/O INCISO: ANEXO A
CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS		

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS RESPETUOSA, NOS PERMITA EL ACCESO PARA REALIZAR UN RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL AREA DE LABORATORIO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS CONDICIONES ELECTRICAS Y CARACTERISTICAS DEL AREA POR LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.

¿SE PERMITE EL ACCESO?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

2.3.- INTEGRADORA DE SERVICIOS DE LABORATORIO E IMAGEN, S. C.

1.-LA DOCUMENTACION QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.1 FORMA Y TERMINOS DE PRESENTACION, DEBERA SER EXHIBIDA EN SU TOTALIDAD EN LOS TERMINOS QUE SE INDICA. DE NO PRESENTARLO DE ESTA MANERA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

2.-EN PUNTO 4.1 DE LAS BASES, SOLICITAN SOBRES SEPARADOS PARA LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA, ROTULADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: TIPO DE PROPUESTA, NUMERO DE LICITACION, RAZON SOCIAL, DOMICILIO, TELEFONO, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CORREO ELECTRONICO, AL RESPECTO ME PERMITO SOLICITAR INFORMACION SOBRE LO SIGUIENTE:

A.- LOS DATOS QUE SOLICITAN DEBE SER DE HOJA MEMBRETEADA DEL LICITANTE PARTICIPANTE Y PEGADA AL SOBRE

B.- EL DOMICILIO QUE SOLICITAN, ES EL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE PARTICIPANTE (MATRIZ) Y QUE SE ENCUENTRA EN LA INSCRIPCION EN EL R.F.C Y CEDULA FISCAL, ADEMAS QUE DEBE SER DOMICILIO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



3.-PUNTO 4.2. INCISO H DE LAS BASES, SOLICITAN COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

SOBRE EL PARTICULAR, AMABLEMENTE ME PERMITO SOLICITAR NOS INFORMEN Y POR TRATARSE DE UNA LICITACION DE INDOLE ESTATAL, COMO LO CONTEMPLA EL ARTICULO 18 FRACCION I INCISO A DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, LA DOCUMENTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, DEBERA CORRESPONDER AL DOMICILIO DE LA EMPRESA MATRIZ EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y NO DE UNA SUCURSAL

RESPUESTA: DEBE CUMPLIR CON EL REQUISITO DEL PUNTO 4.2 INCISO H) COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS (EL ORIGINAL O LA IMPRESIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA).

NO SE ACEPTARÁ LA PARTICIPACIÓN EN ÉSTA LICITACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE EN LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL PUNTO 4.2 INCISO H) NUMERAL 1 DE LAS PRESENTES BASES, MANIFIESTEN COMO

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES (SUCURSALES); CON LO CUAL SE DESPRENDA QUE NO TIENEN DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

4.- **PUNTO 4.2 INCISO I DE LAS BASES**, SOLICITAN DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR PRESENTADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. AL ESPECTO, SOLICITO AMABLEMENTE NOS INFORMEN SI EFECTIVAMENTE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2020, YA QUE LA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO AL REGIMEN DE PERSONA MORAL, SE TIENE COMO LIMITE DE PRESENTACION AL 31 DE MARZO DEL AÑO EN VIGENCIA

RESPUESTA: DEBEN EXHIBIR LA DECLARACIÓN PRESENTADA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

5.- **PUNTO 4.2 INCISO J DE LAS BASES**, SOLICITAN DECLARACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PRESENTADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS CONFIRME SI LO SOLICITADO EFECTIVAMENTE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2021 O DEBERA SER 2022. DE SER ESTE ULTIMO EJERCICIO SERA INHERENTE AL MES DE ENERO 2022

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

6.- **EN EL PUNTO 4.3- PROPUESTAS TÉCNICAS** INDICAN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN CD EL ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OFERTADOS ANEXO B, DEBERÁ ELABORARSE ENFORMATO EXCEL EN XP O 2003 – 2007, SIN CONTRASEÑAS O CANDADOS, DEBIDAMENTE REQUISITADO DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO A (EL ARCHIVO DEBERÁ INDICAR TODOS LOS DATOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA IMPRESA).

NOS PERMITIMOS SOLICITAR A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESTA INFORMACION DE LA PROPUESTA TECNICA EN FORMATO WORD XP O 2003-2007

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO VENGA EN TABLAS.

7.- **EN EL ANEXO A DE LAS BASES**, CONSIDERAN LAS REQUISICIONES CON EL EJERCICIO 2021. ES CORRECTO O DEBER SER 2022

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

8.- **EN LOS ANEXOS B, J Y L DE LAS BASES**, CONSIDERAN INCLUIR MARCA.POR TRATARSE DE UNA LICITACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDIQUEN QUE DEBEMOS DE CONSIDERAR EN DICHA COLUMNA (NOMBRE DEL LICITANTE O NO APLICA)

RESPUESTA: DEBE ESPECIFICARSE "NO APLICA", SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

9.- **ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR** CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. **ENCISO A)** REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD. SOLICITAN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EN LA INOCULACIÓN, INCUBACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, ASÍ COMO EN LA REMOCIÓN DE DESECHOS.

PREGUNTA: LA REMOCIÓN DE DESECHOS SE REFIERE A LA ELIMINACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, PUEDE SER DE FORMA MANUAL ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: SI, ES CORRECTA.

10.- **ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR** CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. **ENCISO B)** REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOCULTIVO, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". SOLICITAN: EL SISTEMA DE DETECCIÓN NO DEBE SER INVASIVO.

PREGUNTA: ¿SERAN TAN AMABLES DE ACLARAR A QUE SE REFIREN A NO DEBE SER INVASIVO?

RESPUESTA: DEBE SER SISTEMA AUTOMATIZADO.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

11.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. **ENCISO A)** REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD. **SOLICITAN** SISTEMA AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS, GRAM NEGATIVAS Y LEVADURAS PRESENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS (ESTÉRILES O CONTAMINADAS) DE PACIENTES O AMBIENTALES Y PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS.

PREGUNTA: ¿SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGÍA DE GRAMM POSITIVOS Y GRAMM NEGATIVOS Y SENSIBILIDAD DE LEVADURAS CON 8 ANTIFÚNGICOS?

RESPUESTA: SE ANALIZARA EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS.

12.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. **ENCISO A)** REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD. **SOLICITAN:** ESTE EQUIPO DEBE REUNIR EN UN SOLO ENSAYO EL DIAGNÓSTICO DE ESPECIE, ASÍ COMO LA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA, ES DECIR, QUE LA PREPARACIÓN DEL INÓCULO TANTO PARA LA IDENTIFICACIÓN COMO PARA LA SENSIBILIDAD DEBEN SER DE UN SOLO PASO.

PREGUNTA: DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CLSI EN DONDE LA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA ES A PARTIR DE CALDO MUELLER HINTON Y PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN A UN SOLO FABRICANTE. SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO QUE EN UNA SOLA PLACA REUNA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD CON LA PREPARACIÓN DEL INOCULO PARA IDENTIFICACIÓN Y SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DE LA CLSI, LA SENSIBILIDAD A PARTIR DE CALDO MUELLER HINTON. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

13.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. **ENCISO A)** REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD. **SOLICITAN:** PANELES O TARJETAS DE ALTA BIOSEGURIDAD, COMPLETAMENTE SELLADAS, LO QUE EVITA CONTAMINACIONES, ADEMÁS QUE POR SU TAMAÑAN COMPACTO DISMINUYE LOS DESECHOS CONTAMINADOS HASTA EN UN 80%.

PREGUNTA: DADO QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SE REFIERE A UN SOLO FABRICANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO CON LA SEGURIDAD DE QUE SE USA UN MIC REAL DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA CLSI EN PRESENTACIÓN DE PLACAS? ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ANALIZARA EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS.

14.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. **ENCISO B).** REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOCULTIVO, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". **SOLICITAN:** EL SOFTWARE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA DE ANALISIS ESTADISTICOS (PARA REALIZAR, ANALISIS DE BROTES INTRAHOSPITALARIOS, AGENTES ETIOLOGICOS, AISLADOS POR SALA, POR DIAGNOSTICO DE PACIENTE, ETC.), EL CUAL PODRA OFERTARSE DENTRO DEL MISMO EQUIPO O EN SISTEMA ADICIONAL. EL MEDIO DE CULTIVO DEBERA CONTENER UN SUPLEMENTO DE CRECIMIENTO PARA MICROORGANISMOS DE DIFICIL DESARROLLO Y DEBERA CONTENER UNA RESINA QUE INHIBA EL EFECTO DE ALGUNOS ANTIBIOTICOS.

PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO CON MÉTODO DE INHIBICIÓN DE ANTIBIÓTICOS POR DILUCIÓN ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

15.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. **ENCISO D).** - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". **ENCISO A).** -EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS).

SOLICITAN: DETECCIÓN DE VOLUMEN DE REACTIVOS AUTOMATICAMENTE INDICANDO EL NUMERO DE PRUEBAS A REALIZAR.

PREGUNTA: ¿NUESTRO INSTRUMENTO REALIZA EL CENSADO DE REACTIVOS E INDICA CON CÓDIGO DE COLORES CUANDO SE ESTÁ TERMINANDO DE VERDE A ROJO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA OFERTA DE ESTE INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

RESPUESTA: SE ANALIZARA EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS.

16.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. ENCISO D). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". ENCISO A). -EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS).

SOLICITAN: EQUIPO CON IMPRESORA INTEGRADA,

PREGUNTA: EN LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS DE MEDIANO A ALTO RENDIMIENTO LA IMPRESORA FORMA PARTE DE UN ACCESORIO ADICIONAL AL EQUIPO. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA IMPRESORA PUDE SER INTEGRADA Y/O ADICIONAL AL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

17.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA", ENCISO B). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION.

SOLICITA: EQUIPO CON IMPRESORA INTEGRADA,

PREGUNTA: EN LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS DE MEDIANO A ALTO RENDIMIENTO LA IMPRESORA FORMA PARTE DE UN ACCESORIO ADICIONAL AL EQUIPO, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA IMPRESORA PUDE SER INTEGRADA Y/O ADICIONAL AL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

18.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. ENCISO D). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". ENCISO A). -EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS).

SOLICITAN: CONFIGURACION ESTADISTICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO.

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER A EQUIPO AUTOMATIZADO CON UNA GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD COMPLETO DONDE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE LOS MATERIALES DE CONTROL DE CALIDAD, CONFIGURABLE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y DONDE SE PUEDAN VISUALIZAR LOS GRÁFICOS LEVEY-JENNINGS, MEDIA, DS.CV., DS ETC. Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DEL CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN. FAVOR DE ACLARAR

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

19.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. ENCISO K).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE MARCADORES CARDIACOS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".**SOLICITAN:** CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE MEDICIÓN DE BIOMARCADORES CARDIACOS, QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA INTERNA MEDIANTE EL USO DE UN CHIP DE CALIBRACIÓN LO QUE PERMITE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL LECTOR ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

20.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. ENCISO K).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE MARCADORES CARDIACOS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".**SOLICITAN:** TRANSMISIÓN DE RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA VÍA DE PUERTO INFRAROJO. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON IMPRESORA INTEGRADA Y PUERTO RS232 PARA INTERFAZARSE A COMPUTADORA, CON CONEXIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO CIS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

21.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. ENCISO K).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE MARCADORES CARDIACOS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". SOLICITAN: UTILICE TIRAS REACTIVAS INDIVIDUALES.

PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR PARA LA MEDICIÓN DE BIOMARCADORES CARDIACOS QUE UTILIZA TARJETAS CON CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO, EN PRESENTACIÓN DE PERFIL TROPONINA + MIOGLOBINA + CKMB MASA, Y PRUEBAS INDIVIDUALES BNP, DÍMERO D, CON UN VOLUMEN DE MUESTRAS DE SANGRE TOTAL CON EDTA DE 300 µL Y TIEMPO DE RESPUESTA EN 15 A 20 MINUTOS, CADA TARJETA EMPACADA INDIVIDUALMENTE DISMINUYE LA MERMA DE REACTIVO CUMPLIENDO CON LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY . ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ANALIZARA EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS.

22.- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".

1.- EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLINICA Y ELECTROLITOS (RUTINA). CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PUDE OFERTAR EQUIPOS QUE MANEJEN VOLUMEN DE MUESTRA DE HASTA 50 MICROLITROS?

RESPUESTA: MAXIMO 50 MICROLITROS.

23.- EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLINICA Y ELECTROLITOS (RUTINA). CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: CUENTE CON SENSOR DE NIVEL DE MUESTRA Y REACTIVO QUE AVISA AL OPERADOR EN CASO NECESARIO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

24.- EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLINICA Y ELECTROLITOS (RUTINA). CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NANÓMETROS.

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RANGO DE 340 A 680 NANOMETROS?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

25).- EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLINICA Y ELECTROLITOS (AREA DE URGENCIAS). RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NANÓMETROS.

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RANGO DE 340 A 680 NANOMETROS?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

26).- EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLINICA Y ELECTROLITOS (AREA DE URGENCIAS). VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 50 A 10 MICROLITROS.

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PUDE OFERTAR EQUIPOS QUE MANEJEN VOLUMEN DE MUESTRA DE HASTA 50 MICROLITROS?

RESPUESTA: MAXIMO 50 MICROLITROS.

27).- EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLINICA Y ELECTROLITOS (AREA DE URGENCIAS). CUENTE CON SENSOR DE NIVEL DE MUESTRA Y REACTIVO QUE AVISA AL OPERADOR EN CASO NECESARIO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR?



RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

28).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOLOGIA (ESPECIALES), PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS ESPECIALES ESTABILIDAD DE REACTIVOS MINIMA DE 10 SEMANAS A BORDO

PREGUNTA: SOLICITAMOS LA ESTABILIDAD SEA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL INSERTO DEL FABRICANTE PARA CADA PRUEBA.

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

2.4.- LABORATORIOS LICON, S.A.

1.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECANICO. GARANTIZANDO EL PROOCESAMIENTO DE MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

2.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: CAPACIDAD MINIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 A 160 DETERMINACIONES A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

3.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR".

J).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: F).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: E).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO ¿ SE ACEPTA?.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

4.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



- 1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.
- 2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.
- 3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

5.-ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR. REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN. A) EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN (HOSPITAL ISSTECH, VIDA MEJOR (TUXTLA GUTIÉRREZ) Y CLÍNICA-HOSPITAL TAPACHULA. ENCISO K) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE MARCADORES CARDIACOS. ENSAYO DÍMERO D.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL ENSAYO DEL DÍMERO D COMO PARTE DEL LOTE 6 ESTUDIOS DE COAGULACIÓN PARA HOSPITAL ISSTECH "VIDA MEJOR" EN TUXTLA GUTIÉRREZ Y COMO PARTE DEL LOTE 1 COAGULACIÓN PARA LA CLÍNICA COVID-19-HOSPITAL ISSTECH EN TAPACHULA; YA QUE AL SOLICITAR EQUIPOS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

CON CARACTERÍSTICAS AUTOMATIZADAS ESTAS PLATAFORMAS TIENEN LA CARACTERÍSTICA DE REALIZAR ESTE TIPO DE ENSAYOS DE UNA MANERA CUANTIFICADA Y CON RESULTADOS MÁS CONFIABLES SOBRE TODO CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL ANALITO EN LA PERSPECTIVA DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS DE SARS-COV-2 (COVID-19). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

6.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO (DETERMINACION DE LOS ANTIGENOS DEL SISTEMA ABO, Rh (D) Y DETERMINACION DEL GRUPO SERICO O INVERSO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO DIRECTO E INVERSO, SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR QUE SE REALICE EN UN SOLO PROCESO Y QUE REALICEN LA DETERMINACIÓN DE ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, CONTROL RH, A1 Y B, TAL COMO LO ESTABLECE LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA.

7.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". L).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (HEMATOLOGIA ESPECIAL), PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: GRUPO SANGUINEO Y COOMBS INDIRECTO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA EL GRUPO SANGUÍNEO, LLEVARA UN PERFIL DE (GRUPO HEMÁTICO MAS GRUPO INVERSO) Y EN EL CASO DEL COOMBS INDIRECTO SE VA A REQUERIR MATERIAL DE REFERENCIA; ESTO CON EL OBJETIVO DE QUE ESTE ÚLTIMO ENSAYO TENGA UN PORCENTAJE DE ACEPTABILIDAD MAYOR A UN 90% Y EL RESULTADO PUEDA CONSIDERARSE DE IMPORTANCIA CLÍNICA SOBRE TODO EN LOS EN LO ESTUDIOS DE CONTROL PRENATAL. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: SI ES CORRECTO.

8.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATÍES HUMANOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA EN SUSPENSIÓN AL 0.8% EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PANEL DE HEMATÍES DE CONFIGURACIÓN ANTIGÉNICA CONOCIDA SERÁ UTILIZADO CON LA FINALIDAD DE SER UNA PRUEBA DE ESCRUTINIO PARA LA DETECCIÓN Y/O PRESENCIA DE ANTICUERPOS IRREGULARES Y DE IMPORTANCIA CLÍNICA EN PACIENTES CON ANTECEDENTES TRANSFUSIONALES Y EL ABORDAJE DE INCOMPATIBILIDAD MATERNO FETAL ACORDE A LO QUE REFIERE LA NORMA-253-SSA1-2012. FAVOR DE ACLARAR.



RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

9.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATÍES HUMANOS PAPAINIZADOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA, EN SUSPENSIÓN AL 0.8 % EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PANEL DE HEMATÍES DE CONFIGURACIÓN ANTIGÉNICA CONOCIDA SERÁ UTILIZADO CON LA FINALIDAD DE SER UNA PRUEBA CONFIRMATORIA RESPECTO AL PANEL REFERENCIADO EN LA PREGUNTA ANTERIOR. EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, NO SE RECOMIENDA EL USO O LA APLICACIÓN DE UN PANEL MODIFICADO (PAPAINIZADO); YA QUE SERÍA IMPOSIBLE DETECTAR LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA SISTEMAS DE EXPRESIÓN VARIABLE (MNSS, JKA, JKB, FYA Y FYB) Y QUE SUS RESPECTIVOS ANTICUERPOS SON ALTAMENTE HEMOLÍTICOS Y PASAR DESAPERCIBOS CON EL USO DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS.

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

10.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATÍES HUMANOS PAPAINIZADOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA, EN SUSPENSIÓN AL 0.8 % EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ENZIMA PROTEOLÍTICA POR SEPARADO PARA QUE DE MANERA OPCIONAL EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA TENGA UNA ALTERNATIVA MAS EN LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, SOBRE TODO EN EL CASO DE ABORDAR CASOS CLÍNICOS EN DONDE SEA INEVITABLE EL USO Y LA APLICACIÓN DE ESTE RECURSO TÉCNICO; HABLANDO DE POSIBLES

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

MEZCLAS DE ANTICUERPOS HACIA DIFERENTES SISTEMAS DE ANTÍGENOS ERITROCITARIOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

11.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPICIO DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. ANTI DIG + IG, FRASCO CON 10 ML. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EL PRODUCTO A COTIZAR ES ANTI D IGG+IGM. ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA.

12.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA. 9.- LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS DEBERÁN SER NUEVOS O DE USO NO MAYOR A 2 AÑOS, PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO, DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, FACTURA O PEDIMENTO QUE CERTIFIQUEN EL TIEMPO DE USO DE DICHS EQUIPOS.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO CON UNA ANTIGÜEDAD DE 2 A 5 AÑOS Y CONSIDERE LO SEÑALADO POR EL DOCUMENTO "PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL" PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO DE 2012, QUE SEÑALA UNA VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS PARA EL "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" (DOF - DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN).

LA VIDA ÚTIL QUE PUEDE SER AMPLIADA TAL Y COMO LO SEÑALA EL CONTENIDO DE LOS "LINEAMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE TERCEROS" PUBLICADOS POR EL CENTEC, AL SEÑALAR QUE UNO DE LOS OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO ES EL DE "ALCANZAR O PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS BIENES". (SR (SALUD.GOB.MX)), ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

13.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE DEBERÁN OFERTAR CONTROLES DE TERCERA OPINION DE HEMATOLOGÍA PARA LOS ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, COAGULACIÓN E INMUNOLOGÍA, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LOS DIFERENTES HOSPITALES QUE INTEGRAN ISSTECH. ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: REFIERE A CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS.

14.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA. 14. LA EMPRESA MANIFESTARÁ QUE SE COMPROMETE A CUBRIR EL COSTO DE INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EL CUAL SE REALIZARA AL INICIO DEL CONTRATO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, PARA LOS EQUIPOS OFERTADOS (DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA3-2011 Y NOM-253-SSA1-2012); ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN. ESTO SERÁ SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL PROVEEDOR DEL CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD, EL CUAL DEBE CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD (EMA), EN LAS ÁREAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA Y SEROLOGÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSA1-2012 EN EL PUNTO 15.1.4. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA.



15.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA.

B) LOS CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y REACTIVOS, NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA FASES PRE-ANALÍTICA, ANALÍTICA Y POST-ANALÍTICA DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: CLAVE: 800406, DESCRIPCIÓN: LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1). PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO A1, FRASCO CON 2 ML. FRASCO CON 2 ML.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACEPTE PRESENTACIÓN DE 5 ML. YA QUE ES LA QUE ACTUALMENTE DE COMERCIALIZA EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LA BASES.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

16.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA.

B) LOS CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y REACTIVOS, NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA FASES PRE-ANALÍTICA, ANALÍTICA Y POST-ANALÍTICA DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: CLAVE: 800321, DESCRIPCIÓN: PRUEBA DE TAMIZ PARA DETECCIÓN Y DIFERENCIACION DE ANTICUERPOS ANTI V.I.H. 1 Y V.I.H. 2, POR INMUNOCROMATOGRAFIA ELISA EN MEMBRANA (CARTUCHO INDIVIDUAL). CAJA CON 40 PRUEBAS.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACEPTE PRESENTACIÓN DE 25 PRUEBAS, AJUSTÁNDONOS A LA CANTIDAD SOLICITADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

17.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE EQUIPOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA.

B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°. SE SOLICITA AMABLEMNTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECANICO, GARANTIZANDO EL PROOCESAMIENTO DE MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

18.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE EQUIPOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA.

B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: CAPACIDAD MINIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA.

SE SOLICITA AMABLEMNTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 A 160 DETERMINACIONES A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

19.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". E) REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN. ANALIZADOR SEMIAUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN. PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA EN TUXTLA GUTIÉRREZ.



SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO, CON DETECCIÓN DE COAGULO MECÁNICO, CON PIPETEADOR PARA PROCESO DE MUESTRAS, CON UNA GAMMA COMPLETA DE ENSAYOS COAGULOMETRICOS, CON ÁREA DE INCUBACIÓN A 37 PARA 8 MUESTRAS Y 5 REACTIVOS: CON UN ÁREA DE PREPARACIÓN DE 12 MUESTRAS. SOFTWARE EN ESPAÑOL, PANTALLA E IMPRESORAS INTEGRADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEBERÁN PRESENTARLAS DE MANERA ORDENADA, IDENTIFICADA Y FOLIADA DE ACUERDO AL PUNTO 5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS BASES; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIN EMBARGO LOS ERRORES U OMISIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SON IMPUTABLES Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS LICITANTES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

SE LES EXHORTA A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS A LLEVARSE A CABO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA ISSTECH DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N ESQUINA BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA C.P. 29044, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLOS INTERVINIERON:-----

PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LIC. OMAR MORENO ALFARO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ

LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

L.C.E. CLAIRE ESCANDON MONTES DE OCA
 SUBDIRECTORA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LIC. JUAN CARLOS MORALES ORANTES
 JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

ASESOR

C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO
 REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA INTERNA

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA

INVITADOS

C.P. JOSÉ WILBERG GARCÍA GÓMEZ
 COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

ING. OSCAR GABRIEL CORZO TOVILLA
 REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ESTADO (CANACO SERVITUR)

NO ASISTIÓ
C. CLEVER GUILLERMO FREGOSO CASTRO
 PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA)

NO ASISTIÓ
LIC. ENOCH GUTIÉRREZ CRUZ
 PRESIDENTE DEL CENTRO PATRONAL DE CHIAPAS (COPARMEX)



NO ASISTIÓ
ARQ. CARLOS ALBERTO COUTIÑO COUTIÑO
 PRESIDENTE DEL CENTRO EMPRESARIAL DE CHIAPAS, S.P.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DR. VÍCTOR MANUEL CAL Y MAYOR CASTILLEJOS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS

DRA. ANA GABRIELA CASTELLANOS VALDEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA


SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

PROVEEDORES



 C. HENRY ALEX HERRERA MEDINA

EN REPRESENTACIÓN DE COORPORATIVO GORNAT DE MEXICO, S. A. DE C.V.



C. EDGAR CANTO LOPEZ

EN REPRESENTACIÓN DE INTEGRADORA DE SERVICIOS DE LABORATORIO E IMAGEN, S.C.



C. JOSE ANTONIO VAZQUEZ MORALES

EN REPRESENTACIÓN DE GLECO LAB, S DE R. L. DE C.V.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/002/2022, SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).