
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2023 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA MARTES 28 DE FEBRERO DEL 2023, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSTECH Y PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ; LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ; C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO, ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ; ING. ARTURO HUMBERTO SOLÍS MEGCHÚN, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ; LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ; C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO, REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN EL ISSTECH Y ASESOR DEL SUBCOMITÉ; C.P. CÁNDIDO CHANDOMÍ CAL Y MAYOR, COMISARIO PUBLICO PROPIETARIO E INVITADO DEL SUBCOMITÉ Y POR EL ÁREA REQUIRENTE: DR. VÍCTOR MANUEL CAL Y MAYOR CASTILLEJOS, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS; DR. OCTAVIO ALFREDO MOLINA MARTÍNEZ DE ESCOBAR, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2023 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.

1.- COMO PRIMER PUNTO. - SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

- 1.1. GLECO LAB S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. YOVANNY ANTONIO SANTIAGO LOPEZ.
- 1.2. INTEGRADORA DE SERVICIOS DE LABORATORIO E IMAGEN, S. C., REPRESENTADO POR LA C. SANDRA LUZ PENAGOS SARMIENTO.

2.- COMO SEGUNDO PUNTO. -DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.2 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2023 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TÉCNICAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES, CORREN A CARGO DEL PERSONAL REPRESENTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.

2.1. INTEGRADORA DE SERVICIOS DE LABORATORIO E IMAGEN, S. C.

COMO ESTA PREVISTO EN EL PUNTO 5.1 Y 5.2 INCISOS I Y II DE LAS BASES DE LA LICITACION ARRIBA IDENTIFICADA, POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO AGREGAR COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE HABER ADQUIRIDO LAS BASES, EN CONSECUENCIA, POR ESTE CONDUCTO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ME PERMITO PRESENTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. -LA DOCUMENTACION QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.1 FORMA Y TERMINOS DE PRESENTACION, DEBERA SER EXHIBIDA EN SU TOTALIDAD EN LOS TERMINOS QUE SE INDICA. ¿DE NO PRESENTARLO DE ESTA MANERA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION?



RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

2.-EN PUNTO 4.1 DE LAS BASES, SOLICITAN SOBRES SEPARADOS PARA LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA, ROTULADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: TIPO DE PROPUESTA, NUMERO DE LICITACION, RAZON SOCIAL, DOMICILIO, TELEFONO, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CORREO ELECTRONICO, AL RESPECTO ME PERMITO SOLICITAR INFORMACION SOBRE LO SIGUIENTE:

A.- LOS DATOS QUE SOLICITAN DEBE SER DE HOJA MEMBRETEADA DEL LICITANTE PARTICIPANTE Y PEGADA AL SOBRE

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

B.- EL DOMICILIO QUE SOLICITAN, ES EL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE PARTICIPANTE (MATRIZ) Y QUE SE ENCUENTRA EN LA INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C Y CEDULA FISCAL, ADEMÁS QUE DEBE SER DOMICILIO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

3.-PUNTO 4.2. INCISO H DE LAS BASES, SOLICITAN COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

¿LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, DEBERA AGREGARSE ALGUN COMPROBANTE DE RECIBO DE SERVICIOS CFE, TELEFONO, INTERNET?

RESPUESTA: NO ES NECESARIO, ÚNICAMENTE EL COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL.

4.- PUNTO 4.2 INCISO I DE LAS BASES, SOLICITAN DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR PRESENTADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. AL ESPECTO, SOLICITO AMABLEMENTE NOS INFORMEN SI EFECTIVAMENTE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2021, YA QUE LA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE PERSONA MORAL, SE TIENE COMO LÍMITE DE PRESENTACIÓN AL 31 DE MARZO DEL AÑO EN VIGENCIA

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

5.- PUNTO 4.2 INCISO J DE LAS BASES, SOLICITAN DECLARACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 PRESENTADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON CADENA Y SELLO DIGITAL ¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS CONFIRME SI LO SOLICITADO EFECTIVAMENTE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2023 Y DE QUE MESES SE DEBERA PRESENTAR?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ÚLTIMO PAGO.

6.- EN EL ANEXO A DE LAS BASES, CONSIDERAN LAS REQUISICIONES CON EL EJERCICIO 2022 (RSM/225/2022) HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, (RSM/226/2022) CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA, (RSM/226/2022) CONSULTA EXTERNA TUXTLA, (RSM/226/2022) CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, (RSM/226/2022) CLÍNICA HOSPITAL PALENQUE, ES CORRECTO O DEBER SER 2023 Y SI EXISTIRA ALGUN CAMBIO EN EL NÚMERO DE REQUISICIÓN O SOLAMENTE EL AÑO?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

7.- EN EL ANEXO A DE LAS BASES, INCISO C CONDICIONES DEL SERVICIO, MANIFIESTAN QUE EL PERÍODO DEBE SER DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO AL CALENDARIO Y LUGAR DE ACTOS, EL FALLO ESTÁ PROGRAMADO PARA EL DÍA 15 DE MARZO ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI ESTA INFORMACIÓN ES INCORRECTA Y LA FECHA QUE DEBE AMPARAR ES LA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023?

RESPUESTA: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

8.- EN LOS ANEXOS B, J Y L DE LAS BASES, CONSIDERAN INCLUIR MARCA POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDICUEN QUE DEBEMOS DE CONSIDERAR EN DICHA COLUMNA (NOMBRE DEL LICITANTE O NO APLICA)



RESPUESTA: NO APLICA.

9.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". D) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".
 A). - EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO. LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°.
 B) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO. LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA CADA UNO DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECÁNICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

10.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". E) REQUERIMIENTO DE ESTUDIO DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1. EQUIPO

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS (RUTINA). CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO. RENDIMIENTO MÍNIMO DE AL MENOS 400 PRUEBAS POR HORA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 350 PRUEBAS POR HORA SIN QUE ESTO AFECTE LA CAPACIDAD DE TRABAJO DEL HOSPITAL ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

11.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". D) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACIÓN HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c.

E) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACIÓN HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA CADA UNO DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HbA1c, QUE CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES DE LA NGSP Y LA IFCC, CUYO MÉTODO ANALÍTICO ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR AUTOMATIZADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.



12.- ANEXO A. G. REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS DE INMUNOLOGÍA (ESPECIALES) PARA LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". NO SE INDICA EQUIPO PARA EL PROCESO DE LOS ESTUDIOS MENCIONADOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DICHS ESTUDIOS SE REFERENCIARÁN AL HOSPITAL VIDA MEJOR. ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR CARTA EN LA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SE COMPROMETE A INSTALAR EL EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN, EN LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA".

EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS ESPECIALES:
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE INMUNOLOGIA:

- ✓ PRINCIPIO DE MEDICION: QUIMIOLUMINISCENCIA INDIRECTA
- ✓ TECNOLOGÍA DE MICRO PARTÍCULAS Y LUMINISCENCIA POR LO TANTO MAYOR SENSIBILIDAD.
- ✓ FASE SÓLIDA CON PARTÍCULAS PARAMAGNÉTICAS.
- ✓ CARGA CONTINUA DE MUESTRAS Y REACTIVOS.
- ✓ ACCESO ALEATORIO O MODO DE LOTE.
- ✓ CARGA CONTINUA.
- ✓ SCANNER PARA CÓDIGO DE BARRAS.
- ✓ ESTACIÓN PARA REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN.
- ✓ ESCÁNER PARA CÓDIGO DE BARRAS.
- ✓ TODOS LOS REACTIVOS INCLUYENDO CALIBRADORES ESTÁN A BORDO.
- ✓ CONTIENE UN DEPÓSITO PARA MÓDULOS DE REACCIÓN.
- ✓ DOS BRAZOS CON MOVIMIENTO INDEPENDIENTE (X, Y, Z).
- ✓ CUENTE CON AGUJAS PARA PIPETEAR MUESTRAS Y REACTIVOS.
- ✓ INCUBADORA.
- ✓ CURVA MAESTRA ALMACENADA PARA CADA PRUEBA.
- ✓ CALIBRADORES INDIVIDUALES.
- ✓ DETECCIÓN DE COÁGULO.
- ✓ CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS.
- ✓ INVENTARIO CONTINUO DE REACTIVOS Y LÍQUIDOS.
- ✓ DILUCIÓN AUTOMÁTICA DE MUESTRAS CON TÍTULOS ELEVADOS.
- ✓ OPERACIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE 15°C A 30 °C.
- ✓ CAPACIDAD PARA PROCESAR HASTA 24 DIFERENTES ENSAYOS.
- ✓ HASTA 100 PRUEBAS POR HORA.
- ✓ TIEMPOS DE INCUBACIÓN CORTOS.
- ✓ AMPLIO RANGO DE ENSAYOS PARA RUTINA Y PARA DIAGNÓSTICOS ESPECIALES.
- ✓ RECARGA CONTINUA DE MUESTRAS Y REACTIVOS.
- ✓ REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN.
- ✓ CAPACIDAD MÍNIMA PARA 60 TUBOS PRIMARIOS DE CUALQUIER TAMAÑO.
- ✓ MODO DE OPERACIÓN FLEXIBLE: ALEATORIO, LOTE Y URGENCIAS, PRIORIDAD DE PRUEBAS.
- ✓ IBM .PC COMPATIBLE.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

- ✓ MONITOR A COLOR.
- ✓ SOFTWARE BASADO EN WINDOWS CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO.
- ✓ CARRUSEL DE REACTIVOS PARA 24 PAQUETES ABORDO, DE 50 TEST CADA UNO CON REFRIGERACIÓN
- ✓ INCORPORADA PARA MEJORAR SU ESTABILIDAD.
- ✓ CAPACIDAD DE CARGA DE MUESTRA CONTINUA, HASTA 60 MUESTRAS EN 6 RACKS DE 10 MUESTRAS CADA UNA,
- ✓ CAPACIDAD DE PROCESO DE 100 PRUEBAS/HORA.
- ✓ VOLUMEN DE MUESTRA NECESARIO VARÍA ENTRE 5-200 uL, DEPENDIENDO DEL ENSAYO
- ✓ MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA INDIRECTA.
- ✓ CURVA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y ESTABLE POR 28 Y 56 DÍAS,
- ✓ MENOS ESPACIO DE MESA, CON ESTACIÓN DE TRABAJO CÓMODA CON ACCESO A TODAS LAS FUNCIONES DEL SISTEMA.
- ✓ CARRUSEL DE REACTIVOS PARA 24 PAQUETES ABORDO, DE 50 TEST CADA UNO CON REFRIGERACIÓN INCORPORADA PARA MEJORAR SU ESTABILIDAD.
- ✓ CAPACIDAD DE CARGA DE MUESTRA CONTINUA, HASTA 60 MUESTRAS EN 6 RACKS DE 10 MUESTRAS CADA UNA, VELOCIDAD DE 100 PRUEBAS/HORA...
- ✓ CURVA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y ESTABLE POR 28 Y 56 DÍAS, PARA LA DETERMINACIONES CUANTITATIVAS
- ✓ CALIBRACIONES DE 6 PUNTOS POR DUPLICADO. CONFIGURACIÓN FLEXIBLE, PERMITE AL LABORATORIO DEFINIR RANGOS DE REFERENCIA, UNIDADES, FORMATO DE INFORMES Y
- ✓ PERFILES. CONTROL DE TEMPERATURAS POR MEDIO DE TERMISTORES.
- ✓ LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO, PARA PROCESAMIENTO DE TUBO PRIMARIO Y CONEXIÓN AL LIS.
- ✓ INTERFAZ DE USUARIO PANTALLA TÁCTIL PARA MEJORA DEL MANEJO DE DATOS Y GESTIÓN DE LAS MUESTRAS.
- ✓ VISTA DEL RACK DE MUESTRA Y EL TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN EN TIEMPO REAL.
- ✓ VISTA RÁPIDA DE INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA SOLICITADA, TRABAJO PENDIENTE Y RESULTADOS DE PRUEBAS.
- ✓ REALIZA PRUEBA DE RÉFLEX O DILUCIONES AUTOMÁTICAS, DEFINIDAS POR EL USUARIO, PARA ELIMINAR LAS REPETICIONES.
- ✓ PERMITE COMPROBAR EL ESTADO DE LOS SUMINISTROS NECESARIOS Y CARGARLOS EN CUALQUIER MOMENTO
- ✓ CONTROL DE CALIDAD A BORDO.
- ✓ LOS CONTROLES DEBERAN CONTENER VALORES ASIGNADOS PARA LAS PRUEBAS Y METODOLOGIAS REALIZADAS EN EL EQUIPO
- ✓ EL EQUIPO DEBERA ESTAR INTERFASADO A LA RED INTERNA DEL LABORATORIO, LA INTERFASE DEBE INCLUIR VALIDACION ELECTRONICA DE RESULTADOS, IMPRESIÓN DE REPORTE ÚNICO DE LOS MISMO MEDIANTE UNA IMPRESORA.
- ✓ CONFIGURACIÓN ESTADÍSTICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO.
- ✓ INDIQUE AUTOMÁTICAMENTE A LOS TÉCNICOS LOS RESULTADOS ANORMALES
- ✓ SOFTWARE EN ESPAÑOL. MONITOR E IMPRESORA INTEGRADOS.
- ✓ SE DEBEN INCLUIR MANUALES DEL SISTEMA Y DEL USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL. ADEMÁS DEL SISTEMA NO BRAKE, CON REGULADO.

13.- ANEXO A. C.- CONDICIONES DE ENTREGA. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD. EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ CONTAR CON SOFTWARE ADMINISTRADOR DE DATOS QUE MUESTRE GRÁFICAS DE LEVEY-JENNINGS, YOUNDEN, HISTOGRAMAS Y REGLAS DE WESTGARD. QUE APLIQUE VARIABILIDAD BIOLÓGICA, ERROR TOTAL E INCERTIDUMBRE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EVALUAR EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO A TRÁVES DE UN PROGRAMA EXTERNO AL EQUIPO, QUE PLANIFIQUE EL CONTROL DE CALIDAD CON BASE EN LA MÉTRICA SIGMA, CRITERIOS DE RECHAZO POR MEDIO DE GRÁFICAS DE LEVEY-JENNINGS Y REQUISITOS DE CALIDAD, ASÍ COMO EL CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?



RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

14.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". E) REQUERIMIENTO DE ESTUDIO DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS (RUTINA). CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO. VOLUMEN DE MUESTRA MENOR A 10 MICROLITROS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON VOLUMEN DE MUESTRA DE 10 MICROLITROS POR PRUEBA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

15.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". G) REQUERIMIENTO DE ESTUDIO DE INMUNOLOGÍA (ESPECIALES), PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". LISTA DE ESTUDIOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR LA METODOLOGÍA REQUERIDA PARA EL ANÁLISIS DE LOS ACS. ANTICLEARES. SIENDO LA IDÓNEA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA.. ¿FAVOR DE ACLARAR?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

RESPUESTA: ES CORRECTA LA METODOLOGIA IFI (INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA).

16.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". K) REQUERIMIENTO DE ESTUDIO DE MARCADORES CARDIACOS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE MEDICIÓN DE BIOMARCADORES CARDIACOS, CON SISTEMA DE CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA INTERNA, MEDIANTE EL USO DE UN CHIP DE CALIBRACIÓN, LO QUE PERMITE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL LECTOR. POR PRUEBA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

17.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". K) REQUERIMIENTO DE ESTUDIO DE MARCADORES CARDIACOS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: TRANSMISIÓN DE RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA VÍA DE PUERTO INFRAROJO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE MEDICIÓN DE BIOMARCADORES CARDIACOS, CON IMPRESORA INTEGRADA Y PUERTO RS232 PARA INTERFAZAR A UNA COMPUTADORA CON CONEXIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO (SIL) ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

18.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". K) REQUERIMIENTO DE ESTUDIO DE MARCADORES CARDIACOS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: TIEMPO DE RESULTADO MÁXIMO 15 MINUTOS, UTILICE TIRAS REACTIVAS INDIVIDUALES, VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 150 MICROLITROS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE MEDICIÓN DE BIOMARCADORES CARDIACOS, CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 300 MICROLITROS, TIEMPO DE RESPUESTA DE 15 A 20 MINUTOS, UN CONTROL DE CALIDAD INTERNO INTEGRADO EN UNA TARJETA PARA TROPONINA, MIOGLOBINA, CKMB, Y EN PRUEBAS INDIVIDUALES BNP, DÍMERO D. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

19.- EN EL PUNTO 4.3- PROPUESTA TÉCNICAS INDICAN QUE SE DEBERA PRESENTAR EN CD EL ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OFERTADOS ANEXO B, DEBERA ELABORARSE EN FORMATO EXCEL O SIMILAR, SIN CONTRASEÑAS O CANDADOS, DEBIDAMENTE REQUISITADO DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO A (EL ARCHIVO DEBERA INDICAR TODOS LOS DATOS DE LE PROPUESTA TECNICA IMPRESA)

¿ESTO SE REFIERE QUE SE PUEDE PRESENTAR EN FORMATO EXCELL O WORD?

RESPUESTA: FORMATO EXCELL.

2.2 LABORATORIOS LICON, S.A.

1.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°.



SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECANICO. GARANTIZANDO EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

2.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGÜÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. DETERMINACION DEGRUPO SANGUINEO (DETERMINACION DE LOS ANTIGENOS DEL SISTEMA ABO, Rh (D) Y DETERMINACION DEL GRUPO SERICO O INVERSO).

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGÜÍNEO DIRECTO E INVERSO, SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR QUE SE REALICE EN UN SOLO PROCESO Y QUE REALICEN LA DETERMINACIÓN DE ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, CONTROL RH, A1 Y B, TAL COMO LO ESTABLECE LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

3.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATIES HUMANOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA EN SUSPENSIÓN AL 0.8% EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PANEL DE HEMATIES DE CONFIGURACIÓN ANTIGÉNICA CONOCIDA SERÁ UTILIZADO CON LA FINALIDAD DE SER UNA PRUEBA DE ESCRUTINIO PARA LA DETECCIÓN Y/O PRESENCIA DE ANTICUERPOS IRREGULARES Y DE IMPORTANCIA CLÍNICA EN PACIENTES CON ANTECEDENTES TRANSFUSIONALES Y EL ABORDAJE DE INCOMPATIBILIDAD MATERNO FETAL ACORDE A LO QUE REFIERE LA NORMA-253-SSA1-2012. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: APEGARSE A LA NOM 253-SSA1-2012.

4.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATIES HUMANOS PAPAINIZADOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA, EN SUSPENSIÓN AL 0.8 % EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES.

SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ENZIMA PROTEOLÍTICA POR SEPARADO PARA QUE DE MANERA OPCIONAL EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA TENGA UNA ALTERNATIVA MAS EN LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, SOBRE TODO EN EL CASO DE ABORDAR CASOS CLÍNICOS EN DONDE SEA INEVITABLE EL USO Y LA APLICACIÓN DE ESTE RECURSO TÉCNICO; HABLANDO DE POSIBLES MEZCLAS DE ANTICUERPOS HACIA DIFERENTES SISTEMAS DE ANTÍGENOS ERITROCITARIOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. SE ACEPTA SU PROPUESTA.

5.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. ANTI DIG + IG, FRASCO CON 10 ML.

ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EL PRODUCTO A COTIZAR ES ANTI D IGG+IGM. ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

6.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". J).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO ¿ SE ACEPTA?.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

7.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

8.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". M).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (INMUNOLOGÍA DE RUTINA), PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: VDRL.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, PRUEBA RÁPIDA DE FLOCULACIÓN EN PLACA CON CARBÓN PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS REAGINICOS EN SUERO O PLASMA PARA EL DIAGNÓSTICO DE SIFILIS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

9. -ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA.A.- PLAZO DE ENTREGA. EN CASO DE EQUIPO CON DOS AÑOS COMO MÁXIMO DE USO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, INTEGRANDO HISTORIAL DEL MANEJO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INTEGRANDO EN LA PROPUESTA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EMITIDA POR EL FABRICANTE, QUE LOS EQUIPOS A INSTALAR SE ENCUENTRAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO Y QUE SE GARANTIZARÁ SU BUEN FUNCIONAMIENTO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

10. - ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD:

B. EN EL SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD EXTERNO DEBERÁ PROPORCIONAR INFORMES MENSUALES DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON INFORMES EN LÍNEA QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS PARTICIPANTES. LA INSCRIPCIÓN A ESTOS PROGRAMAS CONTINUARÁ HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO. EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ SER INTEGRAL PARA TODAS LAS ÁREAS (SEGÚN APLIQUE) QUE SE ENLISTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA ENTREGA DE INFORMES CADA TRES MESES YA QUE EL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA Y SEROLOGÍA A OFERTAR CUENTA CON ENTREGAS TRIMESTRALES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

11.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR. REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGÜÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1. SE COMPROMETE A SURTIR SIN COSTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO LO SIGUIENTE: CLAE: 800406 DESCRIPCIÓN: LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1). PARA DETERMINACION DE GRUPO A1, PRESENTACIÓN: FRASCO CON 2. ML.



SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 5ML. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

12.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". E. REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". ANALIZADOR SEMIAUTOMATIZADO PARA ESTUDIOS DE COAGULACIÓN. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO, CON DETECCIÓN DE COAGULO MECÁNICO, CON PIPETEADOR PARA PROCESO DE MUESTRAS, CON UNA GAMMA COMPLETA DE ENSAYOS COAGULOMETRICOS, CON ÁREA DE INCUBACIÓN A 37 PARA 8 MUESTRAS Y 5 REACTIVOS: CON UN ÁREA DE PREPARACIÓN DE 12 MUESTRAS. SOFTWARE EN ESPAÑOL, PANTALLA E IMPRESORAS INTEGRADAS, YA QUE LAS PRUEBAS A REALIZAR DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, ÚNICAMENTE SOLICITAN TIEMPO DE PROTROMBINA Y TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

13.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". F).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". F).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO ¿ SE ACEPTA?.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

14.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES. (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

15.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECANICO. GARANTIZANDO EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.



16.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE EQUIPOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: CAPACIDAD MINIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA.

SE SOLICITA AMABLEMNTNE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 A 160 DETERMINACIONES A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

17.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE EQUIPOS PARA LA CLÍNICA

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. E).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINAGLICOSILADA HbA1c.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO ¿ SE ACEPTA?.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

18.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

19.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE DEBERÁN OFERTAR CONTROLES DE TERCERA OPINION DE HEMATOLOGÍA PARA LOS ESTUDIOS DE QUIMICA CLINICA, COAGULACIÓN E INMUNOLOGÍA, PARA LOS LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LOS DIFERENTES HOSPITALES QUE INTEGRAN ISSTECH. ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEBERÁN PRESENTARLAS DE MANERA ORDENADA, IDENTIFICADA Y FOLIADA DE ACUERDO AL PUNTO 5.3.- **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** DE LAS BASES; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIN EMBARGO LOS ERRORES U OMISIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SON IMPUTABLES Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS LICITANTES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.



SE LES EXHORTA A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN LA **PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS** A LLEVARSE A CABO EL DÍA 07 DE MARZO DE 2023 A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DEL SUBCOMITÉ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N ESQUINA BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA C.P. 29044, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:-----

PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA

ASESOR

C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN EL
ISSTECH

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA

ÁREA REQUERENTE

DR. VÍCTOR MANUEL CAL Y MAYOR CASTILLEJOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS

DR. OCTAVIO ALFREDO MOLINA MARTÍNEZ DE ESCOBAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA

PROVEEDORES

C. YOVANNY ANTONIO SANTIAGO LOPEZ,
EN REPRESENTACIÓN DE GLECO LAB S. DE R.L. DE C.V.

C. SANDRA LUZ PENAGOS SARMIENTO
EN REPRESENTACIÓN DE INTEGRADORA DE SERVICIOS DE LABORATORIO E IMAGEN, S. C.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N.º LCPE/ISSTECH/003/2023 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).