
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/013/2023, ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DEL 2023, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSTECH Y PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ; LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ; LOS VOCALES SIGUIENTES: LAE. MAURO VELÁZQUEZ ESPINOZA, REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ; L.A. ERÉNDIRA GUADALUPE ESCOBAR CHABLÉ, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ; LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ; C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO, REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN EL ISSTECH Y ASESORA DEL SUBCOMITÉ; C.P. CÁNDIDO CHANDOMÍ CAL Y MAYOR, COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO E INVITADO DEL SUBCOMITÉ; Y POR EL ÁREA REQUIRENTE: DR. VICTOR MANUEL CAL Y MAYOR, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS; DR. ALEJANDRO VELASCO ALFARO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MÉDICA; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/013/2023, ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.-----

1.- COMO PRIMER PUNTO. - SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.1. INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS KALF S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR LA C. KARLA LARA GOMEZ.

2.- COMO SEGUNDO PUNTO. -DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.2 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/013/2023, ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TÉCNICAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES, CORREN A CARGO DEL PERSONAL REPRESENTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.

2.1. DISTRIBUIDORA MEDICA TU S.A. DE C.V.

LOTE 1 COMPRESERO CALIENTE (TERAPEUTICO).

PREGUNTA 1.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE. ¿TAMAÑO Y CANTIDAD DE CADA UNA DE LAS COMPRESAS QUE REQUIEREN?

RESPUESTA: SE REQUIEREN: 4 ESTANDAR E1, 3 ESTANDAR E2 (2 ESPALDA – 1 CUELLO), 12 ESTANDAR M2 Y 24 ESTANDAR M4.

PREGUNTA 2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE. ¿ES CORRECTO QUE EL COMPRESERO DE LAS COMPRESAS TENGA UNA CAPACIDAD PARA 12 COMPRESAS ESTÁNDAR?

RESPUESTA: NO ES NECESARIO LA CAPACIDAD PARA 12 COMPRESAS.



PREGUNTA 3.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE. PARA MANTENER UN BUEN CONTROL EN LAS TEMPERATURAS DE LAS COMPRESAS ¿ES CORRECTO QUE DEBA TENER UN TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA DE 71 A 77 GRADOS CENTÍGRADOS CON ALTA PRECISIÓN?

RESPUESTA: SE ACEPTARÍA CON TERMOSTATOS CON RANGO DE HASTA 30 A 110 GRADOS CENTÍGRADOS-

LOTE 24 MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTÁLMICO CON VISUALIZACIÓN DE RETINA.

PREGUNTA 4.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LA DISTANCIA DE TRABAJO MENCIONA 3 TIPOS 175 MM, 200 MM Y 225MM. ¿CUÁL DE LOS 3 TIPOS ES LA QUE SE DEBE OFERTAR?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

RESPUESTA: LA DISTANCIA DE TRABAJO DE 200 MM

PREGUNTA 5.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE. SOLICITAN 3 TIPOS DE OCULARES DE GRAN ANGULAR PARA USUARIOS CON GAFAS. ¿CUÁL DEBE SER LA CORRECTA?

RESPUESTA: 10 X

PREGUNTA 6.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿CUÁL DEBE SER LA INCLINACIÓN DEL TUBO BINOCULAR PARA CIRUJANO PRINCIPAL?

RESPUESTA: UNA INCLINACIÓN DE 10 A 50 GRADOS

PREGUNTA 7.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. EN EL PEDAL DE CONTROL INALÁMBRICO; ¿NOS PERMITE OFERTAR EL DE 12 FUNCIONES PROGRAMABLES CON CABLE DE RESPALDO?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 8.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SOLICITAN DIFERENTES DIVISORES DE HACES ROTABLES; ¿CUÁL DEBE SER EL CORRECTO?

RESPUESTA: 70/30

PREGUNTA 9.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SOLICITAN SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL MORS4, ¿NOS PERMITE OFERTAR SISTEMA DE GRABACIÓN 4K?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 10.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ADAPTADOR ZOOM DE VIDEO LEICA (VA) F=35-100-MM, ¿SE REFIERE A UNA MARCA ESPECIFICA? FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: PUEDE SERLENTE CON TECNOLOGIA LEICA, CARL ZEISS O SIMILAR

PREGUNTA 11.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES:

LA TECNOLOGÍA MANUAL VA 55/70 MM. REMOTO VA 55/70 MM

SUPLEMENTO DUAL PARA TV Y FOTOGRAFÍA: 1 = 60/85/107 MM PARA TV, 1 = 250/350 MM PARA CÁMARA DE 35 MM

TUBO DE FOTOGRAFIA F A 250/350 MM

OBSERVACIÓN GRAN ANGULAR

RUV800

¿NOS PERMITE OFERTAR, VIDEO CÁMARA DIGITAL FULL HD, EL CUAL NOS PROPORCIONA MÁS OPCIONES QUE LAS SOLICITADAS?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 12.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES:

LAMPARA DE RECORRIDO MOTORIZADO 23% ANCHURA DE HENDIDURA 0.01 - 15 MM.

HENDIDURALONGITUD 3 - 15 MM, GIRATORIO 180°, CAMBIADOR DE LAMPARA RÁPIDO

CAPTURA Y MÓDULO DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITAL, DE COLOR

PROCESAMIENTO VERDADERO Y ALTA RESOLUCIÓN DI C800 PARA VISUALIZACIÓN DE

DE IMÁGENES DATOS, RESOLUCIÓN DE 1024 K 768 PÍXELES

COLOCACIÓN DE TORICEYEPIECE.



SE TRATA DE UNA TECNOLOGÍA ANTIGUA, ¿NOS PERMITE OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA CAPACIDAD DE SISTEMA DE GRABACIÓN DE UN 1 TERABYTE CON CAPACIDAD DE INGRESAR DATOS DE PACIENTE, CON PANTALLA DE CONTROL TÁCTIL CON SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE RETINA EL CUAL NO REQUIERE DE INVERSOR ADICIONAL DE IMAGEN?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 13.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE. ¿CUÁL ES EL TUBO BINOCULAR QUE SOLICITAN?

RESPUESTA: DE 10 A 50 GRADOS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

PREGUNTA 14.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿ES CORRECTO PROPONER LAS ULTIMAS COMPATIBILIDADES DE VIDEO, IMÁGENES Y ARCHIVOS DE FORMA DIGITAL?

RESPUESTA: ES CORRECTO

LOTE 53 PARAFINERO PARA MANO (TERAPEUTICO).

PREGUNTA 15.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SOLICITAN FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE; CON LA FINALIDAD DE TENER UN EQUIPO MÁS LIGERO PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR; FABRICADO EN ALUMINIO ANONIZADO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO CON CUBIERTA PLÁSTICA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 16.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES: SOLICITAN DIMENSIONES DEL TANQUE 15.2 X 15.2X30.4 CMS, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR; LAS MEDIDAS PROPIAS DE NUESTRA MARCA, SIN QUE ESTO DEMERITE SU CAPACIDAD DE 6 LIBRAS DE PARAFINA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 17.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES: LAS DIMENSIONES EXTERIORES QUE SOLICITAN SON DE 26.6X22.2X41.2 CMS. LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR UN EQUIPO MÁS CONFORTABLE, CON MEDIDAS 36X20X20 CMS Y NOS PERMITA TENER UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 9 LIBRAS DE PARAFINA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 18.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO; INCLUYE 6 LIBRAS DE PARAFINA, ¿ES CORRECTO O SOLO SE REFIERE A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO INCLUYE 6 LIBRAS DE PARAFINA

2.2. INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS KALF S.A. DE C.V.

1. PREGUNTA

REFERENTE AL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES.

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES, QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES A LA VISTA FUERA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SERÁ EN ORIGINAL Y UN JUEGO DE COPIAS LEGIBLES (LAS COPIAS DEBERÁN INCLUIR SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE FACULTADO EN TODAS HOJAS, CONSTARÁ DE:

A) CÉDULA DEL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE, CON EL RUBRO 53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
(CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL, LA COPIA DE LA CÉDULA DEBE SER DE AMBOS LADOS).

DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES EN EL RUBROS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE, TENEMOS ENTENDIDO QUE EL RUBRO QUE AHORA SERÍA EL EQUIVALENTE AL QUE SOLICITAN ES EL: 21 - EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL.

POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN BAJO ESE RUBRO YA QUE ES CON EL QUE SE CUENTA EN EL PADRÓN ACTUAL DE MI REPRESENTADA.

¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: EL RUBRO PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN ES EL 21.- EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL.

2. PREGUNTA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA PRESENTE LICITACIÓN ESTATAL SE PERMITE LA PARTICIPACIÓN EN CONJUNTA CON ALGUNA OTRA EMPRESA QUE TENGA CEDULA DEL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE?.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

RESPUESTA: NO SE ACEPTAN PARTICIPACIONES CONJUNTAS.

3. PREGUNTA

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, ¿AMBAS EMPRESAS TENDRÍAN QUE SER EMPRESAS ESTALES O BIEN BASTARÍA CON QUE AL MENOS UNA DE ELLAS LO SEA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

4. PREGUNTA

SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NUMERO DOS FUE POSITIVA, PARA VALIDAR LA PARTICIPACIÓN DE AMBAS EMPRESAS SE PODRÍA PRESENTAR UN CONVENIO SIMPLE DONDE SE PONGA DE MANIFIESTO LAS OBLIGACIONES DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PARA ESTA PRESENTE CONVOCATORIA Y BASTARÍA CON QUE ALGUNA DE LAS DOS EMPRESAS HAYA ADQUIRIDO LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTAN PARTICIPACIONES CONJUNTAS.

5. PREGUNTA

REFERENTE AL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES.

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES, QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES A LA VISTA FUERA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SERÁ EN ORIGINAL Y UN JUEGO DE COPIAS LEGIBLES (LAS COPIAS DEBERÁN INCLUIR SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE FACULTADO EN TODAS HOJAS, CONSTARÁ DE:

A) CÉDULA DEL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE, CON EL RUBRO 53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL, LA COPIA DE LA CÉDULA DEBE SER DE AMBOS LADOS).

DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES EN EL RUBROS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE, TENEMOS ENTENDIDO QUE EL RUBRO QUE AHORA SERÍA EL EQUIVALENTE AL QUE SOLICITAN ES EL: 21 - EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL.

POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN BAJO ESE RUBRO YA QUE ES CON EL QUE SE CUENTA EN EL PADRÓN ACTUAL DE MI REPRESENTADA.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: EL RUBRO PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN ES EL 21.- EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL.

6. PREGUNTA

REFERENTE AL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES.

INCISO Q) ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD RESPECTO A: EXPERIENCIA EN EL RAMO ANEXO E. SOLICITAN EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS AÑOS EN EL RAMO QUE SE ESTÁ LICITANDO.

DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES EN EL ARTÍCULO 26. XIII. INCISO H) QUE CUENTE CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA ATENDER EL OBJETO DE LA LICITACIÓN Y LA PUEDA COMPROBAR A SOLICITUD DEL COMITÉ O SUBCOMITÉ.



SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA EXPERIENCIA DE AÑO Y CUATRO MESES, TOMANDO EN CUENTA QUE LA EMPRESA ESTA ESTRUCTURA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA DE MÁS DE 5 AÑOS EN EL RAMO MISMA QUE PUEDE SER COMPROBADA MEDIANTE CURRÍCULUM DE LA EMPRESA Y CONSTANCIAS DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL QUE ESTARÁ A CARGO DE LA ENTREGA, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CUANTO A LOS EQUIPOS QUE VAMOS A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

7. PREGUNTA

4.3- PROPUESTAS TÉCNICAS- INCISO B) ESCRITO, EN EL QUE DEBERÁN MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

PUNTO 5 . PRESENTE CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEL FABRICANTE VIGENTE DE LOS BIENES OFERTADOS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE TIENEN QUE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CON COPIA CERTIFICADA O ¿BASTARÁ CON PRESENTAR EL MANIFIESTO QUE SE CUENTAN CON LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE LOS REQUIERAN?

RESPUESTA: PODRÁ PRESENTAR EL MANIFIESTO QUE SE CUENTAN CON LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS LICITANTES, MISMO QUE DEBERA PRESENTAR POSTERIOR AL FALLO.

8. PREGUNTA

4.3- PROPUESTAS TÉCNICAS- INCISO B) ESCRITO, EN EL QUE DEBERÁN MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

PUNTO 8. MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, EN CASO DE DISTRIBUIDORES.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA QUE RESPALDE NUESTRA PROPUESTA INDICANDO LAS PARTIDA, O BASTARA CON PRESENTAR EL MANIFIESTO?

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA QUE RESPALDE LA PROPUESTA INDICANDO POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, EN CASO DE SER DISTRIBUIDORES.

9. PREGUNTA

4.3- PROPUESTAS TÉCNICAS- INCISO B) ESCRITO, EN EL QUE DEBERÁN MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

PUNTO 8. DEBERÁ DEMOSTRAR MEDIANTE CARTA DEL FABRICANTE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA ES TECNOLOGÍA QUE SE COMERCIALIZA ACTUALMENTE, QUE TENDRÁ COMO MÍNIMO 10 AÑOS DE VIDA EN EL MERCADO, ANTES DE SER OBSOLETA O DESCONTINUADA.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA QUE LA CARTA SEA EXPEDIDA POR EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA O REPRESENTANTE EN MÉXICO, LOS CUALES TIENEN LOS REGISTROS SANITARIOS A SU NOMBRE.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

10. PREGUNTA

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ¿SE DEBE ENTREGAR DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA CATÁLOGOS, MANUALES, Y/O FICHAS TÉCNICAS REFERENCIADOS DE ACUERDO AL "ANEXO A" "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". ESTO CON EL FIN DE QUE SE CORROBOREN QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SEAN LAS QUE ESTAMOS OFERTANDO?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

11. PREGUNTA

DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿PODRÍAMOS ENTREGAR DICHS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS Y/O MANUALES REFERENCIADOS EN LA USB EN LA QUE SE ENTREGARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTO DEBIDO A QUE SON EQUIPOS CON MANUALES EXTENSOS POR LO CUAL IMPRIMIR TODA ESA INFORMACIÓN SERÍA UN GASTO DE PAPEL EXCESIVO. ¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

12. PREGUNTA

SE PUEDEN OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

13. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 3. MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO INTERMEDIO

ACCESORIOS:



PARA ADULTO / PEDIÁTRICO:

UN CABLE TRONCAL Y DOS SENSORES TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRÍA DE PULSO. UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).

BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO.

UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS.

PARA NEONATO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS.

UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR MULTISITIO REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO. UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).

20 BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAS DIFERENTES, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.

UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS.

ACCESORIOS GENERALES:

SISTEMA PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED O SOPORTE PARA FIJARSE A CAMILLA O SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS.

300 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO / PEDIÁTRICO.

300 ELECTRODOS PARA ECG NEONATALES.

SE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿SI ESAS SON LAS CANTIDADES DE ACCESORIOS QUE SE DEBEN ENTREGAR?

RESPUESTA: ES CORRECTO, ESAS SON LAS CANTIDADES DE ACCESORIOS A ENTREGAR

14. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 3. MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO INTERMEDIO

ACCESORIOS GENERALES:

SISTEMA PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED O SOPORTE PARA FIJARSE A CAMILLA O SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, ¿CON QUE SISTEMA DE FIJACIÓN REQUIERE CADA UNO DE LOS MONITORES?

RESPUESTA: SOPORTE DE PARED

15. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 3. MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO INTERMEDIO

CAPNOGRAFIA - 1.- CANAL ADICIONAL SIMULTÁNEO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÉTODO DE DETECCIÓN DE CAPNOGRAFÍA ADICIONAL A FUTURO, MIENTRAS SE DEMUESTRE MEDIANTE BROCHURES/MANUALES, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: CANAL ADICIONAL SE REFIERE AL MISMO CAPNOGRAFO, NO UNO EXTRA.

16. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 3. MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO INTERMEDIO

DEBE INCLUIR 20 LINEAS DE MUESTREO PARA MICROSTREAM

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LÍNEAS DE MUESTREO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA OFERTADA (SIDESTREAM) Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO OFERTAR LÍNEAS DE MUESTREO PARA TECNOLOGÍA MICROSTREAM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES

17. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 9. MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA

PUNTO 2.1.- SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES (1 SEVOFLURANE, 1 ISOFLORANE).

SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE INDICAR QUE VAPORIZADORES DE AGENTE ANESTÉSICOS SOLICITA Y EN QUE CANTIDAD YA QUE EN EL PUNTO 2.1 MENCIONA 1 SEVOFLURANE Y 1 ISOFLORANE Y EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA UN VAPORIZADOR DE DESFLURANE.

RESPUESTA: SE REQUIEREN VAPORIZADORES DE AGENTE ANESTÉSICOS COMO PRINCIPALES 1 DE SEVOFLURANE, 1 DE ISOFLORANE Y COMO ACCESORIO 1 DE DESFLURANE



18. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 9. PUNTO 7.1 MONITOR MODULAR

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR PRECONFIGURADO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

19. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 9. PUNTO 7.1 MONITOR MODULAR

PUNTO 7.3 PANTALLA POLICROMÁTICA CON TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 15" COMO MINIMO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 12", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

20. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 9. PUNTO 7.1 MONITOR MODULAR

PUNTO 7.11.1 MEDICIÓN DE CO2 POR MEDIO SIDESTREAM.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO EN EL MONITOR DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES

21. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 9. PUNTO 7.1 MONITOR MODULAR

PUNTOS: 7.17.- ESPIROMETRÍA:

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, ¿SI SE REFIERE A CAPNOGRAFIA EN ESTE PUNTO O YA QUE LA ESPIROMETRÍA SE REFIERE A UN ESTUDIO DE RESISTENCIA DE AIRE EN LOS PULMONES.?

RESPUESTA: NO SE REFIERE A CAPNOGRAFIA

22. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 9. PUNTO 7.1 MONITOR MODULAR

7.17.1.- CURVA DE FLUJO.

7.17.2.- VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO.

7.17.3.- VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO.

7.17.4.- DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN / VOLUMEN Y FLUJO / VOLUMEN, CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO.

7.17.5.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA COMPLIANCE PULMONAR DEL PACIENTE Y/O RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA.

7.18.- GASES:

7.18.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO.

7.18.2.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO.

7.18.3.- IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS.

7.18.4.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GAS ANESTÉSICO

7.18.5.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA (MAC).

7.18.6.- DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS SIMULTÁNEOS Y DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÁS ALTA.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE ESTOS PUNTOS SE PUEDAN VISUALIZAR EN LA PANTALLA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, YA QUE LA MAQUINA CUENTA CON MODULO ANALIZADOR DE GASES Y SI SE DESPLIEGA ESTOS PARÁMETROS EN EL MONITOR OCUPARÍAN ESTARÍAN DUPLICADOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

23. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 9. PUNTO 7.1 MONITOR MODULAR

PUNTO 7.19.- PROFUNDIDAD HIPNÓTICA

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MEDIR ESTE PARÁMETRO CON UN EQUIPO EXTERNO. ¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

24. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 9. PUNTO 7.1 MONITOR MODULAR



PUNTO ACCESORIOS:

PARA RELAJACIÓN MUSCULAR: SENSOR ADULTO Y PEDIÁTRICO. Y ELECTRODOS PARA ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ¿ES NECESARIO OFERTAR LOS ACCESORIOS MENCIONADOS PORQUE NO LO MENCIONAN EN NINGÚN PUNTO DE LAS CARACTERÍSTICAS?

RESPUESTA: SI ES NECESARIO OFERTAR LOS ACCESORIOS, 10 ACCESORIOS DESECHABLES O 2 REUSABLES

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

25. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 13: CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA DE MULTIPLES POSICIONES

PUNTO 13: COLCHÓN DE POLIURETANO DE 15 CM. (+/- 5%) DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD CON DISEÑO PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO Y CON FUNDA REMOVIBLE PARA LAVADO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA SE ACEPTA UNA FUNDA NO REMOVIBLE, CON COSTURAS HERMÉTICAS ESTO PARA EVITAR CONTAMINACIONES DENTRO DEL COLCHÓN. ¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA LA PROPUESTA

26. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 19: LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA TIPO LED

PUNTO 4.6 ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M2 O MENOR

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 560 W/M2 O MENOR. ¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, DEBERÁ OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M2 O MENOR

27. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 19: LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA TIPO LED

PUNTO 5.2.- TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO MÍNIMO 4 HORAS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA BATERÍA DE 3 HRS Y AGREGAR UN UPS QUE LE DE SOPORTE A ESA HORA QUE FALTA INCLUSO SE TENDRÍA MÁS DE UNA HORA DE RESPALDO. ¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

28. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 19: LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA TIPO LED

PUNTO 6.1.- LONGITUD DE 3.5 METROS COMO MÍNIMO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD DE 3.2 METROS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

29. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 35: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE

PUNTO ACCESORIOS:

MENCIONA: "LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS."

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE ACCESORIOS A ENTREGAR.

RESPUESTA: DEBERÁ ENTREGAR UN (1) JUEGO DE ACCESORIOS

30. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 35: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE

PUNTO ACCESORIO:

MENCIONA "REGISTRADOR TÉRMICO O IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA O MÓDULO INSERTABLE. DE AL MENOS 2 CANALES."

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ¿ES NECESARIO LA IMPRESORA YA QUE EN LA FICHA DEL CUADRO BÁSICO DEL MONITOR DE TRASLADO NO INCLUYE IMPRESORA?

RESPUESTA: NO ES NECESARIO INCLUIR LA IMPRESORA

31. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 36: MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO



PUNTO ACCESORIOS:

MENCIONA: "LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS."

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE ACCESORIOS A ENTREGAR.

RESPUESTA: DEBERÁ ENTREGAR UN (1) JUEGO DE ACCESORIOS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

32. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 36: MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO

PUNTO ACCESORIOS:

MENCIONA: "UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS."

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON FABRICANTE PARA ECG NEONATAL, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

33. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 36: MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO

PUNTO OPCIONALES:

PIDE IMPRESORA: "REGISTRADOR TÉRMICO O IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA O MÓDULO INSERTABLE. DE AL MENOS 2 CANALES."

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI AL SER OPCIONAL, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO OFERTARLO.

RESPUESTA: NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION

34. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 42: MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA

PUNTOS 7.11.- CO2

7.17.- ESPIROMETRÍA:

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, ¿SI SE REFIERE A CAPNOGRAFIA EN ESTE PUNTO O YA QUE LA ESPIROMETRÍA SE REFIERE A UN ESTUDIO DE RESISTENCIA DE AIRE EN LOS PULMONES.?

RESPUESTA: NO SE REFIERE A CAPNOGRAFIA.

35. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 42: MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA

PUNTOS 7.11.- CO2

7.11.1.- POR MEDIO DE MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM.

7.11.2.- DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO.

7.17.- ESPIROMETRÍA:

7.17.1.- CURVA DE FLUJO.

7.17.2.- VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO.

7.17.3.- VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO.

7.17.4.- DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN / VOLUMEN Y FLUJO / VOLUMEN, CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO.

7.17.5.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA COMPLIANCE PULMONAR DEL PACIENTE Y/O RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA.

7.18.- GASES:

7.18.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO.

7.18.2.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO.

7.18.3.- IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE ESTOS PUNTOS SE PUEDAN VISUALIZAR EN LA PANTALLA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, YA QUE LA MAQUINA CUENTA CON MODULO ANALIZADOR DE GASES Y SI SE DESPLIEGA ESTOS PARÁMETROS EN EL MONITOR OCUPARÍAN ESTARÍAN DUPLICADOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

36. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 44: LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED

PUNTO 4.6 ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M2 O MENOR POR CADA LAMPARA.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 560 W/M2 O MENOR. ¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, DEBERÁ OFERTAR ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 500 W/M2 O MENOR

37. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 20 – ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA GINECOLOGÍA TRANSVAGINAL

TODA LA FICHA. LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DESCRIBE A UN EQUIPO DE MARCA Y MODELO EN PARTICULAR.

SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LO DESCRITO EN LA FICHA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH		
PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03



RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

38. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 40 – ULTRASONIDO DOPPLER COLOR AVANZADO USO GENERAL

PUNTO 6 – SOLICITAMOS NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO FUNCIÓN DE GUARDADO MAYOR A 3 MILLONES DE IMÁGENES, IMAGEN FIJA (RESOLUCIÓN COMPLETA), VIDEO CLIPS (RESOLUCIÓN COMPLETA), MEMORIA CINE MAYOR A 4000 CUADROS, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

39. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 40 – ULTRASONIDO DOPPLER COLOR AVANZADO USO GENERAL

PUNTO 12. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR INCLUSIÓN DE PROTOCOLOS ILIMITADOS PROGRAMABLES POR EL USUARIO, SUPERANDO A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

40. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 40 – ULTRASONIDO DOPPLER COLOR AVANZADO USO GENERAL

PUNTO 15 – SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DISCO DURO DE 500GB O MAYOR CON LO CUAL SE PUEDE TENER UN ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 3 MILLONES DE IMÁGENES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

41. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 40 – ULTRASONIDO DOPPLER COLOR AVANZADO USO GENERAL

PUNTO ACCESORIOS 1.3. ENTENDEMOS QUE EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO DEBERÁ CONTAR CON UN ÁNGULO DE VISIÓN DE 200° O MAYOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA IMAGEN AMPLIA PARA EL DIAGNÓSTICO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

42. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 43 – EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL DIGITAL

DICE: EQUIPADO CON TECNOLOGÍA DE LECTURA DE ALTA SENSIBILIDAD "ISS" QUE UNE SENSORES ÓPTICOS (TFT) AL LADO DE IRRADIACIÓN DE RAYOS X
SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR COMO: EQUIPADO CON DETECTOR DIGITAL DE SILICIO AMORFO CON CENTELLEADOR DE YODURO DE CESIO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN RADIOGRÁFICA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

43. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 43 – EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL DIGITAL

PUNTO 7 SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PESO DE 190 KG O MENOR, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA SU DESPLAZAMIENTO Y POSICIONAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A BASES.

44. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 43 – EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL DIGITAL

PUNTO 1.1. POTENCIA

CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE ADQUIERA EQUIPOS CON UNA POTENCIA SUFICIENTE PARA DIFERENTES PROYECCIONES Y TIPO DE PACIENTES DESDE PEDIÁTRICO HASTA ADULTO OBESO, PROPONEMOS QUE SE LA POTENCIA A OFERTAR SEA DE AL MENOS 30 KW O MAYOR ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

45. PREGUNTA



ANEXO A LOTE 45 – EQUIPO DE RAYOS X ANALÓGICO CONVENCIONAL FIJO CON MESA Y BUCKY DE PARED

EL AVANCE TECNOLÓGICO ACTUAL EN IMAGENOLÓGÍA MÉDICA HA DESPLAZADO LOS EQUIPOS DE RAYOS X ANALÓGICOS SIENDO OBSOLETOS Y LA TENDENCIA SON LOS EQUIPOS CON DETECTORES DIGITALES, LOS CUALES INCLUYEN DETECTOR DIGITAL INALÁMBRICO QUE PUEDE USARSE ENTRE EL BUCKY DE MESA Y BUCKY DE PARED.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

(Handwritten mark)

(Handwritten marks and signatures)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

CON LA FINALIDAD DE QUE SE ADQUIERAN EQUIPOS MÉDICOS ACTUALES SOLICITAMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR SEAN EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON MESA Y BUCKY DE PARED, CON DETECTOR DIGITAL 35X43CM DE SILICIO O SELENIO AMORFO WIFI O INTERCONECTADO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

46. PREGUNTA

ANEXO A LOTE PARTIDA 45 – EQUIPO DE RAYOS X ANALÓGICO CONVENCIONAL FIJO CON MESA Y BUCKY DE PARED PUNTO 1 GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA ENTENDEMOS QUE PARA ASEGURAR QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON UN PULSO DE ALTO VOLTAJE CONSTANTE PARA UNA BUENA CALIDAD EN LOS RAYOS X, EL GENERADOR DEBERÁ SER DE ALTA FRECUENCIA DE AL MENOS 400KHZ O MAYOR. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, PUEDE SER MAYOR O MENOR SEGÚN LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

47. PREGUNTA

ANEXO A LOTE: PARTIDA 45 – EQUIPO DE RAYOS X ANALÓGICO CONVENCIONAL FIJO CON MESA Y BUCKY DE PARED PUNTO 2.4 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ÁNODO CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO PUEDA REALIZAR EXPOSICIONES RADIOGRÁFICAS INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE PACIENTES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ÁNODO SEA DE AL MENOS 300,000 HU (300 KHU) O MAYOR, CON LO CUAL SE GARANTIZA QUE EL EQUIPO NO SE BLOQUEARÁ POR CALENTAMIENTO DEL TUBO DE RAYOS X ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

48. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 11: TORRE DE ENDOSCOPIA CON 1 VIDEOCOLONOSCOPIO, 1 VIDEODUODENOSCOPIO, 1 VIDEOPANENDOSCOPIO.

VIDEOCOLONOSCOPIO.- DESCRIPCIÓN:

1.- DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCIÓN ENTRE 12.2 Y 12.8 MM.

SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DIÁMETRO DE INSERCIÓN DE 13.2 MM, DE MANERA QUE NO SE LIMITE LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LAS BASES

49. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 11: TORRE DE ENDOSCOPIA CON 1 VIDEOCOLONOSCOPIO, 1 VIDEODUODENOSCOPIO, 1 VIDEOPANENDOSCOPIO.

VIDEOCOLONOSCOPIO 4.2.- MAYOR A 50° EN MODO MAGNIFICADO

CREEMOS QUE HAY UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN YA QUE AUN CUANDO EL EQUIPO TENGA MAGNIFICACIÓN EL CAMPO DE VISIÓN NO CAMBIA EL CAMPO DE VISIÓN, DEBIDO A ESTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. REFERENCIA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CENETEC

50. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 11: TORRE DE ENDOSCOPIA CON 1 VIDEOCOLONOSCOPIO, 1 VIDEODUODENOSCOPIO, 1 VIDEOPANENDOSCOPIO.

VIDEODUODENOSCOPIO.- 3.2.- AL MENOS 200 GRADOS DE ANGULACIÓN TOTAL DERECHA / IZQUIERDA.

DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN EN ESTE PUNTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA EQUIPO CON 195 GRADOS DE ANGULACIÓN TOTAL DERECHA/IZQUIERDA. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA . REFERENCIA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CENETEC



51. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 1: COMPRESERO CALIENTE COMPRESERO CALIENTE (TERAPEÚTICO)

CONTENIDO: 1 UNIDAD COMPRESAS CALIENTES: E-1 (4 ESTÁNDAR), E-2 (3 ESTÁNDAR, 2 ESPALDA Y 1 CUELLO), M-2 (12 ESTÁNDAR), M-4 (24 ESTÁNDAR).

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE 4 JUEGOS CON LOS CUATRO MODELOS DE COMPRESEROS QUE MENCIONA E-1, E-2, M-2 Y M-4. FAVOR DE ACLARAR.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

RESPUESTA: SE REQUIEREN: 4 ESTANDAR E1, 3 ESTANDAR E2 (2 ESPALDA – 1 CUELLO), 12 ESTANDAR M2 Y 24 ESTANDAR M4.

52. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 29: BARRA PARALELAS

PUNTO: LARGO DE LA PLATAFORMA 2.17 METROS

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA DE LARGO DE LA PLATAFORMA DE 3 METROS, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PAOPUESTA, SE REQUIERE MENOR A 2.60 METROS

53. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 29: BARRA PARALELAS

PUNTO: ANCHO DE LA PLATAFORMA 1.07 METROS

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA PLATAFORMA DE 1 METRO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

54. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 29: BARRA PARALELAS

PUNTO: MATERIAL DEL PASAMANOS ACERO INOXIDABLE GRADO 304 GRADO MÉDICO

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA ACERO CROMADO YA QUE ES SIMILAR AL QUE PIDEN, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

55. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 29: BARRA PARALELAS

PUNTO: ALTURA AJUSTABLE 50 CM A 90 CM

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA ALTURA AJUSTABLE DE 55 A 90 CM, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

56. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 29: BARRA PARALELAS

PUNTO: ANCHURA AJUSTABLE 67 CM A 41 CM

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA ANCHURA AJUSTABLE DE 47 A 67 CM, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

57. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 30: ESCALERA PARA EDUCACION DE MARCHA

PUNTO: ESCALERA DE ENTRENAMIENTO LINEAL: LADO UNO CON 2 ESCALONES DE 10CM DE ALTURA Y LADO 2 CON UN ESCALÓN DE 15CM.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA CON TRES ESCALONES, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

58. PREGUNTA

ANEXO A LOTE 33: EQUIPO PORTATIL COMBO PARA TERAPIA DE ULTRASONIDO, ELECTROTERAPIA, LASER, MAGNETOTERAPIA

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON ESTA PARTIDA SE PUEDEN 3 EQUIPOS QUE EN CONJUNTO REALIZAN LAS TERAPIAS SOLICITADAS EN ESTE LOTE, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.



59. PREGUNTA

PLAZO DE ENTREGA: EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ASIGNACIÓN PEDIDO Y/O CONTRATO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS EN SU MAYORÍA SON DE IMPORTANCIA, NOS CONCEDA UN PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO DE 40 DÍAS HÁBILES.

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEBERÁN PRESENTARLAS DE MANERA ORDENADA, IDENTIFICADA Y FOLIADA DE ACUERDO AL PUNTO 5.3.- DE LAS BASES; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIN EMBARGO LOS ERRORES U OMISIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SON IMPUTABLES Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS LICITANTES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

SE LES EXHORTA A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS A LLEVARSE A CABO EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DEL SUBCOMITÉ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N ESQUINA BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA C.P. 29044, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:-----

PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LAE. MAURO VELÁZQUEZ ESPINOZA
 REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO
 REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA

ASESOR

C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO
 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN EL
 ISSTECH

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

L.A. ERÉNDIRA GUADALUPE ESCOBAR CHABLÉ
 REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ

LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

INVITADO

C.P. CÁNDIDO CHANDOMI CAL Y MAYOR
 COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA

ÁREA REQUIRENTE

DR. VÍCTOR MANUEL CAL Y MAYOR CASTILLEJOS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS

DR. ALEJANDRO VELASCO ALFARO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MÉDICA

PROVEEDORES

C. KARLA LARA GOMEZ
 EN REPRESENTACIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS
 KALF S.A. DE C.V.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N° LCPE/ISSTECH/013/2023, ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).