

 CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2024 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 06 DE MARZO DEL 2024, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ; LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ; LOS VOCALES SIGUIENTES: LIC. LEOPOLDO ABEL ESQUINCA SARMIENTO, JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL DERECHOHABIENTE; C.P. PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ GUTIERREZ, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN; LIC. JOSÉ LUIS ÁNGEL TOLEDO, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA; C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO, REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN EL ISSTECH, ASESOR DEL SUBCOMITÉ; C.P. CÁNDIDO CHANDOMÍ CAL Y MAYOR, COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO, INVITADO DEL SUBCOMITÉ; Y POR EL ÁREA REQUERENTE: DR. VÍCTOR MANUEL CAL Y MAYOR CASTILLEJOS, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS; DR. OCTAVIO ALFREDO MOLINA MARTÍNEZ DE ESCOBAR, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2024 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.

1.- COMO PRIMER PUNTO.- SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.1. GLECO LAB S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. YOVANNY ANTONIO SANTIAGO LOPEZ.

2.- COMO SEGUNDO PUNTO.- DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.2 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2024 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TÉCNICAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES, CORREN A CARGO DEL PERSONAL REPRESENTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.

2.1. LABORATORIOS LICON, S.A.

1.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECÁNICO. GARANTIZANDO EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA

2.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: CON CAPACIDAD MÍNIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 A 160 DETERMINACIONES A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA

3.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

MEJOR". PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO (DETERMINACION DE LOS ANTIGENOS DEL SISTEMA ABO, Rh (D) Y DETERMINACION DEL GRUPO SERICO O INVERSO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO DIRECTO E INVERSO, SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR QUE SE REALICE EN UN SOLO PROCESO Y QUE REALICEN LA DETERMINACIÓN DE ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, CONTROL RH, A1 Y B, TAL COMO LO ESTABLECE LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

4.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATIES HUMANOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA EN SUSPENSION AL 0.8% EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PANEL DE HEMATÍES DE CONFIGURACIÓN ANTIGÉNICA CONOCIDA SERÁ UTILIZADO CON LA FINALIDAD DE SER UNA PRUEBA DE ESCRUTINIO PARA LA DETECCIÓN Y/O PRESENCIA DE ANTICUERPOS IRREGULARES Y DE IMPORTANCIA CLÍNICA EN PACIENTES CON ANTECEDENTES TRANSFUSIONALES Y EL ABORDAJE DE INCOMPATIBILIDAD MATERNO FETAL ACORDE A LO QUE REFIERE LA NORMA-253-SSA1-2012. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

5.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATIES HUMANOS PAPANIZADOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA, EN SUSPENSION AL 0.8 % EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ENZIMA PROTEOLÍTICA POR SEPARADO PARA QUE DE MANERA OPCIONAL EL SERVICIO DE TRANSFUSION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA TENGA UNA ALTERNATIVA MAS EN LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, SOBRE TODO EN EL CASO DE ABORDAR CASOS CLÍNICOS EN DONDE SEA INEVITABLE EL USO Y LA APLICACIÓN DE ESTE RECURSO TÉCNICO; HABLANDO DE POSIBLES MEZCLAS DE ANTICUERPOS HACIA DIFERENTES SISTEMAS DE ANTÍGENOS ERITROCITARIOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

6.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. ANTI DIG + IG, FRASCO CON 10 ML. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PRODUCTO A COTIZAR ES ANTI D IGG+IGM. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

7.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". J).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO ¿ SE ACEPTA?.

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

8.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- 1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.
- 2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.
- 3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

9.-ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA. A.- PLAZO DE ENTREGA. EN CASO DE EQUIPO CON DOS AÑOS COMO MÁXIMO DE USO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, INTEGRANDO HISTORIAL DEL MANEJO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INTEGRANDO EN LA PROPUESTA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EMITIDA POR EL FABRICANTE, QUE LOS EQUIPOS A INSTALAR SE ENCUENTRAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO Y QUE SE GARANTIZARÁ SU BUEN FUNCIONAMIENTO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

10.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD:

B. EN EL SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD EXTERNO DEBERÁ PROPORCIONAR INFORMES MENSUALES DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON INFORMES EN LÍNEA QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS PARTICIPANTES. LA INSCRIPCIÓN A ESTOS PROGRAMAS CONTINUARÁ HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO. EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ SER INTEGRAL PARA TODAS LAS ÁREAS (SEGÚN APLIQUE) QUE SE ENLISTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA ENTREGA DE INFORMES CADA TRES MESES YA QUE EL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA Y SEROLOGÍA A OFERTAR CUENTA CON ENTREGAS TRIMESTRALES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

11.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR. REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1. SE COMPROMETE A SURTIR SIN COSTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO LO SIGUIENTE: CLAVE: 800406 DESCRIPCIÓN: LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1). PARA DETERMINACION DE GRUPO A1, PRESENTACIÓN: FRASCO CON 2. ML.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 5ML. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

12.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR. REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1. SE COMPROMETE A SURTIR SIN COSTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO LO SIGUIENTE: CLAVE: 800386 DESCRIPCIÓN: PRUEBA TAMIZ PARA DETECCIÓN Y DIFERENCIACION DE ANTICUERPOS ANTI-V.I.H. 1 Y V.I.H. 2, POR INMUNOCROMATOGRAFIA-ELISA EN MEMBRANA (CARTUCHO INDIVIDUAL). CAJA CON 50 PRUEBAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 25 PRUEBAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

13.- ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR. REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1. SE COMPROMETE A SURTIR SIN COSTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO LO SIGUIENTE: CLAVE: 800321 DESCRIPCIÓN: PRUEBA DE TAMIZ PARA DETECCIÓN Y DIFERENCIACION DE ANTICUERPOS ANTI V.I.H. 1 Y V.I.H. 2, POR INMUNOCROMATOGRAFIA-ELISA EN MEMBRANA (CARTUCHO INDIVIDUAL). CAJA CON 40 PRUEBAS

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 25 PRUEBAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

14.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". E). REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". ANALIZADOR SEMIAUTOMATIZADO PARA ESTUDIOS DE COAGULACIÓN. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO, CON DETECCIÓN DE COAGULO MECÁNICO, CON PIPETEADOR PARA PROCESO DE MUESTRAS, CON UNA GAMMA COMPLETA DE ENSAYOS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

COAGULOMETRICOS, CON ÁREA DE INCUBACIÓN A 37 PARA 8 MUESTRAS Y 5 REACTIVOS: CON UN ÁREA DE PREPARACIÓN DE 12 MUESTRAS. SOFTWARE EN ESPAÑOL, PANTALLA E IMPRESORAS INTEGRADAS, YA QUE LAS PRUEBAS A REALIZAR DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, ÚNICAMENTE SOLICITAN TIEMPO DE PROTROMBINA Y TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

15.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". F).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO:

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO ¿ SE ACEPTA?.

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

16.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.

3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C. QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO.

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

17.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECANICO. GARANTIZANDO EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

18.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: CAPACIDAD MÍNIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 A 160 DETERMINACIONES A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

19.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. E).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINAGLICOSILADA HbA1c.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO ¿ SE ACEPTA?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

20.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- 1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.
- 2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.
- 3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO.

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

21. - SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE DEBERÁN OFERTAR CONTROLES DE TERCERA OPINION LOS ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA LOS LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LOS DIFERENTES HOSPITALES QUE INTEGRAN ISSTECH. ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

2.2. GLECO LAB S. DE R.L. DE C.V.

P1.- DEL PUNTO 3.2., PÁRRAFO 4.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR, EN EL QUE A SU CALCE SE LEE:

NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE POR HABER INCURRIDO EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY O DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO A FAVOR DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

REFIERE A: QUE DE ACUERDO AL ARTICULO ESTABLECIDO, SE INDICA QUE CUALQUIERA QUE HAYA INCURRIDO EN DAÑOS O PERJUICIOS AL ORGANO REQUIRENTE, SE IMPEDIRA SU PARTICIPACION PUES EXISTEN ACTAS Y PRUEBAS PARA ALGUNAS EMPRESAS QUE HAN INFRINGIDO EN PROVOCAR DAÑOS ESTRUCTURALES Y DE IMAGEN PARA EL INSTITUTO Y HAN SIDO SANCIONADAS POR LA CONTRALORIA RESPECTIVA, POR LO QUE NO SE ACEPTARA LA PARTICIPACION DE ESTE TIPO DE EMPRESAS QUE DESEE PRESENTAR PROPUESTAS; **¿ES CORRECTA ESTA APRECIACION?**

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.

P2.- DEL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES INCISO A) EN EL QUE A SU CALCE SE LEE:

CÉDULA DEL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE, CON LA PARTIDA 33913 SUBROGACIONES Y/O EL RUBRO EQUIVALENTE QUE EMITA LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO (CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL, LA COPIA DE LA CÉDULA DEBE SER DE AMBOS LADOS)

SE SOLICITA QUE LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PORFAVOR SI EL RUBRO EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ACTUALIZACIONES ES EL 121.- **SERVICIOS MEDICOS, HOSPITALARIOS Y LABORATORIOS.**

RESPUESTA: ES CORRECTO EL RUBRO MENCIONADO.

P3.- DEL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES INCISO H) EN EL QUE A SU CALCE SE LEE:

COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS (EL ORIGINAL O LA IMPRESIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), QUE PUEDE SER: 1. COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN Y/O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP). 2. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (LA CUAL PUEDE ESTAR INCLUIDA EN EL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

REFIERE A: ENTREGAR EL DOCUMENTO 1 Ó EL DOCUMENTO 2; **¿ES CORRECTA ESTA APRECIACION?**

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

P4.- DEL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES INCISO I) EN EL QUE A SU CALCE SE LEE:
 DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR PRESENTADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA QUE DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO CON SELLO DIGITAL, (IMPRESIÓN DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS FIRMADOS Y SELLADOS).

REFIERE A: LA DECLARACION 2022, PUESTO QUE CÓMO FECHA LIMITE DE PRESENTACION PARA LA DECLARACION 2023 TENEMOS HASTA EL 23 MARZO ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACION?

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.

P5.- DEL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES INCISO J) EN EL QUE A SU CALCE SE LEE:
 DECLARACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PRESENTADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (LEGIBLE) ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. (IMPRESIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO FIRMADO Y SELLADO).

REFIERE A: LA DECLARACION DEL MES DE ENERO 2024, PUESTO QUE CÓMO FECHA LIMITE DE PRESENTACION TENEMOS HASTA EL 17 MARZO, PARA PRESENTAR LA DEL MES DE FEBRERO ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACION?

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.

P6.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"
REQUISICION: NO. RSM/230/2023
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR

C). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URINALISIS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".

DICE	DEBERIA DECIR
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
EXAMEN GENERAL DE ORINA	EXAMEN GENERAL DE ORINA
	SEDIMENTOS URINARIOS

SOLITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA ESTE REQUERIMIENTO SE DEBE DE INCLUIR EN DESCRIPCION DEL PRODUCTO EL ESTUDIO DE SEDIMENTOS URINARIOS, CON EL FIN DE CONSIDERAR EL OFERTAR EL REACTIVO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MISMO.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE TIENE QUE INCLUIR SEDIMENTOS URINARIOS.

P7.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

D). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO
 CAPACIDAD MÍNIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA...

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO TOTALMENTE NUEVO Y AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE PROCESAMIENTO DE 60 MUESTRAS POR HORA MEDIDOS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTOMBINA Y DEMÁS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS, ESTO EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO CON EL NÚMERO DE PRUEBAS SOLICITADAS, SIN AFECTAR EL TIEMPO DE ENTREGA Y CALIDAD ANALÍTICA DE LOS RESULTADOS.

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA PROPUESTA.

P8.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

REQUISICION: NO. RSM/231/2023
CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

A). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA"

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA SUBROGACION DE ESTOS ESTUDIOS, DEBIDO A SU BAJA DEMANDA DE ESTA PRUEBA, ES BIEN COMENTAR QUE ESTOS ESTUDIOS SE REALIZAN SOLO EN CASO DE RESULTADO POSITIVO DEL REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (EXAMENES DIVERSOS): CULTIVOS. POR LO QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A LA REALIZACION DE LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS LEGALES Y DE CALIDAD VIGENTES DEL LABORATORIO DE REFERENCIA, RESPETANDO LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS SIN AFECTAR LA ATENCION OPRTUNA DEL DERECHOHABIENTE. NO LIMITANDO LA PARTICIACION A DEMAS LICITANTES.

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES. EN CASO DE SUBROGAR EL ESTUDIOS, SE TIENE QUE REVISAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO Y CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE HOSPITAL.

P9.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

B). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URIANALISIS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA"

DICE	DEBERIA DECIR
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
EXAMEN GENERAL DE ORINA	EXAMEN GENERAL DE ORINA
	SEDIMENTOS URINARIOS

SOLITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA ESTE REQUERIMIENTO SE DEDE DE INCLUIR EN DESCRIPCION DEL PRODUCTO EL ESTUDIO DE SEDIMENTOS URINARIOS, CON EL FIN DE CONSIDERAR EL OFERTAR EL REACTIVO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MISMO.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE TIENE QUE INCLUIR SEDIMENTOS URINARIOS.

P10.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

F). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA"

ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACIÓN HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C.
 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO
 PRINCIPIO DE MEDICIÓN: CROMATOGRAFÍA...

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRUEBA EN EL ANALIZADOR OFERTADO PARA ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS CON EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN: ENZIMÁTICO, CUMPLIENDO CON EL CONTROL DE CALIDAD SOLICITADO Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO. SIN AFECTAR EL RENDIMIENTO DE PROCESO DE LOS ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS, OFERTANDO EQUIPOS Y REACTIVOS DE MARCAS RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE EN CALIDAD Y CONFIABILIDAD.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

P11.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

B). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA "DE TAPACHULA
 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO
 CAPACIDAD MÍNIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA...

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO TOTALMENTE NUEVO Y AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE PROCESAMIENTO DE 60 MUESTRAS POR HORA MEDIDOS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTOMBINA Y DEMAS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS,

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

ESTO EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO CON EL NÚMERO DE PRUEBAS SOLICITADAS, SIN AFECTAR EL TIEMPO DE ENTREGA Y CALIDAD ANALÍTICA DE LOS RESULTADOS.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

P12.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"
REQUISICION: NO. RSM/231/2023
CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA

E). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA "DE TAPACHULA

ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACIÓN HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C.
 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO
 PRINCIPIO DE MEDICIÓN: CROMATOGRFÍA...

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRUEBA EN EL ANALIZADOR OFERTADO PARA ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS CON EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN: ENZIMÁTICO, CUMPLIENDO CON EL CONTROL DE CALIDAD SOLICITADO Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO. SIN AFECTAR EL RENDIMIENTO DE PROCESO DE LOS ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS, OFERTANDO EQUIPOS Y REACTIVOS DE MARCAS RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE EN CALIDAD Y CONFIABILIDAD.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

P13.- DEL PUNTO 6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO, 6.1.- CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE; PÁRRAFO 2:
 EL ORGANISMO REQUIRENTE SE ABSTENDRÁ DE HACER MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS NO PREVISTOS EN BASES, ESPECIFICACIONES Y EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR MEJORES CONDICIONES PARA EL LICITANTE, COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

REFIERE A : QUE CUALQUIERA DE LOS PUNTOS PREESTABLECIDOS EN BASES DE ESTA LICITACION SERÁN LOS QUE DEBERÁN TOMARSE EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EMPRESA ADJUDICADA, SIN QUE EXISTA MODIFICACIÓN QUE AFECTE A LOS INTERESES Y UTILIDADES PREVISTAS EN LAS PROPUESTAS QUE ÉSTA PRESENTE PARA TRABAJAR CON EL INSTITUTO. ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACION?

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION, EL PARRAFO QUE MENCIONA CORRESPONDE A CONVENIOS MODIFICATORIOS NO A LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES.

P14.- DEL PUNTO 6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUEDA PROPORCIONAR UN MODELO DE CONTRATO PARA CONSIDERAR CUALQUIER PUNTO QUE; FUERA DE LAS BASES, SEAN INDISPENSABLES TOMAR EN CUENTA PARA GENERAR LA PROPUESTA EN BASE A GASTOS O CLAUSULAS PREVISTAS Y NO SE TOMEN DE SORPRESA AL LICITANTE ADJUDICADO.

LO ANTERIOR POR CONSIDERAR QUE SE HAN HECHO PARTE DE LA ENTREGA DE FACTURAS MENSUALES DE MESES TRABAJADOS, PAGOS EXTRAS AL INSTITUTO DE PARTE DE SU SERVIDOR (PROVEEDOR ACTUAL) QUE SE ENCUENTRA HOY O POR HOY DANDO EL SERVICIO AL INSTITUTO, Y NO SE CONSIDERARON GASTOS DE ESTA MAGNITUD EN LOS PRECIOS OFERTADOS.

ASI MISMO SOLICITAMOS NO SER CONDICION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA FACTURA EL PAGO DE ESTAS CLAUSULAS EN CONTRATO, YA QUE SON SERVICIOS QUE DE MANERA COMÚN, SE GENERAN BIMESTRALES Y NO MENSUALES.

EN EL MISMO CONTEXTO SI SE DEJARÁ ESTE PUNTO COMO NECESARIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA CONSIDERAR HACER ENTREGA DE UN RECIBO O FACTURA OFICIAL DEL PAGO GENERADO, PUESTO QUE LOS COMPROBANTES OTORGADOS DURANTE EL TIEMPO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y COBRO DE ESTOS GASTOS QUE SE HA HECHO ENTREGA A MI REPRESENTADA, ÚNICAMENTE HAN SIDO COMPROBANTES SIN VALIDEZ NI DEDUCCIÓN OFICIAL PARA LA EMPRESA.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

RESPUESTA: EN CASO DE SER ADJUDICADO SE LE ENVIARA AL CORREO DE LA EMPRESA EL PROYECTO DE CONTRATO QUE SE FIRMARA, PARA QUE EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER OBSERVACIÓN SE HAGA DE CONOCIMIENTO A ESTE INSTITUTO.

REFERENTE A SU SOLICITUD DE COMPROBANTES, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE COMO INSTITUCIÓN SIN FINES DE LUCRO EL INSTITUTO SOLO EMITE RECIBOS OFICIALES.

3.- COMO TERCER PUNTO.- LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEBERÁN PRESENTARLAS DE MANERA ORDENADA, IDENTIFICADA Y FOLIADA DE ACUERDO AL PUNTO 5.3.- **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** DE LAS BASES; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIN EMBARGO LOS ERRORES U OMISIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SON IMPUTABLES Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS LICITANTES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL ENCABEZADO DEL "ANEXO B" "BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS", LOS PODRÁ PRESENTAR DE LA SIGUIENTE MANERA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL PRESENTARLO COMO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA BASE DE LICITACIÓN.

Dice:

Lote	Cantidad	Unidad	Características Ofertadas	Nombre Comercial	Laboratorio Fabricante

Podrá presentarlo:

Lote	Cantidad	Unidad	Características Ofertadas	Marca


LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SOLICITA MEDIANTE MEMORANDUM No. ISSTECH/SSM/DAM/0381/2024 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024, AGREGAR EN LAS CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO CORRESPONDIENTES A LAS REQUISICIONES NUMEROS RSM/230/2023 y RSM/231/2023, EL SIGUIENTE PUNTO, POR LO QUE EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LO SIGUIENTE:

EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS EN CASO DE CONTAR CON EL ESPACIO FÍSICO EN EL ÁREA TÉCNICA O USUARIA, SE COMPROMETE A DAR EN COMODATO AL PROVEEDOR ADJUDICADO, LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO CON QUE CUENTA LA UNIDAD MEDICA; ASÍ COMO, EL USO DE INSTALACIONES SANITARIAS (BAÑOS) SIN COSTO PARA LA EMPRESA. ADEMÁS, LOS COSTOS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, RPBI, DEBERÁN SER USADOS DE MANERA RACIONAL Y CORRERÁN POR CUENTA Y CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, PARA LO CUAL DEBERÁ COORDINARSE CON EL ÁREA TÉCNICA O USUARIA, LOS ESPACIOS FÍSICOS SERÁN FACILITADOS POR EL INSTITUTO, EN LAS UNIDADES MÉDICAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, PREVIO ACUERDO CON EL LICITANTE ADJUDICADO, COMPROMETIÉNDOSE EL LICITANTE ADJUDICADO A ENTREGAR LAS INSTALACIONES CON LAS MODIFICACIONES QUE ÉSTE HUBIESE REALIZADO Y QUE EL ÁREA TÉCNICA O USUARIA DETERMINE COMO OPERATIVAMENTE FUNCIONALES, CASO CONTRARIO SE COMPROMETE A ENTREGAR LAS INSTALACIONES EN LAS CONDICIONES ORIGINALES EN LAS QUE SE RECIBIERON; AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, TENIENDO COMO MÁXIMO 5 (CINCO) DÍAS NATURALES.

SE LES EXHORTA A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN LA **PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS** A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2024 A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DEL SUBCOMITÉ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N ESQUINA BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA C.P. 29044, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:55 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ


 C.P. KEIKO TANJA YAMAMOTO NAGANO
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_06	V03	

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LIC. LEOPOLDO ABEL ESQUINCA SARMIENTO
JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL DERECHOHABIENTE

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

C.P. PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LIC. JOSÉ LUIS ÁNGEL TOLEDO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ

LIC. OLGA LIDIA LOPEZ ZORRILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ASESOR

C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN EL ISSTECH

INVITADO

C.P. CÁNDIDO CHANDOMI CAL Y MAYOR
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA

ÁREA REQUERENTE

DR. VÍCTOR MANUEL CAL Y MAYOR CASTILLEJOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS

DR. OCTAVIO ALFREDO MOLINA MARTÍNEZ DE ESCOBAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA

PROVEEDORES

C. YOVANNY ANTONIO SANTIAGO LOPEZ.
EN REPRESENTACIÓN DE GLECO LAB S. DE R.L. DE C.V.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2024 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS., DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2024.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).