

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2025, SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO Y DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.**

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DEL 2025, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) DR. MARCELINO DE JESÚS AGUILAR ZAPATA, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ; LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ; LIC. JUAN LUIS GÓMEZ PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIAS Y GESTIÓN DE CALIDAD, VOCAL DEL SUBCOMITÉ; LIC. ADRIÁN ESCOBAR DÍAZ, REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS, VOCAL DEL SUBCOMITÉ; LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA, VOCAL DEL SUBCOMITÉ; LIC. IMELDA VIVIANA MENDOZA CAÑAS, CONTRALORA INTERNA EN EL ISSTECH, ASESOR DEL SUBCOMITÉ; LIC. MARÍA LURENI CRUZ ARROYO, COMISARIO PUBLICO PROPIETARIO E INVITADO DEL SUBCOMITÉ; Y POR EL ÁREA REQUIRENTE: DR. LUIS DE JESUS ZAMUDIO PEÑA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y EPIDEMIOLOGÍA; LIC. AGUSTÍN ESCOBAR CHANG, JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2025, SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO Y DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO., SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ESTE INSTITUTO.

**1.- COMO PRIMER PUNTO. - SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, DEJANDO DE MANIFIESTO LO SIGUIENTE:**

- 1.1. RAFAEL SÁNCHEZ ZEBADUA, REPRESENTADO POR LA C. SANDRA LUZ PENAGOS SARMIENTO.
- 1.2. GLECO LAB S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. YOVANNY ANTONIO SANTIAGO LOPEZ.

**2.- COMO SEGUNDO PUNTO.-DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.2 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2025, SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO Y DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TÉCNICAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES, CORREN A CARGO DEL PERSONAL REPRESENTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.**

**2.1. RAFAEL SANCHEZ ZEBADUA**

1.-LA DOCUMENTACION QUE SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.1 FORMA Y TERMINOS DE PRESENTACION, DEBERA SER EXHIBIDA EN SU TOTALIDAD EN LOS TERMINOS QUE SE INDICA. ¿DE NO PRESENTARLO DE ESTA MANERA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION?

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.

2.-EN PUNTO 4.1 DE LAS BASES, SOLICITAN SOBRES SEPARADOS PARA LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA, ROTULADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: TIPO DE PROPUESTA, NUMERO DE LICITACION, RAZON SOCIAL, DOMICILIO, TELEFONO, NOMBRE DEL REPRESENTATE LEGAL Y CORREO ELECTRONICO, AL RESPECTO ME PERMITO SOLICITAR INFORMACION SOBRE LO SIGUIENTE:

A.- LOS DATOS QUE SOLICITAN DEBE SER DE HOJA MEMBRETEADA DEL LICITANTE PARTICIPANTE Y PEGADA AL SOBRE

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.

B.- EL DOMICILIO QUE SOLICITAN, ES EL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE PARTICIPANTE (MATRIZ) Y QUE SE ENCUENTRA EN LA INSCRIPCION EN EL R.F.C Y CEDULA FISCAL, ADEMAS QUE DEBE SER DOMICILIO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

\_\_\_\_\_  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

3.- PUNTO 4.2 INCISO I DE LAS BASES, SOLICITAN DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 PRESENTADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ¿AL RESPECTO, SOLICITO AMABLEMENTE NOS INFORMEN SI LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS A QUE SE HACE REFERENCIA ES EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS?

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

4.- PUNTO 4.2 INCISO J DE LAS BASES, SOLICITAN DECLARACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PRESENTADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON CADENA Y SELLO DIGITAL ¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS CONFIRME SI LO SOLICITADO EFECTIVAMENTE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024?

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.

5.- EN EL ANEXO A DE LAS BASES, INCISO C CONDICIONES DEL SERVICIO, MANIFIESTAN QUE EL PERIODO DEBE SER DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI ESTA INFORMACION ES INCORRECTA Y LA FECHA QUE DEBE AMPARAR ES LA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025?

RESPUESTA: EL PERIODO DEL SERVICIO ES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

6.- EN LOS ANEXOS B Y J DE LAS BASES, CONSIDERAN INCLUIR MARCA.POR TRATARSE DE UNA LICITACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDIQUEN QUE DEBEMOS DE CONSIDERAR EN DICHA COLUMNA (NOMBRE DEL LICITANTE O NO APLICA)

RESPUESTA: PODRA ANOTAR EL NOMBRE DE LA MARCA REGISTRADA SI EL LABORATORIO CUENTA CON ESTA, CASO CONTRARIO DEBERA COLOCAR NO APLICA.

7.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR".

E) REQUERIMIENTO DE ESTUDIO DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". LISTA DE ESTUDIOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUBCONTRATAR LOS ESTUDIOS MICROALBUMINA EN ORINA Y MICROALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

8.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR".

G) REQUERIMIENTO DE ESTUDIO DE INMUNOLOGÍA (ESPECIALES), PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". LISTA DE ESTUDIOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR LA METODOLOGÍA REQUERIDA PARA EL ANÁLISIS DE LOS ACS. ANTI NUCLEARES, ELISA, INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA U OTRA METODOLOGÍA. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

9.- ANEXO A- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR".

G) REQUERIMIENTO DE ESTUDIO DE INMUNOLOGÍA (ESPECIALES), PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". LISTA DE ESTUDIOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUBCONTRATAR AC. ANTI NUCLEARES, CICLOSPORINA, PARATOHORMONA INTACTA Y PÉPTIDO C. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

10.- ANEXO A. C.- CONDICIONES DEL SERVICIO.CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD. A. EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DEBERÁ CONTAR CON SOFTWARE ADMINISTRADOR DE DATOS QUE MUESTRE GRÁFICAS DE LEVEY-JENNINGS, YOUDEN, HISTOGRAMAS Y REGLAS DE WESTGARD. QUE APLIQUE VARIABILIDAD BIOLÓGICA, ERROR TOTAL E INCERTIDUMBRE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EVALUAR EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO A TRÁVES DE UN PROGRAMA EXTERNO AL EQUIPO, QUE PLANIFIQUE EL CONTROL DE CALIDAD CON BASE EN LA MÉTRICA SIGMA. CRITERIOS DE RECHAZO POR MEDIO DE GRÁFICAS DE LEVEY-JENNINGS Y REQUISITOS DE CALIDAD, ASÍ COMO EL CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

## 2.2. LABORATORIOS LICON, S.A.

1.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS INCISO D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).-EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO DE DETECCIÓN BASADO EN VISCOSIDAD. GARANTIZANDO EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

2.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS INCISO D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).-EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: DEBE TENER CAPACIDAD DE DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FIBRINÓGENO SEA DE MANERA OPCIONAL POR EL MÉTODO DE CLAUSS, CONSIDERANDO QUE ESTA DETERMINACIÓN ES AMPLIAMENTE RECOMENDADA PARA PACIENTES CON ANTICOAGULACIÓN ORAL Y PERMITE DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE FIBRINÓGENO DE FORMA MÁS FIABLE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

3.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS INCISO D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).-EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: CON CAPACIDAD MINIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 A 160 DETERMINACIONES A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

4.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS INCISO I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMATOLOGIA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO VSG. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA LA DETERMINACIÓN DE VSG CON METODOLOGIA DE WESTERGREN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

5.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS INCISO I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATIES HUMANOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA EN SUSPENSIÓN AL 0.8% EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PANEL DE HEMATÍES DE CONFIGURACIÓN ANTIGÉNICA CONOCIDA SERÁ UTILIZADO CON LA FINALIDAD DE SER UNA PRUEBA DE ESCRUTINIO PARA LA DETECCIÓN Y/O PRESENCIA DE ANTICUERPOS IRREGULARES Y DE IMPORTANCIA CLÍNICA EN PACIENTES CON ANTECEDENTES TRANSFUSIONALES Y EL ABORDAJE DE INCOMPATIBILIDAD MATERNO FETAL ACORDE A LO QUE REFIERE LA NORMA-253-SSA1-2012. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA:

1. PANEL DE 2 CELULAS PARA EL RASTREO DE ANTICUERPOS ESTA PRUEBA SE CONSIDERA COMO UNA PRUEBA DE ESCRUTINIO

2. PANEL DE 11 CELULAS O MAS PARA LA IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS SE CONSIDERA COMO PRUEBA OCACIONAL SEGÚN NECESIDAD

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

6.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS INCISO I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATIES HUMANOS PAPAINIZADOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA, EN SUSPENSIÓN AL 0.8 % EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES.

SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ENZIMA PROTEOLÍTICA POR SEPARADO PARA QUE DE MANERA OPCIONAL EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA TENGA UNA ALTERNATIVA MAS EN LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, SOBRE TODO EN EL CASO DE ABORDAR CASOS CLÍNICOS EN DONDE SEA INEVITABLE EL USO Y LA APLICACIÓN DE ESTE RECURSO TÉCNICO; HABLANDO DE POSIBLES MEZCLAS DE ANTICUERPOS HACIA DIFERENTES SISTEMAS DE ANTÍGENOS ERITROCITARIOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE LOS PANELES COMERCIALES DE CELULAS VIENEN TRATADOS ENCIMATICAMENTE.

7.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS INCISO I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. ANTI DIG + IG, FRASCO CON 10 ML.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PRODUCTO A COTIZAR ES ANTI D IGG+IGM. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: ES CORRECTO, SI ES ANTI D IgG + IgM

8.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS INCISO J).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA Hba1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

9.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.

3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UN EQUIPO QUE PROCESA MAS MUESTRAS POR HORA.

10.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA. INCISO A.- PLAZO DE ENTREGA. EN CASO DE EQUIPO CON DOS AÑOS COMO MÁXIMO DE USO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, INTEGRANDO HISTORIAL DEL MANEJO DEL EQUIPO, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INTEGRANDO EN LA PROPUESTA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EMITIDA POR EL FABRICANTE, QUE LOS EQUIPOS A INSTALAR SE ENCUENTRAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO Y QUE SE GARANTIZARÁ SU BUEN FUNCIONAMIENTO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

11.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: INCISO B. EN EL SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD EXTERNO DEBERÁ PROPORCIONAR INFORMES MENSUALES DE COMPARACIÓN

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

INTERLABORATORIO CON INFORMES EN LÍNEA QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS PARTICIPANTES. LA INSCRIPCIÓN A ESTOS PROGRAMAS CONTINUARÁ HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO. EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ SER INTEGRAL PARA TODAS LAS ÁREAS (SEGÚN APLIQUE) QUE SE ENLISTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA ENTREGA DE INFORMES CADA TRES MESES YA QUE EL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA Y SEROLOGÍA A OFERTAR CUENTA CON ENTREGAS TRIMESTRALES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ENTREGARA MENSUALMENTE, SOLO EN LOS CASOS DE INMUNOHEMATOLOGIA Y SEROLOGIA SE ACEPTARA EL PLAZO DE TRES MESES.

12.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1. SE COMPROMETE A SURTIR SIN COSTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO LO SIGUIENTE: CLAVE: 800406 DESCRIPCIÓN: LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1). PARA DETERMINACION DE GRUPO A1, PRESENTACIÓN: FRASCO CON 2. ML.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 5ML. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LA CADUCIDAD SEA AMPLIA, MINIMA DE 8 MESES.

13.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1. SE COMPROMETE A SURTIR SIN COSTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO LO SIGUIENTE: CLAVE: 800386 DESCRIPCIÓN: PRUEBA TAMIZ PARA DETECCION Y DIFERENCIACION DE ANTICUERPOS ANTI-V.I.H. 1 Y V.I.H. 2, POR INMUNOCROMATOGRAFIA-ELISA EN MEMBRANA (CARTUCHO INDIVIDUAL). CAJA CON 50 PRUEBAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 25 PRUEBAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTAN, ESTE TIPO DE TECNICA, TODAS LAS DETERMINACIONES DE HIV 1 + 2 DEBEN SER POR QUIMIOLUMINISCENCIA.

14.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1. SE COMPROMETE A SURTIR SIN COSTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO LO SIGUIENTE: CLAVE: 800321 DESCRIPCIÓN: PRUEBA DE TAMIZ PARA DETECCION Y DIFERENCIACION DE ANTICUERPOS ANTI V.I.H. 1 Y V.I.H. 2, POR INMUNOCROMATOGRAFIA-ELISA EN MEMBRANA (CARTUCHO INDIVIDUAL). CAJA CON 40 PRUEBAS

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 25 PRUEBAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTAN, ESTE TIPO DE TECNICA, TODAS LAS DETERMINACIONES DE HIV 1 + 2 DEBEN SER POR QUIMIOLUMINISCENCIA.

15.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. INCISO E). REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE LA CLINICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". ANALIZADOR SEMIAUTOMATIZADO PARA ESTUDIOS DE COAGULACIÓN. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO, CON DETECCIÓN DE COAGULO MECÁNICO, CON PIPETEADOR PARA PROCESO DE MUESTRAS, CON UNA GAMMA COMPLETA DE ENSAYOS COAGULOMETRICOS, CON ÁREA DE INCUBACIÓN A 37 PARA 8 MUESTRAS Y 5 REACTIVOS: CON UN ÁREA DE PREPARACIÓN DE 12 MUESTRAS. SOFTWARE EN ESPAÑOL, PANTALLA E IMPRESORAS INTEGRADAS, YA QUE LAS PRUEBAS A REALIZAR DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SOLICITAN ÚNICAMENTE TIEMPO DE PROTROMBINA Y TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

16.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. INCISO F).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES, FAVORECIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO ¿ SE ACEPTA?.

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

17.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- 1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.
  - 2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.
  - 3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO.
- ¿SE ACEPTA

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UN EQUIPO QUE PROCESA MAS MUESTRAS POR HORA.

18.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. INCISO B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECANICO. GARANTIZANDO EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

19.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR". CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. INCISO B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: CAPACIDAD MINIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 A 160 DETERMINACIONES A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

20.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE EQUIPOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. E).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINAGLICOSILADA HbA1c.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, CUYO PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR, QUE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD INTERNACIONALES COMO LA NGSP E IFCC, GARANTIZANDO ASÍ LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

21.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- 1.- QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD A 2 NIVELES, (VALORES NORMALES Y ALTOS), YA QUE LO IMPORTANTE ES DETECTAR AQUELLOS PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS CON VALORES POR ARRIBA DE 7%, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE MEDIR VALORES ALTOS, Y ESTABLECER EL PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO.
- 2.- QUE CUENTE CON UN CARRUSEL PARA DEPOSITAR LOS TUBOS CON MUESTRA, Y CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CARGA INICIAL DE 26 MUESTRAS DE PACIENTES.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

3.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE PROCESA 8 ESTUDIOS/HORA, Y QUE PERMITIRÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS DIARIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO, ESTO EN BASE A LA PRODUCTIVIDAD REPORTADA POR HOSPITAL, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UN EQUIPO QUE PROCESA MAS MUESTRAS POR HORA.

**2.3. GLECO LAB S. DE R.L. DE C.V.**

P1.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

**Requisición número: RSM/098/2025**

**CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA**

LOTE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ESTUDIOS DE QUIMICA CLINICA	ESTUDIO	67,500
	PRUEBA DE ANTÍGENO PARA SARS-COV2 (COVID-19)	ESTUDIO	900
	ESTUDIOS DE INMUNOLOGIA RUTINA	ESTUDIO	3,000
	ESTUDIOS DE PARASITOLOGIA	ESTUDIO	1,650
	ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	ESTUDIO	4,037
	ESTUDIOS DE HEMATOLOGIA ESPECIAL	ESTUDIO	4,509
	ESTUDIOS DE HEMATOLOGIA	ESTUDIO	20945
	ESTUDIOS DE COAGULACIÓN	ESTUDIO	3,375
	ESTUDIOS DE URIANÁLISIS	ESTUDIO	20945

**Requisición número: RSM/097/2025**  
**HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR"**

LOTE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ESTUDIOS DE HEMOCULTIVOS	ESTUDIO	10,200
	ESTUDIOS DE BACTERIOLOGÍA CLÍNICA	ESTUDIO	4,503
	TINCIONES BACTERIANAS	ESTUDIO	2,700
	PRUEBAS AVANZADAS DE SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA	ESTUDIO	6,500
	ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	ESTUDIO	11,000
	ESTUDIOS DE URIANÁLISIS	ESTUDIO	15,000
	ESTUDIOS DE INMUNOLOGIA ESPECIALES	ESTUDIO	23,000
	ESTUDIO DE LÍQUIDOS	ESTUDIO	3,000
	DETECCIÓN MEDIANTE PCR DE SARS-COV2 (COVID-19)	ESTUDIO	338
	PRUEBA DE ANTÍGENO PARA SARS-COV2 (COVID-19)	ESTUDIO	890
	ESTUDIOS DE PARASITOLOGIA	ESTUDIO	2,625
	ESTUDIOS DE GASOMETRIA	ESTUDIO	2,500
	ESTUDIOS DE MARCADORES CARDIACOS	ESTUDIO	1,763
	ESTUDIOS DE COAGULACIÓN	ESTUDIO	12,150
	ESTUDIOS DE INMUNOLOGIA RUTINA	ESTUDIO	4,935
	ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA	ESTUDIO	3,150
	ESTUDIOS DE HEMATOLOGIA	ESTUDIO	11,250
	ESTUDIOS DE QUIMICA CLINICA	ESTUDIO	40,000

CONCEPTO	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR RSM/097/2025	CLINICA HOSPITAL TAPACHULA RSM/098/2025
ESTUDIOS DE URIANALISIS	15,000	20945
PRUEBA DE ANTIGENO PARA SARS-COV-2(COVID-19)	890	900
ESTUDIOS DE HEMATOLOGIA	11,250	20,945
ESTUDIOS DE QUIMICA CLINICA	40,000	67,500

EN RELACIÓN CON LOS CONCEPTOS SOLICITADOS EN LA REQUISICIÓN RSM/097/2025 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, SE OBSERVA QUE LAS CANTIDADES SOLICITADAS SON EN MENOR NUMERO EN COMPARACIÓN A LA REQUISICIÓN RSM/098/2025 CLINICA HOSPITAL TAPACHULA, SIENDO QUE EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR ES EL DE MAYOR DEMANDA EN LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI SON CORRECTAS LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN LA REQUISICIÓN RSM/097/2025 Y RSM/098/2025 YA QUE ESTAS CANTIDADES AFECTAN A NUESTRA OFERTA ECONOMICA, FAVOR DE PRONUNCIARSE.

**RESPUESTA:** APEGARSE A LAS BASES, LAS CANTIDADES SON REFERENCIALES AL SER ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS.

P2.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"  
 REQUISICIÓN NUMERO: RSM/097/2025  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR

C). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URINANÁLISIS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".

<b>DICE:</b>
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
EXAMEN GENERAL DE ORINA

SOLITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR EN DESCRIPCION DEL PRODUCTO EL ESTUDIO DE **SEDIMENTOS URINARIOS**, CON EL FIN DE CONSIDERAR QUE DENTRO DE LA REQUISICIÓN DE LAS BASES, PAG. 22, PARRAFO 1, QUE A SU CALCE DICE: LA PRUEBA DEBERÁ CONSTAR DE UNA TIRA EN LA CUAL SE DEBERÁN DETERMINAR LOS SIGUIENTES PARAMETROS: LEUCOCITOS, NITRITOS, PROTEÍNAS, SANGRE, GLUCOSA, CUERPOS CETONICOS, BILIRRUBINA, UROBILINÓGENO, PH, GRAVEDAD ESPECÍFICA ADEMÁS QUE INCLUYA TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA ESTANDARIZACION DEL ESTUDIO DE UROANALISIS Y DE LA LECTURA DEL SEDIMENTO (CAMARA PARA CONTEO CELULAR DEL SEDIMENTO URINARIO KOVA CON TUBOS DE FONDO CÓNICOS DE 12 ML, PIPETAS DE TRANSFERENCIA, COLORANTE DE STERNHEIMER MALBIN). ESTO APLICA TAMBIEN PARA EL AREA DE URGENCIAS; DONDE EL LICITANTE CONSIDERE EN SU OFERTA EL REACTIVO E INSUMOS SOLICITADO PARA LA REALIZACION DEL MISMO; DE LO CONTRARIO SE ASUME QUE UTILIZARÁ EL MATERIAL INDIPENSABLE PARA EL REPORTE DE LA PRUEBA. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA:** SI SE ACEPTA LA PROPUESTA DE QUE SEA DE LA MISMA MANERA EL ESTUDIO EN EL LABORATORIO Y EN URGENCIAS, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

P3.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"  
 REQUISICIÓN NUMERO: RSM/097/2025  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR

D). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO

- LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°
- CAPACIDAD MÍNIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA...

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE OFERTAR UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN DUAL: MECÁNICA Y ÓPTICA; PERMITIENDO LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD EN MUESTRAS ICTÉRICAS,

LIPÉMICAS Y HEMOLIZADAS Y CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE PROCESAMIENTO DE 52 MUESTRAS POR HORA MEDIDOS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTOMBINA Y DEMÁS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS, ESTO EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO CON EL NÚMERO DE PRUEBAS SOLICITADAS, SIN AFECTAR EL TIEMPO DE ENTREGA Y CALIDAD ANALÍTICA DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA:** SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

P4.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"  
 REQUISICIÓN NUMERO: RSM/097/2025  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR

E). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

COLESTEROL -LDL (CALCULADA).

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL REACTIVO NECESARIO PARA EL PROCESO DE ESTE ESTUDIO EN EL EQUIPO OFERTADO PARA QUÍMICA CLÍNICA, HACERLO DE MANERA CALCULADA INVOLUCRA EL USO DE REACTIVO PARA EL PROCESO DE LAS PRUEBAS DE COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL Y TRIGLICERIDOS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA:** SI SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL REACTIVO, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

P5.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

J). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".

ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACIÓN HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO  
PRINCIPIO DE MEDICIÓN: CROMATOGRAFÍA...

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE LA REALIZACIÓN DE ESTA PRUEBA EN EL ANALIZADOR OFERTADO PARA ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS CON EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN: ENZIMÁTICO, CUMPLIENDO CON EL CONTROL DE CALIDAD SOLICITADO Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO. SIN AFECTAR EL RENDIMIENTO DE PROCESO DE LOS ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS, OFERTANDO EQUIPOS Y REACTIVOS DE MARCAS RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE EN CALIDAD Y CONFIABILIDAD. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA:** SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

P5.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"  
PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA.

REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR"

<p><b>PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" DEBERÁ PROPORCIONAR EL SIGUIENTE PERSONAL:</b></p>
<p><b>TURNOS MATUTINO</b></p> <p>03 QUÍMICOS FARMACOBIOLOGOS (LUNES A VIERNES) 01 QUÍMICO FARMACOBIOLOGO O CARRERAS A FINES A LABORATORIO CLINICO O ESPECIALIDAD EN BACTERIOLOGIA.(LUNES A VIERNES) 02 TÉCNICO LABORATORISTA (LUNES A VIERNES) 01 ADMINISTRATIVOS (LUNES A VIERNES); ESTE ÚLTIMO CON CARRERA A FIN A LABORATORIO CLINICO</p>
<p><b>TURNOS VESPERTINO</b></p> <p>02 TÉCNICO LABORATORISTA (LUNES A VIERNES) 01 ADMINISTRATIVOS (LUNES A VIERNES) ESTE ÚLTIMO CON CARRERAS A FIN A LABORATORIO CLINICO</p>
<p><b>FIN DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS OFICIALES</b></p> <p>01 TÉCNICO LABORATORISTA (SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS) 01 ADMINISTRATIVO (SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS), CON CARRERA A FIN A LABORATORIO CLINICO</p>
<p><b>NOCTURNO B</b></p> <p>01 QUÍMICO FARMACOBIOLOGO (MARTES, JUEVES, DOMINGO Y FESTIVOS OFICIALES NOCTURNOS)</p>
<p><b>PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA:</b></p>
<p><b>TURNOS MATUTINO</b></p> <p>01 TÉCNICO LABORATORISTA (LUNES A VIERNES) 01 ADMINISTRATIVO (LUNES A VIERNES) (CON CARRERA A FIN A LABORATORIO CLINICO)</p>
<p><b>TURNOS VESPERTINO</b></p> <p>01 ADMINISTRATIVO (LUNES A VIERNES)</p>
<p><b>NOCTURNO A</b></p> <p>01 QUÍMICO FARMACOBIOLOGO O CON CARRERA A FIN (LUNES, MIERCOLES Y VIERNES)</p>
<p><b>NOCTURNO B</b></p> <p>01 QUÍMICO FARMACOBIOLOGO O CON CARRERA A FIN (MARTES, JUEVES Y SABADO) DFN. DFN. 01 QUÍMICO FARMACOBIOLOGO O CON CARRERA A FIN (DOMINGOS NOCTURNOS, FESTIVOS OFICIALES Y OTORGADOS NOCTURNOS)</p>

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH</b>			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE QUE LA PLANTILLA SOLICITADA SEA RECONSIDERADA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR UNA PROPUESTA SOLVENTE PARA EL INSTITUTO.

EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE PERSONAL ME PERMITO PROPONER:

**TURNO MATUTINO**

03 QUÍMICOS FARMACOBIOLOGOS (DE LUNES A VIERNES), CONTANDO CON AL MENOS 1 CON ESPECIALIDAD EN EL AREA DE BACTERIOLOGIA.

**TURNO VESPERTINO**

1 TECNICO LABORATORISTA (DE LUNES A VIERNES)

1 ADMINISTRATIVO (LUNES A VIERNES) CON CARRERA TECNICO LABORATORISTA, QFB O AFIN.

**PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSION SANGUINEA:**

**DFN.**

EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE TRANSFUSION SANGUINEA EN LOS DIFERENTES TURNOS, REALIZARÁ LA COBERTURA DE ESTE TURNO SIN AFECTAR EL SERVICIO.

¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

P6.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

**REQUISICION: No. RSM/098/2025**

**CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA**

A). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA"

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA SUBROGACION DE ESTOS ESTUDIOS, DEBIDO A SU BAJA DEMANDA DE ESTA PRUEBA, ES BIEN COMENTAR QUE ESTOS ESTUDIOS SE REALIZAN SOLO EN CASO DE RESULTADO POSITIVO DEL REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (EXAMENES DIVERSOS): CULTIVOS. POR LO QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A LA REALIZACION DE LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS LEGALES Y DE CALIDAD VIGENTES DEL LABORATORIO DE REFERENCIA, RESPETANDO LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS SIN AFECTAR LA ATENCION OPRTUNA DEL DERECHOHABIENTE. NO LIMITANDO LA PARTICIAPCION A DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA: APEGARSE A BASES.**

P7.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

E). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA"

DESCRIPCION DEL PRODUCTO  
COLESTEROL -LDL (CALCULADA).

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL REACTIVO NECESARIO PARA EL PROCESO DE ESTE ESTUDIO EN EL EQUIPO OFERTADO PARA QUIMICA CLINICA, HACERLO DE MANERA CALCULADA INVOLUCRA EL PROCESO DE LAS PRUEBAS DE COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL Y TRIGLICERIDOS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA: SI SE ACEPTA EL REACTIVO, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**

P8.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

**REQUISICION: No. RSM/098/2025**

**CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA**

E). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA"

DESCRIPCION DEL PRODUCTO  
TIEMPO DE PROTOMBINA

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

TIEMPO PARCIAL DE TROMBOSPLASTINA

SOLICITAMOS AMABLEMMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA SUBROGACION DE ESTOS ESTUDIOS, DEBIDO A SU BAJA DEMANDA DE ESTA PRUEBA, POR LO QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A LA REALIZACION DE LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS LEGALES Y DE CALIDAD

VIGENTES DEL LABORATORIO DE REFERENCIA, RESPETANDO LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS SIN AFECTAR LA ATENCION OPRTUNA DEL DERECHOHABIENTE. NO LIMITANDO LA PARTICIACION A DEMAS LICITANTES. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA:** APEGARSE A BASES.

P9.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

**REQUISICION: No. RSM/098/2025**  
**CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA**

F). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA"

ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACIÓN HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C.  
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO  
PRINCIPIO DE MEDICIÓN: CROMATOGRAFÍA...

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRUEBA EN EL ANALIZADOR OFERTADO PARA ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS CON EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN: ENZIMÁTICO, CUMPLIENDO CON EL CONTROL DE CALIDAD SOLICITADO Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO. SIN AFECTAR EL RENDIMIENTO DE PROCESO DE LOS ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS, OFERTANDO EQUIPOS Y REACTIVOS DE MARCAS RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE EN CALIDAD Y CONFIABILIDAD. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA:** SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

P10.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

**REQUISICION: No. RSM/098/2025**  
**CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA**

B). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA "DE TAPACHULA

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO

- LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°
- CAPACIDAD MÍNIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA...

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN DUAL: MECÁNICA Y ÓPTICA; PERMITIENDO LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD EN MUESTRAS ICTÉRICAS, LIPÉMICAS Y HEMOLIZADAS Y CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE

PROCESAMIENTO DE 52 MUESTRAS POR HORA MEDIDOS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTOMBINA Y DEMÁS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS, ESTO EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO CON EL NÚMERO DE PRUEBAS SOLICITADAS, SIN AFECTAR EL TIEMPO DE ENTREGA Y CALIDAD ANALÍTICA DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

**RESPUESTA:** SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

P11.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

REQUISICION: No. RSM/098/2025  
CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA "DE TAPACHULA

E). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA "DE TAPACHULA

ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACIÓN HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C.  
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO  
PRINCIPIO DE MEDICIÓN: CROMATOGRAFÍA...

ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRUEBA EN EL ANALIZADOR OFERTADO PARA ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS CON EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN: ENZIMÁTICO, CUMPLIENDO CON EL CONTROL DE CALIDAD SOLICITADO Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO. SIN AFECTAR EL RENDIMIENTO DE PROCESO DE LOS ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS, OFERTANDO EQUIPOS Y REACTIVOS DE MARCAS RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE EN CALIDAD Y CONFIABILIDAD. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

P12.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

C). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URINALISIS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO.

DICE
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
EXAMEN GENERAL DE ORINA

SOLITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA ESTE REQUERIMIENTO SE DEBE DE INCLUIR EN DESCRIPCION DEL PRODUCTO EL ESTUDIO DE SEDIMENTOS URINARIOS, CON EL FIN DE CONSIDERAR EL OFERTAR EL REACTIVO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MISMO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

P14.- DEL PUNTO 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS ANEXO A"  
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR"

C). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URINALISIS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL PALENQUE.

DICE
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
EXAMEN GENERAL DE ORINA

SOLITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA ESTE REQUERIMIENTO SE DEBE DE INCLUIR EN DESCRIPCION DEL PRODUCTO EL ESTUDIO DE SEDIMENTOS URINARIOS, CON EL FIN DE CONSIDERAR EL OFERTAR EL REACTIVO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MISMO.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES.

3.- COMO TERCER PUNTO.- LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEBERÁN PRESENTARLAS DE MANERA ORDENADA, IDENTIFICADA Y FOLIADA DE ACUERDO AL PUNTO 5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS BASES; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIN EMBARGO LOS ERRORES U OMISIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SON IMPUTABLES Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS LICITANTES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.


SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS</b>	<b>PC-DAQ-LCB_FR_05</b>	<b>V01</b>	

SE LES EXHORTA A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS A LLEVARSE A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL 2025 A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA ISSTECH DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N ESQUINA BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA C.P. 29044, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 14:55 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:-----


PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ

  
 DR. MARCELINO DE JESÚS AGUILAR ZAPATA  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


VOCAL DEL SUBCOMITÉ

  
 LIC. JUAN LUIS GÓMEZ PÉREZ  
 EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIAS Y GESTIÓN DE CALIDAD

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

  
 LIC. HAYDE ZETINA GORDILLO  
 REPRESENTANTE DE LA UNIDAD JURÍDICA

ASESOR

  
 LIC. IMELDA VIVIANA MENDOZA CAÑAS  
 CONTRALORA INTERNA EN EL ISSTECH

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA

ÁREA REQUIRENTE

  
 DR. LUIS DE JESÚS ZAMUDIO PEÑA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y EPIDEMIOLOGÍA

  
 LIC. AGUSTÍN ESCOBAR CHANG  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS

LICITANTES

  
 C. SANDRA LUZ PENAGOS SARMIENTO  
 EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL SÁNCHEZ ZEBADUA

  
 C. YOVANNY ANTONIO SANTIAGO LOPEZ.  
 EN REPRESENTACIÓN DE GLECO LAB S. DE R.L. DE C.V.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/003/2025, SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO Y DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2025.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).