
 CHIAPAS ESTADO DE CHIAPAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/001/2021, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 33913 SUBROGACIONES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA MARTES 02 DE MARZO DEL 2021, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSTECH Y PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ; LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ; LOS VOCALES SIGUIENTES: LIC. OMAR MORENO ALFARO, SUBDIRECTOR DE FINANZAS; LIC. JUAN CARLOS MORALES ORANTES, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA; ADEMÁS DE LOS INVITADOS, C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO, REPRESENTANTE DE CONTRALORIA INTERNA EN EL ISSTECH Y ASESORA DEL SUBCOMITÉ, C.P. JOSÉ WILBERG GARCÍA GÓMEZ, COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO Y POR EL ÁREA REQUIRIENTE DRA. MARIA DE LOS ÁNGELES CAMACHO VALLE, SUBDIRECTORA DE SERVICIOS MÉDICOS Y DRA. ANA GABRIELA CASTELLANOS VALDÉZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA; PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/001/2021 RELATIVO AL SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS, CUYOS NOMBRES SE MENCIONAN AL FINAL DEL ACTA.

1.- COMO PRIMER PUNTO. - SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.1. INTEGRADORA DE SERVICIOS DE LABORATORIO E IMAGEN S.C., REPRESENTADO POR EL C. PATRICIA MARTÍNEZ CRUZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

1.2. GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV, REPRESENTADO POR EL C. MARIO VELASCO HERNANDEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

SE DEJA DE MANIFIESTO EN LA PRESENTE ACTA LA INASISTENCIA DE LOS LICITANTES LABORATORIOS LICON, S.A. E INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V., EN LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

2.- COMO SEGUNDO PUNTO. -DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.2 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/001/2021, SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TECNICAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES, CORREN A CARGO DEL PERSONAL REPRESENTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.

1.1.- LABORATORIOS LICON, S.A.,

1.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°.



SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECANICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANÁLITICO.

2.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". D).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". A).- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: CAPACIDAD MINIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

CHIAPAS
de Coruzón

 CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

SE SOLICITA AMABLEMNTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 A 160 DETERMINACIONES A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

3.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR".

J).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

F).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

E).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA. GLICOSILADA HbA1c. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFETAR PARA CADA UNO DE LOS LABORARATORIOS DE ANALISIS CLINICOS, EQUIPOS PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES DE LA NGSP Y LA IFCC, CUYO MÉTODO ANALÍTICO ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

4.- EN CASO DE SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

INSTRUMENTO DE ELECTROFORESIS CAPILAR CON 8 CAPILARES EN PARALELO

• GESTIÓN DEL INSTRUMENTO MEDIANTE PANTALLA TÁCTIL LCD

• ENCENDIDO, APAGADO Y MANTENIMIENTO AUTOMÁTICOS O MANUALES

• GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LAS CUBETAS DE REACTIVO

• CAMBIO AUTOMÁTICO DE TÉCNICA UTILIZANDO CARGADORES ESPECÍFICOS

HB A1C (SANGRE VENOSA) - 43 MUESTRAS/H

• ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA (SANGRE TOTAL DE ADULTO) - 46 MUESTRAS/H

• SUERO, ORINA, SANGRE TOTAL

• TRAZABILIDAD COMPLETA DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA EL RESULTADO FINAL

• HOMOGENEIZACIÓN DE LAS MUESTRAS Y PERFORACIÓN DEL TAPÓN PARA EL MUESTREO DE SANGRE TOTAL DESDE TUBOS PRIMARIOS TAPADOS

(EN TÉCNICAS HB Y HB A1C)

• CARGA INICIAL SIMULTÁNEA DE 120 MUESTRAS

• CUATRO POSICIONES FLEXIBLES PARA REACTIVOS CON CAMBIO AUTOMÁTICO ENTRE VIALES

• COMPARTIMENTO DE REACTIVOS SECUNDARIO CON POSICIONES REFRIGERADAS PARA ANTISUEROS Y REACTIVOS ADICIONALES

• TRAZABILIDAD COMPLETA A TRAVÉS DE LAS ETIQUETAS RFID PRESENTES EN TODOS LOS VIALES DE REACTIVOS Y ANTISUEROS

• CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ILIMITADA

• CONEXIÓN EN RED DE MÚLTIPLES INSTRUMENTOS CON UNA BASE DE DATOS COMPARTIDA



¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

5.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA. DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO (DETERMINACION DE LOS ANTIGENOS DEL SISTEMA ABO, Rh (D) Y DETERMINACION DEL GRUPO SERICO O INVERSO).

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO DIRECTO E INVERSO, SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR QUE SE REALICE EN UN SOLO PROCESO Y QUE REALICEN LA DETERMINACIÓN DE ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, CONTROL RH, A1 Y B, TAL COMO LO ESTABLECE LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA.

6.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. PANEL DE HEMATIES HUMANOS PAPAINIZADOS REACTIVO DE CONFIGURACION ANTIGENICA CONOCIDA, EN SUSPENSION AL 0.8 % EN SOLUCION TAMPONADA Y CON CONSERVANTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA LA ENZIMA PROTEOLITICA POR SEPARADO YA QUE EL USO O IMPLEMETACION DE DIFERENTES TECNICAS, NO INFLUYEN O ALTERAN EL RESULTADO FINAL DE IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES

7.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". I).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIPCION DEL PRODUCTO. ANTI DIG + IG, FRASCO CON 10 ML. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EL PRODUCTO A COTIZAR ES ANTI D IGG+IGM. ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA.

8.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA. 9.- LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS DEBERÁN SER NUEVOS O DE USO NO MAYOR A 2 AÑOS, PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO, DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, FACTURA O PEDIMENTO QUE CERTIFIQUEN EL TIEMPO DE USO DE DICHS EQUIPOS. SE SOLICITA AMABLEMNT E A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO CON UNA ANTIGÜEDAD DE 2 A 6 AÑOS, GARANTIZANDO CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DE FABRICANTE SU BUEN FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

9.- SE SOLICITA AMABLEMNT E A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE DEBERÁN OFERTAR CONTROLES DE TERCERA OPINION DE HEMATOLOGÍA PARA LOS ESTUDIOS DE QUIMICA CLINICA, COAGULACIÓN E INMUNOLOGÍA, PARA LOS LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LOS DIFERENTES HOSPITALES QUE INTEGRAN ISSTECH. ¿FAVOR DE ACLARAR?



RESPUESTA: REFIERE A CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS.

10.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA. 14. LA EMPRESA MANIFESTARÁ QUE SE COMPROMETE A CUBRIR EL COSTO DE INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EL CUAL SE REALIZARA AL INICIO DEL CONTRATO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, PARA LOS EQUIPOS OFERTADOS (DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA3-2011 Y NOM-253-SSA1-2012); ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCION. ESTO SERÁ SIN COSTO PARA EL INSTITUTO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL PROVEEDOR DEL CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD, EL CUAL DEBE CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD (EMA), EN LAS ÁREAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA Y SEROLOGÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSAI-2012 EN EL PUNTO 15.1.4. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA.

11.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. B) LOS CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y REACTIVOS, NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA FASES PRE-ANALÍTICA, ANALITICA Y POST-ANALITICA DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y SERVICIO DE TRANSFUSION SANGUINEA. LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: CLAVE: 800406, DESCRIPCIÓN: LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1), PARA DETERMINACION DE GRUPO A1, FRASCO CON 2 ML. FRASCO CON 2 ML. SE SOLICITA AMABLEMNT E A LA CONVOCANTE NO ACEPT E PRESENTACIÓN DE 5 ML. YA QUE ES LA QUE ACTUALMENTE DE COMERCIALIZA EN EL MERCADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

RESPUESTA: APEGARSE A LA BASES SI SE APEGA A LAS CARACTERÍSTICAS DEL REACTIVO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN.

12.- CONFORME A LO REFERIDO EN EL ANEXO A LOTE 1. PRUEBAS EN INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOHEMATOLOGIA, PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTAN CONSIDERADO EL USO O LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PRUEBA CONTROL Y DE LA MISMA NATURALEZA QUIMICA DE LOS REACTIVOS OFERTADOS (REACTIVO CONTROL MONOCLONAL); ACORDE A LO QUE ESTABLECE LA NOM-253-SSA1-2012 EN EL NUMERAL 9.5.2.1 SE REFIERE EL USO O LA IMPLEMENTACION DE LA PRUEBA CONTROL O TESTIGO POR CADA DETERMINACION DE GRUPO ABO-Rh. CON EL OBJETIVO DE DETECTAR PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS

RESPUESTA: SI, SE ESTÁ CONSIDERANDO EL USO DE LA PRUEBA CONTROL O TESTIGO.

13.- ANEXO A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR". REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA.

B) LOS CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y REACTIVOS, NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA FASES PRE-ANALÍTICA, ANALÍTICA Y POST-ANALÍTICA DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y SERVICIO DE TRANSFUSION SANGUINEA. LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: CLAVE: 800321, DESCRIPCIÓN: PRUEBA DE TAMIZ PARA DETECCION Y DIFERENCIACION DE ANTICUERPOS ANTI V.I.H. 1 Y V.I.H. 2, POR INMUNOCROMATOGRAFIA-ELISA EN MEMBRANA (CARTUCHO INDIVIDUAL). CAJA CON 40 PRUEBAS.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACEPTE PRESENTACIÓN DE 25 PRUEBAS, AJUSTÁNDONOS A LA CANTIDAD SOLICITADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

14.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE EQUIPOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA.

B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90°.

SE SOLICITA AMABLEMNTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y MECANICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO

15.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE EQUIPOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA.



B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: CAPACIDAD MINIMA DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA.

SE SOLICITA AMABLEMNTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 A 160 DETERMINACIONES A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO

16.- CONFORME AL ANEXO TECNICO A DE LA PRESENTE LICITACIÓN. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN QUE CASO DE NO VENIR REFERIDAS LAS CANTIDES EXACTAS, EN LAS DIVERSAS DESCRIPCIONES DE CADA UNO DE LOS LOTES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERIA VALIDO JURIDICAMENTE LO REFERIDO EN BASES EN BASE AL ARTICULO 71 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, SE ESTABLECE UN MÍNIMO DE 3,400 PRUEBAS Y UN MÁXIMO DE 8,500 PRUEBAS. PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA. ¿FAVOR DE ACLARAR?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

RESPUESTA: LAS CANTIDADES SON NÚMEROS DE REFERENCIA ANUALES Y LO QUE SE ESTA LICITANDO SON CANTIDADES POR NUEVA MESES.

1.2.- INTEGRADORA DE SERVICIOS DE LABORATORIO E IMAGEN S.C.

1. EN EL NUMERAL 3.3.7 IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES, DESCRIBE QUE EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, LAS QUE SE PRESENTEN EN OTRO IDIOMA, DEBERÁ TRAER UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, ¿SE REFIERES A UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL SIMPLE?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

2. DE ACUERDO A LO QUE DESCRIBE EL NUMERAL 4.2 INCISO H), NUMERAL 1, POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN DE ÍNDOLE ESTATAL, SOLO PODRÁN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE CUENTEN CON DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE PARTICIPANTES QUE SOLAMENTE CUENTEN CON LOCALES O SUCURSALES EN ESTE ESTADO; ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

3. EN EL NUMERAL 4.1 FORMAS Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN SER ROTULADAS CON LOS SIGUIENTES DATOS: TIPO DE PROPUESTA, NUMERO DE LICITACIÓN, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, TELÉFONO, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CORREO ELECTRÓNICO; SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA INFORMAR SI, TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, DEBERÁ SER FIRMADA Y SELLADA EN CADA HOJA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTICIPANTE

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

4. EN EL NUMERAL 4.3, INCISO A, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBE SER PRESENTADA EN CONFORMIDAD CON EL ANEXO B Y SER PRESENTADAS EN CD ELABORADA EN FORMATO EXCEL XP O 2003-2007, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODER PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO WORD XP O 2003-2007, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, EL ARCHIVO ENTREGADO DEBERÁ SER EN TEXTO EDITABLE

5. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PARA LAS UNIDADES DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA, SE REQUIERE PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

RESPUESTA: APEGARSE AL PLAZO DESCRIPTIVO EN EL ANEXO A, DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021

6. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, PARA LAS UNIDADES DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA, PUEDEN SER EQUIPOS NUEVOS O CON DOS AÑOS MÁXIMO DE USO



RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES

7. EN EL NUMERAL 4.2, INCISO I), REQUIERE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, ¿SE REFIERE A LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2019?, YA QUE PARA LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE PERSONA MORAL, SE TIENE COMO FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN AL 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TAL COMO LO INDICA EL INCISO I) DEL NUMERAL 4.2, DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR PRESENTADA ANTE EL SAT QUE DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES ESTÉN OBLIGADOS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

CHIAPAS
#Corazón

 CHIAPAS <small>ESTADO LIBRE ASOCIADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

8. REFERENTE AL NUMERA 4.2, INCISO J), EN EL CUAL SOLICITA LA DECLARACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2021, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA DECLARACIÓN PROVISIONAL A PRESENTAR ES LA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO O A LA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL PAGO PROVISIONAL DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

9. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, DEBIDO A LA NATURALEZA DEL SERVICIO, SOLICITAR COMO REQUISITO OBLIGATORIO PARA LOS PARTICIPANTES, CONTAR CON CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 VIGENTE, PARA GARANTIZAR A LA CONVOCANTE UN SERVICIO DE CALIDAD DURANTE TODA LA DURACIÓN DEL CONTRATO, EL MISMO DEBE SER OTORGADA POR UN ORGANISMO CERTIFICADOR RECONOCIDO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA)

RESPUESTA: APEGARSE AL ANEXO A, INCISO C) CONDICIONES DE SERVICIO, NUMERAL 14 Y AL REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA NUMERAL 7.

10. ANEXO A, REQUISICIÓN RSM/180/2020 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR, INCISO G), PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA ESPECIAL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO METODOLOGÍA DE ANÁLISIS OTRAS TÉCNICAS ADEMÁS DE LA QUIMIOLUMINISCENCIA, CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

11. EN EL ANEXO A, INCISO S), LAS PRUEBAS RÁPIDAS PARA IGG/IGM DE SARS COV2, A LAS QUE SE REFIERE, AL SER PRUEBAS RÁPIDAS, SE REFIERE A PRUEBAS DE TIPO CUALITATIVAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

12. EN EL ANEXO A, INCISOS R, S Y T, QUE A LA LETRA DICE: "ESPECIFICAMENTE PARA PRUEBAS SARS-COV 2 (COVID-19) PARA FINES DE PRECISIÓN EN DICHAS PRUEBAS, ES IMPORTANTE EL USO DE REACTIVOS ABBOTT", SIENDO LIMITATIVO EL USO DE LOS REACTIVOS MARCA ABBOTT, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA EL USO DE OTRAS MARCAS AUTORIZADAS POR LA COFEPRIS CON PRECISIÓN SIMILAR A LA REQUERIDAS POR EL INSTITUTO

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DESCRIBA EN LA LISTA AUTORIZADA POR COFEPRIS

13. ANEXO A, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR", SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE PERMITA INTEGRAR PRUEBAS DE DIFERENTES PAQUETES DE ESTUDIOS EN UN MISMO EQUIPO CUANDO ASÍ LO PERMITA LA TECNOLOGÍA A OFERTAR ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

14. ANEXO A, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" E).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". FOSFATASA ACIDA, MICROALBUMINA EN ORINA, MICROALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PERMITA COMO UNA OPCIÓN OFERTAR PROCESAR ESTAS PRUEBAS EN UNA METODOLOGÍA DIFERENTE O ENVIARLAS A UN LABORATORIO DE REFERENCIA, SIENDO EL LICITANTE ASIGNADO EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA OPORTUNA DEL RESULTADO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.



15. ANEXO A, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" E).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1.-EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLINICA Y ELECTROLITOS (RUTINA). CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NANÓMETROS. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PERMITA COMO UNA OPCIÓN LA OFERTA DE UN EQUIPO DE QUÍMICA SECA QUE ES CAPAZ DE PROCESAR LAS PRUEBA EN UN RANGO DE LECTURA DE 340 A 680 NANÓMETROS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

16. ANEXO A, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" E).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 1.-

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS (RUTINA). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: VOLUMEN DE MUESTRA HASTA 10 MICROLITROS. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PERMITA COMO UNA OPCIÓN LA OFERTA DE UN EQUIPO QUE UTILIZA ENTRE 5 Y 17 MICROLITROS DE MUESTRA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES

17. ANEXO A, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" E).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". 2).- EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS (ÁREA DE URGENCIAS). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NANÓMETROS.

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PERMITA COMO UNA OPCIÓN LA OFERTA DE UN EQUIPO DE QUÍMICA SECA QUE ES CAPAZ DE PROCESAR LAS PRUEBA EN UN RANGO DE LECTURA DE 340 A 680 NANÓMETROS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

18. ANEXO A, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" E).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" G). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOLOGIA (ESPECIALES), PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". AC. ANTI HELICOBACTER PYLORI (IGG), AC. ANTI HERPES I IGG E IGM, AC. ANTI HERPES II IGG E IGM, AC. ANTI NUCLEARES, INMONUGLOBULINA IGE, BETA 2 MICROGLOBULINA, CORTISOL, CICLOSPORINA, PROCALCITONINA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PERMITA LA OPCIÓN DE PROCESAR ESTAS PRUEBAS CON UNA METODOLOGÍA DIFERENTE O ENVIAR A UN LABORATORIO DE REFERENCIA, SIENDO EL LICITANTE ASIGNADO EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE MANERA OPORTUNA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

19. ANEXO A, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" E).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" G). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE INMUNOLOGIA (ESPECIALES), PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS ESPECIALES: ESTABILIDAD DE REACTIVOS MÍNIMA DE 10 SEMANAS A BORDO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PERMITA QUE LA ESTABILIDAD DE REACTIVOS SEA CONFORME LO ESPECIFICADO POR CADA FABRICANTE EN SU INSERTO PARA MANTENER EL REACTIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN.



20. ANEXO A, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" C).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUIMICA CLINICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". MICROALBUMINA EN ORINA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PERMITA COMO UNA OPCIÓN OFERTAR PROCESAR ESTA PRUEBA EN UNA METODOLOGÍA DIFERENTE O EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA, SIENDO EL LICITANTE ASIGNADO EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA OPORTUNA DEL RESULTADO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

21. ANEXO A, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" C).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUIMICA CLINICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA". EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: QUE CUENTE CON SISTEMA DE CONSERVACION DE REACTIVOS EN EL EQUIPO 2-15°C, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PERMITA QUE EL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE REACTIVOS SEA CONFORME LO ESPECIFICADO POR CADA FABRICANTE PARA MANTENER EL REACTIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

22. C.-CONDICIONES DEL SERVICIO: LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS DEBERÁN SER NUEVOS O DE USO NO MAYOR A 2 AÑOS, PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO, DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, FACTURA O PEDIMENTO QUE CERTIFIQUEN EL TIEMPO DE USO DE DICHS EQUIPOS, NO SE ACEPTARÁ LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS ENSAMBLADOS, ASÍ MISMO, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS INTERNACIONALES Y LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ESTABLECIDAS POR EL PAÍS, DEBE EVALUARSE CUIDADOSAMENTE EL DISEÑO Y LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS CON EL FIN DE ASEGURAR QUE SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO Y DE LOS USUARIOS; DEBE EVALUARSE EL HISTORIAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y LOS INFORMES DEL MERCADO), SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A LOS CUALES SE LES HARÁN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CORRESPONDIENTES PARA MANTENERLOS A PUNTO, PARA TAL FIN SOLICITAMOS ACEPTE LA ENTREGA DE UNA CARTA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE QUE LOS EQUIPOS QUE SE INSTALARÁN ESTARÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES

23. ANEXO A, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCISO R), REQUERIMIENTOS PARA ESTUDIOS PARA SARS COV-2 COVID 19. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA PRUEBA RÁPIDA DE ROCHE, EN RAZÓN DE SER UNA MARCA RECONOCIDA Y QUE CUMPLE CON LAS NORMAS DE CALIDAD TENIENDO COMO DESEMPEÑO CLÍNICO UNA SENSIBILIDAD DE 95.5% Y UNA ESPECIFICIDAD DE 99.2%. ABRIENDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS CASAS COMERCIALES QUE CUBRAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARA SIEMPRE Y CUANDO SE DESCRIBA EN LA LISTA AUTORIZADA POR COFEPRIS

24. ANEXO A, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCISO F), REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS DE HEMATOLOGÍA PARA EL LABORATORIO DE NÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR", SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE EL USO DE UN INSTRUMENTO QUE BASADO EN 4 PRINCIPIOS DE MEDICIÓN, LO QUE PERMITE EL MEJOR DESEMPEÑO DEL INSTRUMENTO; LA CITOMETRÍA DE FLUJO CON FLUORESCENCIA QUE ANALIZA LAS PROPIEDADES FISIOLÓGICAS, EL MÉTODO DE DETECCIÓN DE FLUJO ENVOLVENTE PARA CONTEO DE ERITROCITOS Y PLAQUETAS, EL CANAL DE DIFERENCIACIÓN PARA EL RECUENTO LEUCOCITARIO Y EL MÉTODO DE MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA A TRAVÉS DE SLS, TÉCNICA SIN USO DE CIANURO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

25. ANEXO A, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCISO F), REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS DE HEMATOLOGÍA PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE EL USO DE UN INSTRUMENTO QUE BASADO EN 4 PRINCIPIOS DE MEDICIÓN, LO QUE PERMITE EL MEJOR DESEMPEÑO DEL INSTRUMENTO; LA CITOMETRÍA DE FLUJO CON FLUORESCENCIA QUE ANALIZA LAS PROPIEDADES FISIOLÓGICAS, EL MÉTODO DE DETECCIÓN DE FLUJO ENVOLVENTE PARA CONTEO DE ERITROCITOS Y PLAQUETAS, EL CANAL DE DIFERENCIACIÓN PARA EL RECUENTO LEUCOCITARIO Y EL MÉTODO DE MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA A TRAVÉS DE SLS, TÉCNICA SIN USO DE CIANURO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.



26. REFERENTE A LOS PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA, INCISO C) CONDICIONES DEL SERVICIO, NUMERAL 9), QUE A LA LETRA DESCRIBE: "LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR CARTA DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS REQUERIDOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE PRESENTAR CARTA DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO (QUE ACREDITE LA RELACION ENTRE ELLOS) EN LA QUE MANIFIESTE EL APOYO Y RESPALDO A LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE EN ESTE PROCESO DE ADJUDICACION, ADEMÁS DE REFERIR QUE LOS EQUIPOS REQUERIDOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA."

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

27. REFERENTE AL ANEXO A, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR, INCISO C) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URINANÁLISIS PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR", SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA EL USO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MODO MANUAL O AUTOMÁTICO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

28. REFERENTE AL ANEXO A, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR, INCISO C) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URINANÁLISIS PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA EL USO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MODO MANUAL O AUTOMÁTICO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

29. REFERENTE AL ANEXO A, CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO, INCISO A) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URINANÁLISIS PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA DE TAPACHULA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA EL USO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MODO MANUAL O AUTOMÁTICO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

30. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO A) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD, SOLICITAN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO EN LA INOCULACIÓN, INCUBACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, ASÍ COMO EN LA REMOCIÓN DE DESECHOS. LA REMOCIÓN DE DESECHOS SE REFIERE A LA ELIMINACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, ¿ESTA ELIMINACIÓN PUEDE SER DE FORMA MANUAL, SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

31. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO B). REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOCULTIVO, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR", SOLICITAN: EL SISTEMA DE DETECCIÓN NO DEBE SER INVASIVO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE POR FAVOR ACLARAR A QUE SE REFIEREN A QUE NO DEBE SER INVASIVO?

RESPUESTA: NO INVASIVO, SIGNIFICA EN ESTE CONTEXTO QUE NO ES NECESARIO PERFORAR LAS BOTELLAS PARA HACER SUBCULTIVOS.

32. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO A) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD. SOLICITAN SISTEMA SEMI AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS, GRAM NEGATIVAS Y LEVADURAS PRESENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS (ESTÉRILES O CONTAMINADAS) DE PACIENTES O AMBIENTALES Y PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS. ¿SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGÍA DE GRAMM POSITIVOS Y GRAMM NEGATIVOS Y SENSIBILIDAD DE LEVADURAS CON 8 ANTIFÚNGICOS?



RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

33. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO A) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD. SOLICITAN: ESTE EQUIPO DEBE REUNIR EN UN SOLO ENSAYO EL DIAGNÓSTICO DE ESPECIE, ASÍ COMO LA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA, ES DECIR, QUE LA PREPARACIÓN DEL INÓCULO TANTO PARA LA IDENTIFICACIÓN COMO PARA LA SENSIBILIDAD DEBEN SER DE UN SOLO PASO. DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CLSI EN DONDE LA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA ES A PARTIR DE CALDO MUELLER HINTON Y PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN A UN SOLO FABRICANTE. SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO QUE EN UNA SOLA PLACA REUNA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD CON LA PREPARACIÓN DEL INOCULO PARA IDENTIFICACIÓN Y SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DE LA CLSI, LA SENSIBILIDAD A PARTIR DE CALDO MUELLER HINTON. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

CHIAPAS
de Corazón

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

34. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO A) REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD. SOLICITAN: PANELES O TARJETAS DE ALTA BIOSEGURIDAD, COMPLETAMENTE SELLADAS, LO QUE EVITA CONTAMINACIONES, ADEMÁS QUE POR SU TAMAÑO COMPACTO DISMINUYE LOS DESECHOS CONTAMINADOS HASTA EN UN 80%. DADO QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SE REFIERE A UN SOLO FABRICANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO CON LA SEGURIDAD DE QUE SE USA UN MIC REAL DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CLSI EN PRESENTACIÓN DE PLACAS? ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

35. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO B). REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOCULTIVO, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". DESCRIBE QUE EL SOFTWARE DEBERÁ CONTAR CON UN PROGRAMA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS (PARA REALIZAR, ANALISIS DE BROTES INTRAHOSPITALARIOS, AGENTES ETIOLÓGICOS, AISLADOS POR SALA, POR DIAGNÓSTICO DE PACIENTE, ETC.) EL CUAL PODRÁ OFERTARSE DENTRO DEL MISMO EQUIPO O EN SISTEMA ADICIONAL. EL MEDIO DE CULTIVO DEBERÁ CONTENER UNA RESINA QUE INHIBA EL EFECTO DE ALGUNOS ANTIBIÓTICOS. PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SE PUEDE OFERTAR INSTRUMENTO CON MÉTODO DE INHIBICIÓN DE ANTIBIÓTICOS POR DILUCIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES.

36. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO D). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". INCISO A). -EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS). SOLICITA: DETECCIÓN DE VOLUMEN DE REACTIVOS AUTOMÁTICAMENTE INDICANDO EL NUMERO DE PRUEBAS A REALIZAR. PREGUNTA: NUESTRO INSTRUMENTO REALIZA EL CENSADO DE REACTIVOS E INDICA CON CÓDIGO DE COLORES CUANDO SE ESTÁ TERMINANDO DE VERDE A ROJO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA OFERTA DE ESTE INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.



37. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO D). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". INCISO A). -EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACIÓN (URGENCIAS).SOLICITA EQUIPO CON IMPRESORA INTEGRADA, PREGUNTA: EN LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS DE MEDIANO A ALTO RENDIMIENTO LA IMPRESORA FORMA PARTE DE UN ACCESORIO ADICIONAL AL EQUIPO. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA IMPRESORA PUDE SER INTEGRADA Y/O ADICIONAL AL EQUIPO?, EN SU CASO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN.

38. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO J).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".; REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, INCISO F). - REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "TUXTLA".SOLICITA: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA QUE CUBRE LA DEMANDA DE PRUEBAS SOLICITADAS PARA ESTAS UNIDADES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

- ANALIZADOR AUTOMATIZADO.
- RESULTADOS CUANTITATIVOS.
- ACEPTA MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR Y VENOSA
- ENTERA CON EDTA O HEPARINA, ORINA, PLASMA Y SUERO (SEGÚN PRUEBA).
- VOLUMEN DE MUESTRAS DE 1.5 MICROLITROS PARA HBA1C.
- CON RANGO DE MEDIDA DE 4- 15 %
- EL DISPOSITIVO DE MUESTREO (CAPILAR) SE ENCUENTRA EN EL CARTUCHO DE ANÁLISIS.
- NO REQUIERE DE NINGÚN TIPO DE PRETRATAMIENTO, INCLUIDAS DILUCIONES, SUCCIONES O PIPETEO.
- LA MUESTRA A PROCESAR SE COLOCA DEL SITIO DE PUNCIÓN DIRECTAMENTE EN EL REACTIVO (CAPILAR).
- CALIBRACIÓN INCLUIDA EN EL CÓDIGO DE BARRAS DEL CARTUCHO.
- RESULTADOS ENTRE 3 Y 8 MINUTOS (SEGÚN PRUEBA).
- ENSAYO DE AFINIDAD A BORONATO PARA HBA1C.
- MÉTODO DE LECTURA POR REFLECTANCIA.
- TIPOS DE REACCIÓN POR COLORIMETRÍA.
- RESULTADOS EN PANTALLA.
- CON CAPACIDAD DE AUTODIAGNÓSTICO.
- KIT CON PRESENTACIÓN DE 15 PRUEBAS.
- CUENTA CON CONTROL DE CALIDAD.
- PRUEBAS INDIVIDUALES SIN MERMA DE REACTIVO.
- SALIDA RS232C.
- REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 100-240 V, 50-60 HZ.
- CUENTA CON CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, ISO 13485 Y NGS
- MEMORIA 500 RESULTADOS DE PACIENTES Y 500 RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD.
- DIMENSIONES: 170 X 190 X 340 MM (EQUIPO DE MESA). PESO: 5 KG.

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

39. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO LÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA", CLÍNICAS HOSPITALES DE PICHUCALCO "CLEMENTE ROBLES CASTILLO" Y PALENQUE "RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA". INCISO B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA COAGULACION. SOLICITAN: EQUIPO CON IMPRESORA INTEGRADA, PREGUNTA: EN LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS DE MEDIANO A ALTO RENDIMIENTO LA IMPRESORA FORMA PARTE DE UN ACCESORIO ADICIONAL AL EQUIPO. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA IMPRESORA PUDE SER INTEGRADA Y/O ADICIONAL AL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN

40. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO LÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA", CLÍNICAS HOSPITALES DE PICHUCALCO "CLEMENTE ROBLES CASTILLO" Y PALENQUE "RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA". INCISO B).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLINICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. SOLICITAN: DETERMINACIÓN DE MUESTRAS COLOCADAS EN FORMA ALEATORIA. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE PROCESAR MUESTRAS EN MODO URGENCIAS O EN CARGA CONTINUA EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER POSICIÓN SIN LA NECESIDAD DE DETENER EL PROCESO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

41. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO LÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA", CLÍNICAS HOSPITALES DE PICHUCALCO "CLEMENTE ROBLES CASTILLO" Y PALENQUE "RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA". INCISO E).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. SOLICITAN: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA MONITOREO Y CONTROL DE DIABETES MEDIANTE LA DETERMINACION HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA QUE CUBRE LA DEMANDA DE PRUEBAS SOLICITADAS PARA ESTAS UNIDADES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ANALIZADOR AUTOMATIZADO.
 - RESULTADOS CUANTITATIVOS.
 - ACEPTA MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR Y VENOSA
 - ENTERA CON EDTA O HEPARINA, ORINA, PLASMA
 - Y SUERO (SEGÚN PRUEBA).
 - VOLUMEN DE MUESTRAS DE 1.5 MICROLITROS PARA HBA1C.
 - CON RANGO DE MEDIDA DE 4- 15 %
 - EL DISPOSITIVO DE MUESTREO (CAPILAR) SE ENCUENTRA EN EL CARTUCHO DE ANÁLISIS.
 - NO REQUIERE DE NINGÚN TIPO DE PRETRATAMIENTO, INCLUIDAS DILUCIONES, SUCCIONES O PIPETEO.
 - LA MUESTRA A PROCESAR SE COLOCA DEL SITIO DE PUNCIÓN DIRECTAMENTE EN EL REACTIVO (CAPILAR).
 - CALIBRACIÓN INCLUIDA EN EL CÓDIGO DE BARRAS DEL CARTUCHO.
 - RESULTADOS ENTRE 3 Y 8 MINUTOS (SEGÚN PRUEBA).
 - ENSAYO DE AFINIDAD A BORONATO PARA HBA1C.
 - MÉTODO DE LECTURA POR REFLECTANCIA.
 - TIPOS DE REACCIÓN POR COLORIMETRÍA.
 - RESULTADOS EN PANTALLA.
 - CON CAPACIDAD DE AUTODIAGNÓSTICO.
 - KIT CON PRESENTACIÓN DE 15 PRUEBAS.
 - CUENTA CON CONTROL DE CALIDAD.
 - PRUEBAS INDIVIDUALES SIN MERMA DE REACTIVO.
 - SALIDA RS232C.
 - REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 100-240 V, 50-60 HZ.
 - CUENTA CON CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, ISO 13485 Y NGS
 - MEMORIA 500 RESULTADOS DE PACIENTES Y 500 RESULTADOS
 - DE CONTROL DE CALIDAD.
 - DIMENSIONES: 170 X 190 X 340 MM (EQUIPO DE MESA). PESO: 5 KG.
- ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.



42. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO K).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE MARCADORES CARDIACOS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". SOLICITA: CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE MEDICIÓN DE BIOMARCADORES CARDIACOS, QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA INTERNA MEDIANTE EL USO DE UN CHOP DE CALIBRACIÓN LO QUE PERMITE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL LECTOR ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

43. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO K).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE MARCADORES CARDIACOS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". SOLICITAN: TRANSMISIÓN DE RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA VÍA DE PUERTO INFRARROJO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON IMPRESORA INTEGRADA Y PUERTO RS232 PARA INTERFAZARSE A COMPUTADORA, CON CONEXIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO CIS. ¿SE ACEPTA?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

44. ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR" CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA. INCISO K).- REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE MARCADORES CARDIACOS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR". SOLICITAN: UTILICE TIRAS REACTIVAS INDIVIDUALES. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR PARA LA MEDICIÓN DE BIOMARCADORES CARDIACOS QUE UTILIZA TARJETAS CON CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO, EN PRESENTACIÓN DE PERFILE TROPONINA + MIOGLOBINA + CKMB MASA, Y PRUEBAS INDIVIDUALES BNP, Dímero D, CON UN VOLUMEN DE MUESTRAS DE SANGRE TOTAL CON EDTA DE 300 µL Y TIEMPO DE RESPUESTA EN 15 A 20 MINUTOS, CADA TARJETA EMPACADA INDIVIDUALMENTE DISMINUYE LA MERMA DE REACTIVO CUMPLIENDO CON LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY . ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARA BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO.

45. REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE QUÍMICA CLÍNICA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA. EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUÍMICA CLINICA Y ELECTROLITOS. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:
 - PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO COLORIMÉTRICO, ENZIMÁTICO (PUNTO FINAL Y CINÉTICO) E INMUNOTURBIDIMÉTRICO.
 - DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS POR (ISE), NA, K, CL. POTENCIOMETRIA INDIRECTA
 - QUE CUENTE QUE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTEGRADO EN EL EQUIPO 2-15°C.
 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: ANALIZADOR SELECTIVO DE MUESTRAS DE FLUJO CONTINUO Y ALEATORIO, CON MODOS DE MEDIDA: ABSORBANCIA, ESPECTOFOTOMETRÍA, TURBIDIMETRÍA, FLUORESCENCIA POLARIZADA, ELECTRODOS SELETIVOS DIRECTOS E INDIRECTOS. CON ÁREA DE REACTIVOS (CASSETTES), ENCERRADA EN LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN, DONDE SE CONSERVA A UNA TEMPERATURA DE 10-15 °C. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES

46. CONDICIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN COMODATO – PLAZOS, CONDICIONES Y LUGAR DE ENTREGA – INCISO C.- CONDICIONES DEL SERVICIO – PUNTO 9 QUINTO PÁRRAFO (PÁGINA 48 DE 118), SOLICITAN: LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS DEBERÁN SER NUEVOS O DE USO NO MAYOR A 2 AÑOS, PARA CORROBORAR LO ANTES DESCRITO, DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, FACTURA O PEDIMENTO QUE CERTIFIQUEN EL TIEMPO DE USO DE DICHOS EQUIPOS, NO SE ACEPTARÁ LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS ENSAMBLADOS, ASÍ MISMO, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS INTERNACIONALES Y LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ESTABLECIDAS POR EL PAÍS, DEBE EVALUARSE CUIDADOSAMENTE EL DISEÑO Y LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS CON EL FIN DE ASEGURAR QUE SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO Y DE LOS USUARIOS; DEBE EVALUARSE EL HISTORIAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y LOS INFORMES DEL MERCADO). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPOS DE USO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ENTRE 3 A 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, COMPROMETIÉNDONOS A MANTENERLOS EN EXCELENTES CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A LAS BASES

1.3.- INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.



PÁGINA 11, NUMERAL 4.2 INCISO A) CÉDULA DEL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE...

PREGUNTA NO. 1.-

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA QUE ESTE REQUISITO SEA OPCIONAL, DEBIDO A QUE ACUALMENTE POR LA PANDEMIA, MI REPRESENTADA NO HA PODIDO CONCLUIR CON EL TRÁMITE, TODA VEZ QUE ES PRESENCIAL Y AL DÍA DE HOY EL SISTEMA NO GENERA CITAS PARA REALIZAR EL COTEJO DEL PRE-REGISTRO. ¿SE ACEPTA?

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

CHIAPAS
de Corazón

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

RESPUESTA: APEGARSE A BASES, EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ASI COMO EN EL ART. 112 DE SU REGLAMENTO, SEÑALA QUE DEBERÁ PRESENTARLO Y SERÁ DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

PÁGINA 12, NUMERAL 4.2 INCISO H) COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS...

PREGUNTA NO. 2.-

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA PRESENTAR COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL DE MONTERREY, YA QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON SUCURSALES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, TALES COMO; CDMX, GUADALAJARA, MERIDA, TABASCO, VERACRUZ, ENTRE OTRAS.... LO QUE NOS PERMITE PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD, EN TIEMPO Y FORMA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES, CONSIDERANDO QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL, EN EL ARTICULO 18, FRACCIÓN I, INCISA A) DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL ARTICULO 45 FRACCIÓN I, ESTABLECEN QUE ÚNICAMENTE PARTICIPARAN PROVEEDORES ESTABLECIDOS Y CON DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

PÁGINA 13, NUMERAL 4.2 INCISO L) CONSTANCIA DE NO ADEUDOS FISCALES VIGENTE, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 228 DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

PREGUNTA NO. 3.-

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, QUE NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

PÁGINA 13, NUMERAL 4.2 INCISO P) ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD RESPECTO A INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE COMERCIO DEL ESTADO DE CHIAPAS U OFICINAS REGISTRALES.

PREGUNTA NO. 4.-

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE NOS COMPROMETAMOS A QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS INSCRIBIREMOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y OFICINAS REGISTRALES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

PÁGINA 13, NUMERAL 4.2 INCISO V) ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (PARA COTEJO) Y COPIA SIMPLE (PARA ARCHIVO) DEL REGISTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM) ACTUALIZADO.

PREGUNTA NO. 5.-



SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE NOS COMPROMETAMOS A QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS INSCRIBIREMOS EN EL REGISTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM). ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

PREGUNTA NO. 6.- PREGUNTA REFERIDA AL INCISO C).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URINANÁLISIS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR", EN DONDE SE SOLICITA LA LECTURA DEL SEDIMENTO (CAMARA PARA CONTEO CELULAR DEL SEDIMENTO URINARIO KOVA CON TUBOS DE FONDO CÓNICOS DE 12 ML, PIPETAS DE TRANSFERENCIA, COLORANTE DE STERNHEIMER MALBIN). PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL OFERTAR UN EQUIPO DE UROANÁLISIS QUE CUMPLA LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SIN INCLUIR LECTURA DE SEDIMENTO, YA QUE ESTA SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE MÉTODOS MANUALES. YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS VAN DIRIGIDAS A UNA MARCA EN ESPECÍFICO. SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

PREGUNTA NO. 7.- PREGUNTA REFERIDA AL INCISO C).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE URINANÁLISIS, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR", LOS REACTIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS. CON CADUCIDADES MINIMAS DE 12 MESES AL MOMENTO DE SU ENTREGA. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL PERMITIR OFERTAR CONTROLES DE CALIDAD DE TERCERA OPINIÓN EVALUADOS Y APROBADOS POR EL FABRICANTE. ESTO PERMITIRÁ QUE EL LABORATORIO TENGA UNA MEJOR REFERENCIA EN SU CONTROL DE CALIDAD. SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN SI SE APEGA A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEL REACTIVO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

PREGUNTA 8.- F).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMATOLOGIA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".
 LEUCOCITOS, ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO, HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA, CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA, ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE ERITROCITOS, ANCHO DE DISTRIBUCION DE PLAQUETAS, PLAQUETAS, PLAQUETOCRITO. CON DIFERENCIAL QUE INCLUYA: NEUTRÓFILOS, %NEUT, LINFOCITOS, %LYMPH, MONOCITOS, %MONO, EOSINÓFILOS, %EOS, BASÓFILOS, %BASO, LUC (CÉLULAS GRANDES NO TEÑIDAS), %LUC. DEFICIENCIA DE MIELOPEROXIDASA. PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR UN EQUIPO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA QUE PUEDA REALIZAR LA MEDICIÓN DE 24 PARÁMETROS CON DIFERENCIAL EN

CINCO PARTES+ 2 CURVAS + 1

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN:

WBC, LYM% Y #, MON% Y #,

NEU% Y #, BAS% Y #, EOS% Y

#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,

MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW,

CURVA DE RBC, CURVA DE PLT, PARÁMETROS LOS CUALES SON ESENCIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO CLÍNICO COMPLETO. YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS VAN DIRIGIDAS A UNA MARCA EN ESPECÍFICO. SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTARÁ BAJO PREVIA EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CARACTERÍSTICAS CON IGUAL O MAYOR NIVEL DE CONFIABILIDAD Y DESEMPEÑO ANALÍTICO..

PREGUNTA 8.- F).-REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS DE HEMATOLOGIA, PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR".
 CAPACIDAD MINIMA DE 60 PRUEBAS/HORA. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL PERMITIR OFERTAR 2 EQUIPOS CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 45 PRUEBAS/HORA PARA CUMPLIR CON EL RENDIMIENTO SOLICITADO. OFRECIENDO UN EQUIPO DE MENOR TAMAÑO QUE NO AFECTARÍA EN EL ESPACIO DEL LABORATORIO, Y AL CONTAR CON DOS EQUIPOS SE PODRÍA TENER UNO DE RESPALDO POR CUALQUIER IMPREVISTO/URGENCIA DENTRO DEL LABORATORIO. SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

1.4. GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV,

PREGUNTAS:



FAVOR DE PRECISAR SI EN EL NUMERAL 2.- MARCO JURIDICO, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE CARÁCTER ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/001/2021, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA SUBROGACIONES SE OBSERVA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS: 10 FRACCIÓN II, 17, 18 FRACCIÓN I, INCISO A), 19, 21, 26, 31, 32, 34, 35, 36 FRACCIÓN I, 37, 48, 49, 50, 51, 72, 98 Y 99 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, 1, 2, FRACCIONES V, VI Y IX 50 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, 6, 15 Y 17 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

RESPUESTA: SI, SE OBSERVA CON BASE EN LOS ARTÍCULOS SEÑALADOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE LICITACIÓN

2.- EN EL PUNTO 3.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/001/2021 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE EQUIPOS EN

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

CHIAPAS
de COPIAS

 CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

COMODATO Y DE REACTIVOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO; MENCIONA QUE: **PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS**, CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, BASES Y LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA, A FIN DE ASEGURAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; QUE CUENTEN CON RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS, CUYAS ACTIVIDADES ESTÉN RELACIONADAS CON EL RUBRO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA SUBROGACIONES, POR LO ANTERIOR, SOLICITO A LA CONVOCANTE PRECISAR QUE **¿SI UNA UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA PUEDE PARTICIPAR CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LAS BASES ANTES MENCIONADAS?.**

RESPUESTA: SI, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, BASES Y NORMATIVIDAD RESPECTIVA.

3.- EN EL PUNTO 3.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR, EN EL QUINTO PARRAFO, MENCIONA QUE NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE POR HABER INCURRIDO EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY O DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO A FAVOR DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, **POR LO QUE SOLICITO A LA CONVOCANTE PRECISAR SI ESTO INCLUYE LA FRACCIÓN I. AQUELLAS CON LOS QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE INTERVENGA EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN TENGA INTERÉS PERSONAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS, INCLUYENDO AQUELLAS DE LAS QUE PUEDA RESULTAR ALGÚN BENEFICIO PARA ÉL, SU CÓNYUGE, O SUS PARIENTES CONSANGUÍNEOS HASTA EL CUARTO GRADO POR AFINIDAD O CIVILES, O TERCEROS CON LOS QUE TENGA RELACIONES PROFESIONALES, LABORALES O DE NEGOCIOS O PARA SOCIOS O SOCIEDADES DE LAS QUE EL SERVIDOR PÚBLICO O LAS PERSONAS ANTES REFERIDAS FORMEN O HAYAN FORMADO PARTE.**

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

4.- EN EL PUNTO 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES. EN EL INCISO H) SOLICITA: COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS (EL ORIGINAL O LA IMPRESIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), QUE PUEDE SER:

- 1.-COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN Y/O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP).
- 2.-CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (LA CUAL PUEDE ESTAR INCLUIDA EN EL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.).



MI PREGUNTA PARA LA CONVOCANTE ES, ¿EN QUE AFECTA QUE MANIFIESTEN COMO CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES (SUCURSALES); CON LO CUAL SE DESPRENDA QUE NO TIENEN DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS?.

RESPUESTA: ESTAS BASES DE LICITACIÓN SE BASAN EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LO TANTO, DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO TOTAL A LO SOLICITADO

5.- DERIVADO DE NUMERAL 2.- MARCO JURÍDICO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XIII. DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS SE DEBERÁ PRECISAR QUE LAS BASES CONTENDRÁN LO SIGUIENTE: "INDICAR QUE ES OBLIGACIÓN DE LOS PROVEEDORES PRESENTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- A) PROPORCIONAR ESCRITURAS PÚBLICAS DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO QUE CORRESPONDA, CON LA QUE SE ACREDITE LA CONSTITUCIÓN O CONFORMACIÓN Y TODOS LOS CAMBIOS JURÍDICOS O ECONÓMICOS SI SE TRATA DE UNA PERSONA MORAL. LAS PERSONAS FÍSICAS PROPORCIONARÁN IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA.
- B) PROPORCIONAR LA ESCRITURA PÚBLICA O EL DOCUMENTO LEGAL CON EL QUE SE ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE O MANDATARIO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL SEGÚN EL CASO.
- C) SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO, LA NOTIFICACIÓN SE LE HARÁ EN EL LUGAR DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DEL COMITÉ O SUBCOMITÉ.
- D) QUE EL GIRO DEL NEGOCIO CORRESPONDA A LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN Y LO PUEDA COMPROBAR A SOLICITUD DEL COMITÉ O SUBCOMITÉ.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

- E) PROPORCIONAR REGISTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO (SIEM) ACTUALIZADO.
- F) PROPORCIONAR ESTADOS FINANCIEROS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES, CUANDO ASÍ SE SOLICITE EN LAS BASES.
- G) QUE SU INFRAESTRUCTURA SEA LA ADECUADA PARA ATENDER EL OBJETO DE LA LICITACIÓN Y LA PUEDA COMPROBAR A SOLICITUD DEL COMITÉ O SUBCOMITÉ.
- H) QUE CUENTE CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA ATENDER EL OBJETO DE LA LICITACIÓN Y LA PUEDA COMPROBAR A SOLICITUD DEL COMITÉ O SUBCOMITÉ.
- I) PROPORCIONAR DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR PRESENTADA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MISMA QUE SERVIRÁ, ENTRE OTROS, COMO COMPROBANTE DEL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.
- J) DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES Y FEDERALES.
- K) ACREDITACIÓN DE SU REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES.

POR LO QUE, MENCIONAR QUE NO SE ACEPTARÁ LA PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE EN LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL PUNTO 4.2 INCISO H) NUMERAL 1 DE LAS PRESENTES BASES, MANIFIESTEN COMO CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES (SUCURSALES); CON LO CUAL SE DESPRENDA QUE NO TIENEN DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, ESTA VIOLANDO LA LEY DE ADQUISICIONES, TODA VEZ QUE SON REQUISITOS NO CONTEMPLADOS EN LA MISMA.

SOLICITO A LA CONVOCANTE, EL FUNDAMENTO LEGAL PARA SOLICITAR DICHO REQUISITO EN LAS PRESENTES BASES, Y SI ESTA DENTRO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS MARCO JURÍDICO.

RESPUESTA: LA MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES CONVOCATORIA PUBLICA, CONFORME ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, ES DE CARACTER ESTATAL, POR LO TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18, FRACCIÓN I, INCISO A), CUANDO LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN SEA POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL, ÚNICAMENTE PUEDAN PARTICIPAR PROVEEDORES ESTABLECIDOS Y CON DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO

6.- SOLICITO A LA CONVOCANTE, QUE EN EL PUNTO 4.2 INCISO H) NUMERAL 1 DE LAS PRESENTES BASES SEA ACEPTADO EL ACUSE DE ESTABLECIMIENTO LEGAL CON QUE CUENTA NUESTRA EMPRESA, YA QUE POR MAS DE 4 AÑOS HEMOS PRESTADO NUESTROS SERVICIOS AL INSTITUTO SIN NINGUN DETALLE QUE NO PERMITA A MI REPRESENTADA CUMPLIR CON DICHO PUNTO ;Y, QUE ESTO NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA LA MISMA.

RESPUESTA: APEGARSE A BASES

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DEBERÁN PRESENTARLAS DE MANERA ORDENADA, IDENTIFICADA Y FOLIADA DE ACUERDO AL PUNTO 5.3.- DE LAS BASES; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIN EMBARGO LOS ERRORES U OMISIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SON IMPUTABLES Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS LICITANTES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.



SE LES EXHORTA A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS A LLEVARSE A CABO EL DÍA 08 DE MARZO DE 2021 A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA "DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES" DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N ESQUINA BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA C.P. 29044, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLOS INTERVINIERON:

PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ

C. P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).

 CHIAPAS <small>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS	PC-DAQ-LCT_FR_08	V02	

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LIC. OMAR MORENO ALFARO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ

LIC. OLGA LIDIA LÓPEZ ZORRILLA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

VOCAL DEL SUBCOMITÉ

LIC. JUAN CARLOS MORALES ORANTES
 JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

ASESOR

C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO
 REPRESENTANTE DE CONTRALORIA INTERNA

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO, ARTÍCULO 6 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA

INVITADO

C.P. JOSÉ WILBERG GARCÍA GÓMEZ
 COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO

POR EL ÁREA REQUIRENTE

DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CAMACHO VALLE
 SUBDIRECTORA DE SERVICIOS MÉDICOS

DRA. ANA GABRIELA CASTELLANOS VALDÉZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA

PROVEEDORES

C. MARIO VELASCO HERNANDEZ
 GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV

C. PATRICIA MARTINEZ CRUZ
 INTEGRADORA DE SERVICIOS DE LABORATORIO E IMAGEN S.C.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACION A LAS BASES DE LA LICITACION POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/001/2021, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 33913 SUBROGACIONES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE FECHA 02 DE MARZO DE 2021.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH).